

**R: placet tecnico fornitura UPS x TC pronto soccorso**

Marco Risa &lt;m.risa@asl.rieti.it&gt;

mer 30/06/2021 13:16

**A:** Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>**Cc:** Sandro Giugliano <s.giugliano@asl.rieti.it>; Erminio Pace <e.pace@asl.rieti.it>

Buongiorno, si comunica che l'ups della GE è compatibile con la TAC GE.

Cordiali saluti

Ing. Marco Risa

ASL Rieti

U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA

Tel. 0746/278830

Fax. 0746/278833

---

**Da:** Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>**Inviato:** mercoledì 30 giugno 2021 13:02**A:** Marco Risa <m.risa@asl.rieti.it>**Cc:** Sandro Giugliano <s.giugliano@asl.rieti.it>; Erminio Pace <e.pace@asl.rieti.it>**Oggetto:** I: placet tecnico fornitura UPS x TC pronto soccorso

Buongiorno,

in relazione a quanto evidenziato dal Dott. Giugliano, si resta in attesa del placet richiesto al fine di poter caricare su alfresco l'atto determinativo di aggiudicazione.

---

**Dott. Matteo Palmieri**

U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Tel. 0746-279568

Fax. 0746-278730

---

**Da:** Sandro Giugliano <s.giugliano@asl.rieti.it>**Inviato:** mercoledì 30 giugno 2021 12:50**A:** Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>**Cc:** Marco Risa <m.risa@asl.rieti.it>; Erminio Pace <e.pace@asl.rieti.it>**Oggetto:** R: placet tecnico fornitura UPS x TC pronto soccorso

buongiorno,

mi sembra di capire che la GE pur non essendo produttore dell'UPS e dunque non esclusivista per la fornitura e installazione del prodotto, è l'unico O.E. che risponde ad una RdO aperta.

Alla luce della procedura espletata, sarebbe opportuno che l'Ingegneria Clinica non si limitasse a riportare il contenuto delle IFO e/o del Manuale delle apparecchiature, ma esprimesse parere al riguardo del tipo ON/OFF sull'UPS (al fine soprattutto di non far decadere la garanzia) in corso di acquisizione.

**Sandro Giugliano****DIRIGENTE****UOC Economico Finanziaria**