




21-000000338



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

**ASL
RIETI**

INVENTARIO 63328		COD. CDC - DESCR. CDC A01A-0312 - Pronto Soccorso -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 17-11-21 14:44 - 17-11-21 14:44	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC PAOLA GRILLO PER CONTO DI: -		UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: INVITALIA		ODL INTERVENTO 21-000000338	
TIPOLOGIA ELETTROCARDIOGRAFO		MODELLO ECG200+		PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI	
PRODUTTORE CARDIOLINE INC	COD. CIVAB ECGD61C0623	MATRICOLA 10852009	INV. ENTE 132746	FASCIA CRITICA Finanziamenti propri	

ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA: RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

NOTE INTERVENTO

TORRETTA CAVO ECG NON FUNZIONANTE. SI RICHIEDE INTERVENTO TECNICO URGENTE.

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
14:44	17-11-21	14:44	17-11-21	PAOLA GRILLO (paola.grillo)		assegnazione	TORRETTA CAVO ECG NON FUNZIONANTE. SI RICHIEDE INTERVENTO TECNICO URGENTE.
14:47	17-11-21	14:47	17-11-21	CARDIOLINE ()	PAOLA GRILLO	assegnazione	--

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITuite IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO:		DATA:	17-11-21
SALVA FIRME >>			
Esecutore:	Tecnico Interno:	Ref. Reparto:	
_____	_____	_____	