

OFFERTA PER RDO 2774675 PER IL SEGUENTE MATERIALE:

N.1 PARALLELA

N.1 SCALA AD ANGOLO


Standard Line

MADE IN
ITALY

01328 PARALLELA STANDARD 3M

Struttura in acciaio verniciato e da una pedana in legno bilaminato, antiscivolo e dotata di rampe d'accesso. I corrimano sono in termoplastica antiscivolo. Tutte le parti sono facilmente lavabili. Queste barre parallele sono regolabili in altezza con un sistema telescopico.

Peso: 85 kg. Portata su singolo corrimano: 135 kg



Particolari della regolazione in altezza dei corrimano.

10

DATI TECNICI

01328

Dimensioni max	311 x 83 x 114 h cm
Sistema di regolazione altezza corrimani	telescopico
Altezza corrimani min - max	77 ÷ 107 cm
Larghezza interna corrimani	64 cm
Altezza rampa d'accesso	6,5 cm
Portata su singolo corrimano	135 kg
Ingombro minimo	scivolo d'accesso rimovibile
Peso	85 kg

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ - DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ – DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

SECONDO L'ALLEGATO VII DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE MODIFICATA DALLA 2007/47/CE
ACCORDING TO ATTACHED VII OF THE DIRECTIVE 93/42/EEC AMENDED BY 2007/47/CE
SELON L'ANNEXE VII DE LA DIRECTIVE 93/42/CEE MODIFIÉE PAR LA 2007/47/CE
SEGÚN EL ANEXO VII DE LA DIRECTIVA 93/42/CEE MODIFICADO POR LA 2007/47/CE
GEMÄß ANHANG VII GEÄNDERT DURCH DIE RICHTLINIE 93/42/EWG 2007/47/EG



Codice articolo - Product code Code de l'article - Código del artículo - Artikelnummer	01328 01329
Denominazione prodotto - Product name - Dénomination du produit - Denominación del producto - Produktname	PARALLELA STANDARD 3 M - STANDARD PARALLEL BARS 3 M - PARALLÈLE STANDARD 3 M - PARALELO STANDARD 3 M BARRA PARALLELA 2,5 M - PARALLEL BARS 2,5 M BAR PARALLÈLE 2,5 M - BAR PARALELO 2,5 M
Destinazione d'uso - Intended use - Destination d'emploi - Destino de empleo - Verwendungszweck	Apparecchiature per esercizi di riabilitazione alla deambulazione. <i>Rehabilitation equipment for use in Ambulation training.</i> <i>Appareilles pour exercices de rééducation à la marche</i> <i>Equipos para ejercicios de rehabilitación en la deambulación</i>
Classificazione 93/42/CEE - 93/42/CEE Class Classification 93/42/CEE - Clasificación 93/42/CEE - Klassifizierung 93/42/CEE	I
Fabbricante - Manufacturer - Producteur - Productor - Hersteller	CHINESPORT Spa - Via Croazia 2 - 33100 Udine - Italy
<p>I dispositivi sopra elencati sono conformi ai requisiti essenziali della Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE e successive modifiche The devices listed above comply with the essential requirements of MDD 93/42/EEC and subsequent amendments. Les dispositifs du dessous sont conformes aux qualités essentielles de la Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE et suivantes modifications. Los dispositivos sobre listados son conformes a los requisitos esenciales de la Directiva sobre los dispositivos médicos 93/42/CEE y sus posteriores modificaciones. Die oben aufgeführten Geräte sind in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG und nachfolgende Änderungen</p>	
Udine, 27-09-2013	<p>CHINESPORT S.p.A. Angelo Snidero (Rapp. Legale)</p> 




01339

PEDANE 2 RAMPE AD ANGOLO

Modulo predisposto per l'utilizzo con due rampe che possono essere scelte tra tre alternative: a gradini bassi, alti o rampa a scivolo. Si realizza una composizione ad angolo.

Dimensioni: 86,5 x 86,5 x 139 h cm



Scale Modularità fissa

MADE IN
ITALY

STANDARD




01345

RAMPA STANDARD LUNGA

Composta da 5 gradini di 31 x 9,5 h cm.

I corrimano sono ad altezza fissa.

Dimensioni: 169 x 72 x 93 h cm



STANDARD





01346

RAMPA STANDARD CORTA

Composta da 3 gradini di 31 x 16 h cm.

I corrimano sono ad altezza fissa.

Dimensioni: 113,5 x 72 x 93 h cm



cod. 01339 + 01345 + 01346

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ - DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ – DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

SECONDO L'ALLEGATO VII DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE MODIFICATA DALLA 2007/47/CE
ACCORDING TO ATTACHED VII OF THE DIRECTIVE 93/42/EEC AMENDED BY 2007/47/CE
SELON L'ANNEXE VII DE LA DIRECTIVE 93/42/CEE MODIFIÉE PAR LA 2007/47/CE
SEGÚN EL ANEXO VII DE LA DIRECTIVA 93/42/CEE MODIFICADO POR LA 2007/47/CE
GEMÄß ANHANG VII GEÄNDERT DURCH DIE RICHTLINIE 93/42/EWG 2007/47/EG



Codice articolo - Product code Code de l'article - Código del artículo - Artikelnummer	01337 – 01338 - 01339 – 01340 – 01341 – 01342 - 01343
Denominazione prodotto - Product name - Dénomination du produit – Denominación del producto - Produktname	PEDANA 1 RAMPA – PLATFORM WITH 1 STAIRCASE - PLATE-FORME AVEC 1 RAMP – PLATAFORMA CON 1 RAMPA PEDANA 2 RAMPE DIRITTE – PLATFORM 2 STRAIGHT STAIRCASES - PLATE-FORME AVEC 2 RAMPES DROIT – PLATAFORMA CON 2 RAMPAS RECTAS PEDANA 2 RAMPE AD ANGOLO – PLATFORM 2 CORNER STAIRCASES - PLATE-FORME AVEC 2 RAMPES À ANGLE – PLATAFORMA CON 2 RAMPAS ESQUINAS PEDANA 3 RAMPE – PLATFORM WITH 3 STAIRCASES - PLATE-FORME AVEC 3 RAMPES – PLATAFORMA CON 3 RAMPAS RAMPA PLUS LUNGA – LONG PLUS STAIRCASES - RAMP PLUS LONGUE – RAMPA PLUS LARGO RAMPA PLUS CORTA – SHORT PLUS STAIRCASES - RAMP PLUS COURTE – RAMPA PLUS COURTA RAMPA PLUS SCIVOLO – PLUS STAIRCASES WITH RAMP - RAMP PLUS TOBOGGAN – RAMPA PLUS GRADA
Destinazione d'uso - Intended use - Destination d'emploi - Destino de empleo - Verwendungszweck	Apparecchiature per esercizi di riabilitazione alla deambulazione. <i>Rehabilitation equipment for use in Ambulation training. Appareilles pour exercices de rééducation à la marche Equipos para ejercicios de rehabilitación en la deambulación</i>
Classificazione 93/42/CEE – 93/42/CEE Class Classification 93/42/CEE – Clasificación 93/42/CEE – Klassifizierung 93/42/CEE	I
Fabbricante – Manufacturer - Producteur – Productor - Hersteller	CHINESPORT Spa – Via Croazia 2 – 33100 Udine - Italy
I dispositivi sopra elencati sono conformi ai requisiti essenziali della Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE e successive modifiche The devices listed above comply with the essential requirements of MDD 93/42/EEC and subsequent amendments. Les dispositifs du dessous sont conformes aux qualités essentielles de la Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE et suivantes modifications. Los dispositivos sobre listados son conformes a los requisitos esenciales de la Directiva sobre los dispositivos médicos 93/42/CEE y sus posteriores modificaciones. Die oben aufgeführten Geräte sind in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG und nachfolgende Änderungen	

Udine, 27-09-2013

CHINESPORT S.p.A.
Angelo Snidero (Rapp. Legale)



La CHINESPORT SPA si impegna, in caso risultasse aggiudicataria, ad effettuare corsi per l'utilizzo dei suddetti dispositivi al momento della consegna.

La formazione avrà durata di circa 15 minuti.

Consegna entro 20giorni lavorativi dalla data di ricezione del vostro ordine.