

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE <i>UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA</i>	
<p>Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, alla società Cattel Medical Italy S.r.l. dell'intervento di riparazione di n. 1 armadio sterile per endoscopi, modello Endoscope Dryng Cabinet Edc, in uso presso il Reparto di Endoscopia Digestiva del Polo Ospedaliero di Rieti.</p> <p>Importo complessivo pari ad € 840,00 oltre Iva. CIG: Z993757F60</p>	
Estensore: Sig./Dott. Fiocchi Marta	
<p>Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.</p>	
Resp. del Procedimento: Sig./Dott. Pace Erminio	
Data 01/08/2022	Firmato elettronicamente da Pace Erminio
Il Dirigente.: Dott. Pace Erminio	
Data 01/08/2022	Firmato elettronicamente da Pace Erminio
<p>Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti <i>sfavorevoli</i> rispetto al budget economico.</p>	
Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 503030101	
Autorizzazione: AUT. 48/2022	
Data 05/08/2022	Dott. ^{ssa} Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, alla società Cantel Medical Italy S.r.l. dell'intervento di riparazione di n. 1 armadio sterile per endoscopi, modello Endoscope Dryng Cabinet Edc, in uso presso il Reparto di Endoscopia Digestiva del Polo Ospedaliero di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 840,00 oltre Iva. CIG: Z993757F60

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA

TENUTO CONTO:

- che con atto deliberativo n.782 del 23.08.2019 è stata assegnata all'Ing. Erminio Pace la funzione di Dirigente Responsabile della Unità Operativa Semplice Dipartimentale "Ingegneria Biomedica Clinica e HTA";
- che con atto deliberativo n. 339 del 24.04.2018, integrato con atto deliberativo n. 1183 del 31.12.2019, modificata con Delibera n. 85 del 24.12.2020 sono state adottate le procedure per avviare l'iter amministrativo per le sostituzioni e gli acquisti di tecnologie e apparecchiature elettromedicali;
- che con nota prot. n° 40020 del 22/06/21 è stata data disposizione alla UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA di seguire tutte le procedure inerenti alle apparecchiature elettromedicali della ASL di Rieti;
- della disposizione di servizio n. 0040361/21 del 23.06.2021 con la quale la direzione amministrativa aziendale meglio specifica e dettaglia quanto riportato al punto precedente;

PREMESSO che:

- presso il Reparto di Endoscopia Digestiva del Polo Ospedaliero di Rieti è in uso n. 1 armadio sterile per endoscopi, modello Endoscope Dryng Cabinet Edc con numero d'inventario, n. 62995;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, alla società Cantel Medical Italy S.r.l. dell'intervento di riparazione di n. 1 armadio sterile per endoscopi, modello Endoscope Dryng Cabinet Edc, in uso presso il Reparto di Endoscopia Digestiva del Polo Ospedaliero di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 840,00 oltre Iva. CIG: Z993757F60

- in data 06/07/2022 è pervenuta dal suddetto reparto una richiesta d'intervento per il guasto dell'apparecchiatura in oggetto, ODL 22-000001176 (All.1);
- la U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA ha effettuato un'indagine tecnica, riscontrando la necessità di un intervento di ripristino funzionale;
- la UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA ha inoltrato la richiesta d'intervento tecnico alla società Cantel Medical Italy S.r.l. in quanto fornitrice dell'apparecchiatura sopra indicata, in garanzia sino al 29/07/2022;

CONSIDERATO che:

- la causa, origine del guasto, non era dovuta ad un malfunzionamento dell'armadio ma, come rilevato nel rapporto tecnico rimesso dalla società fornitrice dell'apparecchiatura, alla scadenza dei filtri necessari a garantire la sterilità dell'ambiente;
- la sostituzione dei suddetti accessori, indispensabili alla funzionalità dell'apparecchio, non rientra nella garanzia in vigore;
- è necessario un intervento di ripristino correttivo-funzionale dell'apparecchiatura in uso presso il Reparto di Endoscopia Digestiva del Polo Ospedaliero di Rieti;
- quest'Azienda deve garantire una costante attività manutentiva delle apparecchiature del proprio parco elettromedicale, ai fini di una corretta risposta diagnostico – terapeutica nei confronti dell'utenza, garantendo la continuità dell'offerta sanitaria;

PRESO ATTO che:

- la UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA, stante l'approssimarsi della scadenza della garanzia fornita dalla società Cantel Medical Italy S.r.l. fissata al 29/07/2022, richiedeva dei preventivi di spesa sia alla casa madre, sia ad altri operatori in grado di provvedere alla riparazione in oggetto;
- gli operatori economici rimettevano le proposte economiche come di seguito dettagliate:
 - ✓ Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l. per l'importo complessivo di € 1.000,00 oltre iva giusto preventivo del 29/07/2022 (All. 2)
 - ✓ Cantel Medical Italy S.r.l. per l'importo complessivo di € 840,00 oltre iva giusto preventivo del 27/07/2022 (All.3)
- quest'Azienda deve garantire una costante attività manutentiva delle apparecchiature del proprio parco elettromedicale, ai fini di una corretta risposta diagnostico – terapeutica nei confronti dell'utenza, garantendo la continuità dell'offerta sanitaria;

VISTA la necessità di condividere l'offerta rimessa in data 28/07/2022, dalla società Cantel Medical Italy S.r.l., già fornitrice dell'apparecchiatura, per la riparazione di n. 1 armadio sterile per endoscopi, modello Endoscope Dryng Cabinet Edc, in uso presso il Reparto di Endoscopia Digestiva del Polo Ospedaliero di Rieti;

VISTO l'Art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, il quale dispone che: “Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, alla società Cantel Medical Italy S.r.l. dell'intervento di riparazione di n. 1 armadio sterile per endoscopi, modello Endoscope Dryng Cabinet Edc, in uso presso il Reparto di Endoscopia Digestiva del Polo Ospedaliero di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 840,00 oltre Iva. CIG: Z993757F60

(lettera così sostituita dall'art.51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021)

VISTO inoltre l'art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii, secondo il quale *“L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. (...) Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute (...);*

RITENUTO, pertanto, di dover affidare, ai sensi dell'Art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021 alla società Cantel Medical Italy S.r.l. l'intervento di riparazione di n. 1 armadio sterile per endoscopi, modello Endoscope Dryng Cabinet Edc;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che si intendono integralmente richiamate;
2. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'Art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, l'intervento di riparazione di n. 1 armadio sterile per endoscopi, modello Endoscope Dryng Cabinet Edc, alla società Cantel Medical Italy S.r.l.. Importo complessivo pari ad € 840,00 Iva esclusa;
3. **DI DARE ATTO** che l'onere del presente provvedimento, pari a € 1.024,80 (Iva Inclusa 22%), va imputato al conto di costo 503030101 – manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Bilancio anno 2022 - AUT. 48/2022 a valere sui fondi ordinari del bilancio aziendale;
4. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
5. **DI DISPORRE** l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
6. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.S.D.
Ingegneria Biomedica e Clinica
Ing. Erminio Pace

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, alla società Cantel Medical Italy S.r.l. dell'intervento di riparazione di n. 1 armadio sterile per endoscopi, modello Endoscope Dryng Cabinet Edc, in uso presso il Reparto di Endoscopia Digestiva del Polo Ospedaliero di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 840,00 oltre Iva. CIG: Z993757F60

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 08/08/2022

Firmato elettronicamente da Petti Anna



Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data