

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA

Oggetto: *affidamento ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, alla società Arjo Italia S.p.a. della fornitura in sostituzione di un telo imbracatura per sollevatore, modello SARA 3000, in uso presso la UOC Medicina Fisica e Riabilitativa del Polo Ospedaliero di Rieti.*

Importo complessivo pari ad € 288,00 Iva esclusa. CIG: ZC337908E2

Estensore: Dott.^{ssa} D'Alessandro Diego

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Sig./Dott. Pace Erminio

Data 01/09/2022 Firmato elettronicamente da Pace Erminio

Il Dirigente.: Dott. Pace Erminio

Data 01/09/2022 Firmato elettronicamente da Pace Erminio

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 503030101

Autorizzazione: AUT. 48/2022

Data 02/09/2022 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, alla società Arjo Italia S.p.a. della fornitura in sostituzione di un telo imbracatura per sollevatore, modello SARA 3000, in uso presso la UOC Medicina Fisica e Riabilitativa del Polo Ospedaliero di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 288,00 Iva esclusa. CIG: ZC337908E2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA

TENUTO CONTO:

- che con atto deliberativo n.782 del 23.08.2019 è stata assegnata all'Ing. Erminio Pace la funzione di Dirigente Responsabile della Unità Operativa Semplice Dipartimentale "Ingegneria Biomedica Clinica e HTA";
- che con atto deliberativo n. 339 del 24.04.2018, integrato con atto deliberativo n. 1183 del 31.12.2019, modificata con Delibera n. 85 del 24.12.2020 sono state adottate le procedure per avviare l'iter amministrativo per le sostituzioni e gli acquisti di tecnologie e apparecchiature elettromedicali;
- che con nota prot. n° 40020 del 22/06/21 è stata data disposizione alla UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA di seguire tutte le procedure inerenti alle apparecchiature elettromedicali della ASL di Rieti;
- della disposizione di servizio n. 0040361/21 del 23.06.2021 con la quale la direzione amministrativa aziendale meglio specifica e dettaglia quanto riportato al punto precedente;

PREMESSO che:

- presso la UOC Medicina Fisica e Riabilitativa del Polo Ospedaliero di Rieti è in uso n. 1 sollevatore, modello SARA 3000, con numero d'inventario n. 62338;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, alla società Arjo Italia S.p.a. della fornitura in sostituzione di un telo imbracatura per sollevatore, modello SARA 3000, in uso presso la UOC Medicina Fisica e Riabilitativa del Polo Ospedaliero di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 288,00 Iva esclusa. CIG: ZC337908E2

- in data 22/08/2022 è pervenuta dal suddetto reparto una richiesta di intervento tecnico per il mancato funzionamento dell'apparecchio sopra indicato dato dal danneggiamento del telo imbracatura, ODL 22-000001382 (All.1);
- la U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA ha effettuato un'indagine tecnica, riscontrando la necessità di un intervento di riparazione / sostituzione del telo per imbracatura. L'apparecchio risultava funzionante;
- la causa, origine del guasto, non era dovuta ad un malfunzionamento del sollevatore, ma ad un danno al telo imbracatura;
- in data 24/08/2022 la UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA ha richiesto al coordinatore della UOC Medicina Fisica e Riabilitativa, Dott. Angelo Mostarda, di specificare il codice, la tipologia e la misura dell'imbracatura danneggiata;
- con mail del 25/08/2022, il Dott. Angelo Mostarda indicava, quale tipologia di imbracatura, la fascia dorso – lombare per posizione eretta cintura sup. separata XL (cod. TSS. 503 S-1C-L1), pienamente compatibile con il sollevatore in oggetto;

CONSIDERATO che:

- la sostituzione del telo imbracatura è necessaria ad un ripristino funzionale del sollevatore, in uso presso la UOC Medicina Fisica e Riabilitativa del Polo Ospedaliero di Rieti;
- quest'Azienda deve garantire una costante attività manutentiva delle apparecchiature del proprio parco elettromedicale, ai fini di una corretta risposta diagnostico – terapeutica nei confronti dell'utenza, garantendo la continuità dell'offerta sanitaria;

DATO ATTO che la U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA ha richiesto un preventivo per la fornitura in sostituzione del telo imbracatura, alla società Arjo Italia S.p.a., fornitrice e produttore dell'apparecchiatura in oggetto, che in data 29.08.2022 rimetteva una offerta economica per un ammontare complessivo pari ad € 288,00 oltre IVA (All.2);

VISTA la necessità di condividere l'offerta rimessa in data 29/08/2022, dalla società Arjo Italia S.p.a., per la sostituzione del telo imbracatura del sollevatore, modello SARA 3000, con numero d'inventario 62338, in uso presso la UOC Medicina Fisica e Riabilitativa del Polo Ospedaliero di Rieti;

VISTO l'Art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, il quale dispone che: "Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; (lettera così sostituita dall'art.51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021)

VISTO inoltre l'art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii, secondo il quale "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. (...) Il principio di economicità può essere subordinato, nei

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, alla società Arjo Italia S.p.a. della fornitura in sostituzione di un telo imbracatura per sollevatore, modello SARA 3000, in uso presso la UOC Medicina Fisica e Riabilitativa del Polo Ospedaliero di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 288,00 Iva esclusa. CIG: ZC337908E2

limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute (...);

RITENUTO, pertanto, di dover affidare, ai sensi dell'Art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021 alla società Arjo Italia S.p.a., la sostituzione del telo imbracatura del sollevatore, modello SARA 3000, con numero d'inventario 62338, in uso presso la UOC Medicina Fisica e Riabilitativa del Polo Ospedaliero di Rieti;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
2. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'Art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, la sostituzione del telo imbracatura del sollevatore, modello SARA 3000, n. Inventario 62338, alla società Arjo Italia S.p.a. Importo complessivo pari ad € 288,00 Iva esclusa;
3. **DI DARE ATTO** che l'onere del presente provvedimento, pari a € 299,52 (Iva Inclusa 4%), va imputato al conto di costo 503030101 – manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Bilancio anno 2022 - AUT. 48/2022 a valere sui fondi ordinari del bilancio aziendale;
4. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
5. **DI DISPORRE** l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
6. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.S.D.
Ingegneria Biomedica e Clinica
Ing. Erminio Pace

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, alla società Arjo Italia S.p.a. della fornitura in sostituzione di un telo imbracatura per sollevatore, modello SARA 3000, in uso presso la UOC Medicina Fisica e Riabilitativa del Polo Ospedaliero di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 288,00 Iva esclusa. CIG: ZC337908E2

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 06/09/2022

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data