

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE <i>UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA</i>	
Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, alla Società Olympus, dell'intervento tecnico di manutenzione correttiva/sostituzione, con la formula del Repair Exchange, di n° 1 elettrobisturi Martin – Mod. ME 402 – N. inv. 56350, da destinare alla UOC Ostetricia e Ginecologia del PO di Rieti.	
Importo complessivo pari ad € 13.174,69 IVA esclusa. CIG: ZC9394F814	
Estensore: Dott.ssa Dionisi Simona	
Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm. ii.	
Resp. del Procedimento: Ing.. Germolè Antonino	
Data 28/12/2022	Firmato elettronicamente da Germolè Antonino
Il Dirigente.: Ing. Germolè Antonino	
Data 28/12/2022	Firmato elettronicamente da Germolè Antonino
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti <i>sfavorevoli</i> rispetto al budget economico.	
Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 503030101	
Autorizzazione: AUT. 48/2022	
Data 28/12/2022	Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, alla Società Olympus, dell'intervento tecnico di manutenzione correttiva/sostituzione, con la formula del Repair Exchange, di n° 1 elettrobisturi Martin – Mod. ME 402 – N. inv. 56350, da destinare alla UOC Ostetricia e Ginecologia del PO di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 13.174,69 IVA esclusa. CIG: ZC9394F814

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto : "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL RESPONSABILE DELLA

UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA

PREMESSO che:

- presso la CdS di Magliano Sabina è in uso un elettrobisturi Martin – Mod. ME 402 – N. inv. 56350;
- in data 25.07.2022, perveniva dalla CdS di Magliano Sabina una richiesta di intervento di manutenzione correttiva/sostituzione con ODL n° 22-000001247;(All.1);
- la predetta apparecchiatura risulta in carico alla società Poliedra Ingegneria Clinica Srl che eroga il servizio di gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sanitarie, (riferimento lotto n. 7 a favore del RTI Poliedra Ingegneria Clinica Srl - Mandataria - giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 917/2021), di seguito anche solo "Global Service";
- la U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA inoltrava la richiesta d'intervento alla società Poliedra Ingegneria Clinica Srl come sopra riportato;

CONSIDERATO che questa Azienda deve garantire una costante attività manutentiva del proprio parco elettromedicale nonché dello strumentario chirurgico, ai fini della corretta risposta diagnostica, terapeutica e chirurgica, garantendo la continuità dell'offerta sanitaria;

RILEVATO che:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, alla Società Olympus, dell'intervento tecnico di manutenzione correttiva/sostituzione, con la formula del Repair Exchange, di n° 1 elettrobisturi Martin – Mod. ME 402 – N. inv. 56350, da destinare alla UOC Ostetricia e Ginecologia del PO di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 13.174,69 IVA esclusa. CIG: ZC9394F814

- la Società Poliedra Ingegneria Clinica Srl, a seguito di intervento tecnico/manutentivo correttivo ha emesso rapporto tecnico n° mc-1142 dello 01.12.2022, con il quale riscontrava uno spegnimento anomalo dello strumento e proponeva il fuori uso dello stesso per mancanza di parti di ricambio (All.2);

VISTA, inoltre, la dichiarazione di fuori supporto della Società Costruttrice Martin (All. 3)

TENUTO CONTO che presso la CdS di Magliano Sabina è stato recentemente collaudato un nuovo elettrobisturi;

CONSIDERATO che la U.O.C. A.L.B.S., su mandato della Commissione HTA del 26/07/2022, ha acquistato, con Delibera n. 1047 del 11/11/2022, un resettore bipolare da destinare alla U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del PO di Rieti;

VISTA la richiesta di acquisto da parte della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia, pervenuta alla scrivente U.O.S.D. in data 30/11/2022, che richiedeva la fornitura di un elettrobisturi da collegare al nuovo resettore bipolare, di recente acquisizione come riportato nel punto precedente del presente atto;

RILEVATO che la U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA, richiedeva, in data 14.12.2022, un preventivo alla Società Invernizzi S.p.A., manutentrice esclusiva delle apparecchiature Martin all'interno della Regione Lazio (All. 4), per la sostituzione tramite la formula del repair exchange dell'elettrobisturi n. inv. 56350, costruttore Martin – Mod. ME 402;

PRESO ATTO che Società Invernizzi S.p.A., in data 14.12.2022, trasmetteva un preventivo/offerta n° 962/22 Fu, pari ad € 13.174,69 IVA esclusa; (All. 5)

DATO ATTO che il modello di elettrobisturi proposto è compatibile con il resettore bipolare di recente acquisizione;

DATO ATTO, inoltre, che il suddetto preventivo di spesa è stato ritenuto congruo dal Responsabile della UOSD Ingegneria Biomedica e Clinica;

VISTA la nota della Direzione Amministrativa Prot. n.° 65813 del 22.09.2022, con la quale, nelle more della riorganizzazione della UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA, è stata affidata all'Ing. Antonino Germolè – Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale – la responsabilità delle attività di manutenzione degli elettromedicali aziendali attualmente in carico alla suddetta Unità Operativa;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito “Codice” n.d.r.);

VISTO l'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, che deroga temporaneamente la disciplina per gli affidamenti “sotto-soglia” di cui all'art. 36 del Codice;

RITENUTO, pertanto, di dover affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, in favore della Società Invernizzi S.p.A., l'intervento tecnico di manutenzione correttiva/sostitutiva, (ex Repair Exchange), di sostituzione dell'intera apparecchiatura n. inv. 56350, costruttore Martin – Mod. ME 402;

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, alla Società Olympus, dell'intervento tecnico di manutenzione correttiva/sostituzione, con la formula del Repair Exchange, di n° 1 elettrobisturi Martin – Mod. ME 402 – N. inv. 56350, da destinare alla UOC Ostetricia e Ginecologia del PO di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 13.174,69 IVA esclusa. CIG: ZC9394F814

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, l'intervento tecnico di manutenzione correttiva/sostitutiva, (ex Repair Exchange), di sostituzione dell'intera apparecchiatura n. inv. 56350, costruttore Martin – Mod. ME 402, (ex Repair Exchange), in favore della Società Invernizzi S.p.A., per l'importo complessivo pari a € 13.174,69 oltre IVA;
2. **DI DISPORRE** l'invio dell'ordinativo elettronico NSO alla società affidataria per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità con la vigente normativa in materia;
3. **DI INCLUDERE** l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 16.073,12, (IVA 22% inclusa), nelle risorse di cui al conto di costo 503030101 – manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Bilancio anno 2022 - AUT. 48/2022;
4. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
5. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.S.D.
Ingegneria Biomedica e Clinica
Ing. Antonino Germolé

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, alla Società Olympus, dell'intervento tecnico di manutenzione correttiva/sostituzione, con la formula del Repair Exchange, di n° 1 elettrobisturi Martin – Mod. ME 402 – N. inv. 56350, da destinare alla UOC Ostetricia e Ginecologia del PO di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 13.174,69 IVA esclusa. CIG: ZC9394F814

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti
Data 29/12/2022	Firmato elettronicamente da Petti Anna
<input type="checkbox"/>	Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca
Data	