




21-000000536



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
RIETI

<b>INVENTARIO</b> 63505		<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b> A01A-0415 - Urologia -	<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b> 22-12-21 13:41 - 22-12-21 13:41	
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b> BARBARA SANTOBONI - 8335-8314 ambulatorio urologico		<b>UBICAZIONE</b> EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: UROL 7	<b>ODL INTERVENTO</b> 21-000000536	
<b>TIPOLOGIA</b> FIBROCISTOSCOPIO FLESSIBILE		<b>MODELLO</b> 11272C1	<b>PRESIDIO / SEDE</b> OSP. RIETI	
<b>PRODUTTORE</b> STORZ KARL GMBH & CO KG	<b>COD. CIVAB</b> C86J80C3326	<b>MATRICOLA</b> 2086419	<b>INV. ENTE</b> 133384	<b>FASCIA CRITICA</b>

## ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - BUONGIORNO SI RICHIEDE INTERVENTO SU CISTOSCOPIO FLESSIBILE CITATO PER SGUAINAMENTO IN PUNTA DOPO STERILIZZAZIONE.CORDIALI SALUTI
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

## NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: BUONGIORNO SI RICHIEDE INTERVENTO SU CISTOSCOPIO FLESSIBILE CITATO PER  
SGUAINAMENTO IN PUNTA DOPO STERILIZZAZIONE.CORDIALI SALUTI

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
15:33	22-12-21	15:33	22-12-21	DUEFFE 2000	PAOLA GRILLO	assegnazione	--

## PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

<b>NOME COGNOME REFER. REPARTO:</b>		<b>DATA:</b> 22-12-21
<b>SALVA FIRME &gt;&gt;</b>		
<b>Esecutore:</b>  _____	<b>Tecnico Interno:</b>  _____	<b>Ref. Reparto:</b>  _____