



22-000000501


**ASL  
RIETI**

<b>INVENTARIO</b> 62739		<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b> A01A-0314 - Anestesia/Rianimazione -		<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b> 21-03-22 19:25 - 21-03-22 19:25	
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b> LAURA PECORARO - 0746278263		<b>UBICAZIONE</b> EDIFICIO: -- PIANO: -- STANZA: COVID 19		<b>ODL INTERVENTO</b> 22-000000501	
<b>TIPOLOGIA</b> VENTILATORE POLMONARE PER TERAPIA INTENSIVA		<b>MODELLO</b> BELLAVISTA 1000		<b>PRESIDIO / SEDE</b> OSP. RIETI	
<b>PRODUTTORE</b> IMT MEDICAL	<b>COD. CIVAB</b> VPOG30C1855	<b>MATRICOLA</b> MB202363	<b>INV. ENTE</b> 130420	<b>FASCIA CRITICA</b> Finanziamenti propri	

**ATTIVITA' RICHIESTE**

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	<b>CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - ALLARME CALIBRARE SENSORE 02 (CALIBRATO PIU VOLTE CON ESITO NEGATIVO)</b>
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

**NOTE INTERVENTO**

NOTE RICHIEDENTE: ALLARME CALIBRARE SENSORE 02 (CALIBRATO PIU VOLTE CON ESITO NEGATIVO)

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
08:21	22-03-22	08:21	22-03-22	VYAIR	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
16:08	11-04-22	16:08	11-04-22	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)		rendicontazione	ALTRO TIPO -- ESEGUITA SOSTITUZIONE SENSORE 02.

**PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITuite IN RENDICONTAZIONE:****DATA CHIUSURA: 07-04-22 10:00**

NOME COGNOME REFER. REPARTO: \_\_\_\_\_ DATA: 20-04-22

SALVA FIRME &gt;&gt;

<b>Esecutore:</b>  _____	<b>Tecnico Interno:</b>  _____	<b>Ref. Reparto:</b>  _____
--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------