



22-000000875


**ASL
RIETI**

INVENTARIO 64181		COD. CDC - DESCR. CDC A01A-0306 - Endoscopia Digestiva -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 11-05-22 13:43 - 11-05-22 13:43	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC MARIA BOSCARDINI - 0746278293		UBICAZIONE EDIFICIO: - PIANO: - STANZA: GASTROSCOPIA		ODL INTERVENTO 22-000000875	
TIPOLOGIA VIDEOGASTROSCOPIO		MODELLO GIF-H190 N		PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI	
PRODUTTORE OLYMPUS OPTICAL CO LTD		COD. CIVAB VGFOLY0000047252		MATRICOLA 2102210	
				INV. ENTE 134017	
				FASCIA CRITICA	

ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - LESIONE GUAINA TERMINALE E TIRANTI ROTTI - URGE STRUMENTO IN SOSTITUZIONE
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: LESIONE GUAINA TERMINALE E TIRANTI ROTTI - URGE STRUMENTO IN SOSTITUZIONE

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
14:17	11-05-22	14:17	11-05-22	OLYMPUS ITALIA srl (SEGRATE)	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
09:48	19-05-22	09:48	19-05-22	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)		rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO -- STRUMENTO LOANER MATRICOLA 2202563 SPEDITO IN SOSTITUZIONE DEL VIDEOGASTROSCOPIO MATR. 2102210 INV. 64181 RITIRATO PER RIPARAZIONE.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITuite IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO: _____ DATA: 23-05-22

SALVA FIRME >>

Esecutore: _____	Tecnico Interno: _____	Ref. Reparto: _____
--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------