



22-000001176


**ASL  
RIETI**

<b>INVENTARIO</b> 62995	<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b> A01A-0306 - Endoscopia Digestiva -	<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b> 06-07-22 14:03 - 06-07-22 14:03		
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b> DOMENICA GALLINA - NOLDAP	<b>UBICAZIONE</b> EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: STERILIZZAZIONE	<b>ODL INTERVENTO</b> 22-000001176		
<b>TIPOLOGIA</b> ARMADIO STERILE PER ENDOSCOPI	<b>MODELLO</b> ENDOSCOPE DRYNG CABINET EDC	<b>PRESIDIO / SEDE</b> OSP. RIETI		
<b>PRODUTTORE</b> CANTEL MEDICAL ITALY SRL	<b>COD. CIVAB</b> ADSI65C2879	<b>MATRICOLA</b> 22275	<b>INV. ENTE</b> 129696	<b>FASCIA CRITICA</b>

**ATTIVITA' RICHIESTE**

<input type="checkbox"/> Manut. Prev. <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. <input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part <input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	<b>CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - CODICE ERRORE 3022</b>
---	--	---

**NOTE INTERVENTO**

NOTE RICHIEDENTE: CODICE ERRORE 3022

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
15:06	06-07-22	15:06	06-07-22	CANTEL MEDICAL(ITALY) SRL (POMEZIA(RM))	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
16:44	08-07-22	16:44	08-07-22	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)		rendicontazione	APPARECCHIATURA NON RIPARABILE -- RICERCA GUASTO, RISCONTRATO TERMICO SALTATO. PULIZIA INTERNA COMPRESSORE CON SMONTAGGIO VENTOLE, SOSTITUZIONE PREVENTIVA DI UNA VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO. RISCONTRATA PRESSIONE ARIA LEGGERMENTE BASSA A CAUSA DEI FILTRI SCADUTI E SPORCHI. DEVONO ESSERE SOSTITUITI AL PIU' PRESTO. LAVORO FINITO.

**PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:****DATA CHIUSURA: 08-07-22 13:00**

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 27-07-22

SALVA FIRME &gt;&gt;

<b>Esecutore:</b>	<b>Tecnico Interno:</b>	<b>Ref. Reparto:</b>
_____	_____	_____