




22-000000210



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
RIETI

<b>INVENTARIO</b> 63484	<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b> 9slgba0e6 - MURG 3 PIANO -	<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b> 10-02-22 13:21 - 10-02-22 13:21		
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b> ANNAMARIA COLLETTINI - 0746/278391	<b>UBICAZIONE</b> EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: CAMERA 6		<b>ODL INTERVENTO</b> 22-000000210	
<b>TIPOLOGIA</b> MONITOR PARAMETRI VITALI	<b>MODELLO</b> BENEVISION N15	<b>PRESIDIO / SEDE</b> OSP. RIETI		
<b>PRODUTTORE</b> MINDRAY CO LTD	<b>COD. CIVAB</b> MONH76C2370	<b>MATRICOLA</b> FC-0C024077	<b>INV. ENTE</b> 133299	<b>FASCIA CRITICA</b>

<b>ATTIVITA' RICHIESTE</b>		
<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	<b>CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - CAVO TERMINALE SPO2 ROTTO</b>
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

**NOTE INTERVENTO**

NOTE RICHIEDENTE: CAVO TERMINALE SPO2 ROTTO - CHIAMATA SU APPARECCHIATURA CON CDC NON ASSOCIATO AL RICHIEDENTE

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
11:53	28-02-22	11:53	28-02-22	MINDRAY ()	PAOLA GRILLO	assegnazione	--

**PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:**

NOME COGNOME REFER. REPARTO: \_\_\_\_\_ DATA: 28-02-22

SALVA FIRME &gt;&gt;

<b>Esecutore:</b> _____	<b>Tecnico Interno:</b> _____	<b>Ref. Reparto:</b> _____
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------