


22-000000671


**ASL  
RIETI**

<b>INVENTARIO</b> 63772	<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b> A01A-0411 - Otorino -	<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b> 12-04-22 17:20 - 12-04-22 17:20		
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b> ROSSANA BORSETI - 0746278033	<b>UBICAZIONE</b> EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: AMB. 5° PIANO-0411-0414		<b>ODL INTERVENTO</b> 22-000000671	
<b>TIPOLOGIA</b> NASOFARINGOSCOPIO	<b>MODELLO</b> 11101RPK2	<b>PRESIDIO / SEDE</b> OSP. RIETI		
<b>PRODUTTORE</b> STORZ KARL GMBH & CO KG	<b>COD. CIVAB</b> NFSJ80C3324	<b>MATRICOLA</b> 2851137	<b>INV. ENTE</b> 133404	<b>FASCIA CRITICA</b> Finanziamenti propri

**ATTIVITA' RICHIESTE**

<input type="checkbox"/> Manut. Prev. <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. <input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part <input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	<b>CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - GUAINA DI RIVESTIMENTO DANNEGGIATA</b>
---	--	---

**NOTE INTERVENTO**

NOTE RICHIEDENTE: GUAINA DI RIVESTIMENTO DANNEGGIATA - CHIAMATA SU APPARECCHIATURA CON CDC NON ASSOCIATO AL RICHIEDENTE

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
08:28	13-04-22	08:28	13-04-22	DUEFFE 2000 SRL (ROMA)	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
13:10	14-04-22	13:10	14-04-22	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)		rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO -- APPARECCHIO RITIRATO PER RIPARAZIONE IN SEDE: DANNEGGIATA GUAINA DI RIVESTIMENTO.

**PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:**

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 24-05-22

SALVA FIRME &gt;&gt;

Esecutore:

Tecnico Interno:

Ref. Reparto: