



22-000000996


**ASL
RIETI**

INVENTARIO 64195		COD. CDC - DESCR. CDC A01A-0601 - Div. Cardiologica 5 P. -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 06-06-22 11:20 - 06-06-22 11:20	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC LUISA CICCAGLIONI - 10279		UBICAZIONE EDIFICIO: - PIANO: - STANZA: REPARTO CARDIOLOGIA		ODL INTERVENTO 22-000000996	
TIPOLOGIA UNITA TELEMETRICA PER APPLICAZIONI CARDIOLOGICHE		MODELLO BENEVISION TM80		PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI	
PRODUTTORE SHENZHEN MINDRAY	COD. CIVAB UTEMYM0000054499	MATRICOLA HJ-17010221	INV. ENTE	FASCIA CRITICA	

ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - SOSTITUZIONE CAVO IN QUANTO DETERIORATO DAL PAZIENTE
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: SOSTITUZIONE CAVO IN QUANTO DETERIORATO DAL PAZIENTE

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
11:27	06-06-22	11:27	06-06-22	TECNOSALUS	PAOLA GRILLO	assegnazione	--

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO: _____ DATA: 07-06-22

SALVA FIRME >>

Esecutore: _____	Tecnico Interno: _____	Ref. Reparto: _____
--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------