



22-000000873


**ASL
RIETI**

INVENTARIO 64182		COD. CDC - DESCR. CDC A01A-0306 - Endoscopia Digestiva -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 11-05-22 13:42 - 11-05-22 13:42	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC MARIA BOSCARDINI - 0746278293		UBICAZIONE EDIFICIO: - PIANO: - STANZA: GASTROSCOPIA		ODL INTERVENTO 22-000000873	
TIPOLOGIA VIDEOGASTROSCOPIO		MODELLO GIF-H190 N		PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI	
PRODUTTORE OLYMPUS OPTICAL CO LTD		COD. CIVAB VGFOLY0000047252		MATRICOLA 2102168	
				INV. ENTE 134018	
				FASCIA CRITICA	

ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - LESIONE GUAINA TERMINALE E TIRANTI ROTTI - URGE STRUMENTI IN SOSTITUZIONE
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: LESIONE GUAINA TERMINALE E TIRANTI ROTTI - URGE STRUMENTI IN SOSTITUZIONE

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
13:49	11-05-22	13:49	11-05-22	OLYMPUS ITALIA srl (SEGRATE)	PAOLA GRILLO	assegnazione	--

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:NOME COGNOME REFER. REPARTO: DATA: 23-05-22

SALVA FIRME >>

Esecutore: _____	Tecnico Interno: _____	Ref. Reparto: _____
--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------