



Spett.le

ASL Rieti

Via del Terminillo, 42

02100 Rieti

Roma, 17.10.2022

**OGGETTO: rif.to ns. preventivo n. 246 del 17.10.2022**

Gent.mi,

facciamo seguito all'oggetto e rapporto tecnico redatto da casa Madre documento n°45329172 allegato per comunicarvi che la tipologia di guasto riscontrata sullo strumento (perdita della tenuta, infiltrazione con conseguentemente perdita della nitidezza dell'immagine) non può essere imputata alla garanzia per difetti di fabbricazione. Casa Madre suggerisce la repair-exchange dello strumento.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito, inviamo distinti saluti,

A handwritten signature in black ink is written over the 'Dueffe 2000 srl' logo. The signature is stylized and appears to be 'E. Dueffe'.