


22-000001247

ASL  
RIETI

<b>INVENTARIO</b> 56350		<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b> N041 - SALA OPERATORIA OCULISTICA -		<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b> 25-07-22 13:35 - 25-07-22 13:35	
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b> ANTONIO SANGES PER CONTO DI: SALVATORE ESPOSITO -		<b>UBICAZIONE</b> EDIFICIO: - PIANO: - STANZA: SALA 2		<b>ODL INTERVENTO</b> 22-000001247	
<b>TIPOLOGIA</b> ELETTROBISTURI/ELETTROCOAGULATORE		<b>MODELLO</b> ME 402		<b>PRESIDIO / SEDE</b> OSP. MAGLIANO SABINA	
<b>PRODUTTORE</b> GEBRUDER MARTIN GMBH & CO KG	<b>COD. CIVAB</b> ELBF45C1379	<b>MATRICOLA</b> 402M0100040256	<b>INV. ENTE</b> 56350	<b>FASCIA CRITICA</b>	

## ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	<b>CAUSALE / PROBLEMA:</b>
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

## NOTE INTERVENTO

## NON FUNZIONANTE - RILEVAZIONE CON NO

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
13:35	25-07-22	13:35	25-07-22	ANTONIO SANGES (antonio.sanges)		assegnazione	NON FUNZIONANTE
13:35	25-07-22	13:40	25-07-22	ANTONIO SANGES GLOBAL SERVICE (antonio.sanges)		rilevazione	RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE -- RICERCA GUASTO
13:40	25-07-22	14:50	25-07-22	ANTONIO SANGES GLOBAL SERVICE (antonio.sanges)		rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO -- RISCONTRATO SPEGNIMENTO ANOMALO DURANTE L UTILIZZO E IL MONITO NON FUNZIONA SI RITIRA PRESSO IL NS LABORATORIO - INTERROTTA SOSPENSIONE PER CHIUSURA INTERVENTO DA: ALESSIO TEMPESTA IL 02-08-22
10:22	02-08-22	10:22	02-08-22	ALESSIO TEMPESTA GLOBAL SERVICE (alessio.tempesta)	ALESSIO TEMPESTA	rendicontazione	PROPOSTA FUORI USO -- ELETTROBISTURI FUNZIONANTE IN PARTE SI RICHIEDE FUORI USO CAUSA PARTI DI RICAMBIO NON PIU' REPERIBILI.

## PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITuite IN RENDICONTAZIONE:

DATA CHIUSURA: 02-08-22 10:22

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 21-12-22

SALVA FIRME &gt;&gt;

Esecutore:

Tecnico Interno:

Ref. Reparto: