

Tutte Da: Kol Amir MF

Nuovo messaggio Elimina Archivia Posta indesiderata Sposta in Categorizza Posponi

> Preferiti
 < Cartelle

- Posta in arrivo 438
- Bozze 69
- Posta inviata 2
- Posposto
- Posta eliminata 606
- Posta indesiderata 6
- Archivio
- Note 1
- 730
- arredi 2
- chiarimenti
- concorsi
- Cronologia delle conve...
- decubiti 2
- determine sw
- doc greccio
- FFP2
- formazione 1
- frigofarmaci 1
- materiale consumo spi...
- miei
- Nuova cartella

> Gruppi

Parere idoneità tecnica elettrodi 2

MF **MARTA FIOCCHI**
 Invio lotti mancanti elettrodi. Dott.ssa Marta Fiocchi Azienda Sanitaria Locale Rieti UOSD Ingegneria Bi... Lun 28/03/2022 09:18

Visualizza altri 2 messaggi

Hai inoltrato questo messaggio il ven 25/03/2022 08:42

Kol Amir
 gio 24/03/2022 11:21
 A: Marta Fiocchi; Patrizio Anibaldi; ABS
 Cc: Massimiliano Angelucci; LUISA CICCAGLIONI; Segreteria DMO

Di seguito il parere di idoneità tecnica dello scrivente in base alla campionatura ricevuta:

lotto 1 società AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: FIAB
Idoneo

lotto 2 società AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: CERACARTA
Non idoneo, in quanto nonostante una discreta aderenza alla pelle i tracciati ecg sono inficiati da numerosi artefatti. La stessa problematica è stata riscontrata con gli elettrodi forniti da FIAB.

lotto 3 AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: AMBU
Non idoneo, in quanto nonostante una discreta aderenza alla pelle i tracciati ecg sono inficiati da numerosi artefatti. La stessa problematica è stata riscontrata con gli elettrodi forniti da FIAB.

lotto 4 AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: AMBU
Non testati in quanto la tipologia di attacco non è compatibile con i cavi ecg a nostra disposizione. FIAB e Ceracarta **non idonei**, in quanto in quanto nonostante una discreta aderenza alla pelle i tracciati ecg sono inficiati da numerosi artefatti.

lotto 5 AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: FIAB
 Modello offerto **F7961U** appare di dimensioni troppo ridotte per utilizzo su popolazione adulta
 Modello offerto **F7955** per adulti appare idoneo, ma ha attacco compatibile solo con i defibrillatori Nihon Koden, di quelli indicati sull'etichetta. Gli altri defibrillatori indicati in catalogo non risultano essere presenti in ospedale.

lotto 6 AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: FIAB
 Modello offerto **F7961P** per popolazione pediatrica appare idoneo, ma ha attacco compatibile solo con i defibrillatori Nihon Koden, come indicato sull'etichetta
 Modello offerto **F7955P** per popolazione pediatrica appare idoneo, ma ha attacco compatibile solo con i defibrillatori Nihon Koden, di quelli indicati sull'etichetta. Gli altri defibrillatori indicati in catalogo non risultano essere presenti in ospedale.

lotto 7 AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: FIAB
Idoneo

lotto 8 AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: FIAB
Idoneo

lotto 9AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: FIAB
Idoneo

lotto 10 AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: FIAB
Idoneo

lotto 11AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: FIAB
Idoneo

Sarà reinviata alla UOC ALBS la campionatura residua e si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Cordiali saluti

Dott. Amir Kol
 Direttore UOC Cardiologia
 Ospedale "San Camillo de Lellis", ASL Rieti
 Viale J. F. Kennedy 1 - 02100 - Rieti