

## R: Richiesta quantitativi materiale di consumo

Mauro De Martinis <m.demartinis@asl.rieti.it>

mar 24/05/2022 07:56

A: Marco Risa <m.risa@asl.rieti.it>

Buongiorno Marco, relativamente alle richieste da te effettuate per i consumabili per incubatrice e isola neonatale, qui di seguito ti indico le quantità relativamente a **1 anno** di utilizzo:

1. Filtro ingresso... 6
2. Contenitore aspirazione.. 2
3. Sonda per temperatura cutanea centrale.. 1
4. Sonda per temperatura periferica.. 1
5. Circuito paziente.. 2
6. Filtro antibatterico.. 2
7. Contenitore aspirazione monouso.. 4

In attesa di un tuo riscontro, cordiali saluti

### Dott. Mauro de Martinis

Responsabile U.O.S.D.

Pediatria e Neonatologia

P.O. "S. Camillo de Lellis" - Rieti

Tel. 0746/278244

Tel. 0746/278321

Cell. 348/7242408

Fax 0746/278464

m.demartinis@asl.rieti.it

---

Da: Marco Risa <m.risa@asl.rieti.it>

Inviato: lunedì 9 maggio 2022 16:17

A: Mauro De Martinis <m.demartinis@asl.rieti.it>

Cc: Erminio Pace <e.pace@asl.rieti.it>; SIMONA DIONISI <s.dionisi@asl.rieti.it>; EMANUELA SANTARELLI <e.santarelli@asl.rieti.it>

Oggetto: Richiesta quantitativi materiale di consumo

Buona sera, si chiede di indicare il quantitativo annuale del seguente materiale di consumo, relativo alle incubatrici (riferito a n. 4 incubatrici) e all'isola neonatale di prossimo collaudo:

| DESCRIZIONE  | SOSTITUZIONE                            |
|--|---|
| CONSUMABILE INCUBATRICE ISOLETTE 8000PLUS  |   |
| Filtro ingresso aria per Isolette® C2000, 8000 e 8000 plus, riutilizzabile, 4 pz.            | 2 MESI                                  |
| Contenitore di aspirazione con filtro e tubo per Isolette® 8000, 800 mL, 20 pz.              | MONOUSO, DOPO UTILIZZO UMIDIFICAZIONE   |
| Sonda per temperatura cutanea centrale Premi-Probe per Isolette® 8000 plus, gialla, 10 pz.   | MONOPAZIENTE                            |
| Sonda per temperatura cutanea periferica Premi-Probe per Isolette® 8000 plus, gialla, 10 pz. | MONOPAZIENTE                            |
| CONSUMABILE ISOLA NEONATALE RESUSCITAIRE   |   |
| Circuito paziente per Resuscitaire rianimazione manuale, monouso, N, 1 m, 25 pz.,            | MONOPAZIENTE, DOPO UTILIZZO RIANIMATORE |
| Filtro antibatterico monouso, 20 pz.   | MONOPAZIENTE, DOPO UTILIZZO ASPIRATORE  |
| Contenitore di aspirazione, monouso, 40 mL, 10 pz.   | MONOPAZIENTE, DOPO UTILIZZO ASPIRATORE  |

Cordiali saluti

Ing. Marco Risa

ASL Rieti

U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA

Tel. 0746/278830

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dall'Asl di Rieti e s'intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione.

Grazie.

*Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Asl of Rieti and is intended to be sent for working purposes. For this reason it's not possible to guarantee that, by answering to it, the content will be only shown to the individual towards it's addressed. We specify that the information contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the addressee. If you have received this e-mail message in error, please delete it immediately without using it any further and kindly notify us.*

*Thank you.*

*Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dall'Asl di Rieti e s'intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione.*

*Grazie.*

---

*Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Asl of Rieti and is intended to be sent for working purposes. For this reason it's not possible to guarantee that, by answering to it, the content will be only shown to the individual towards it's addressed. We specify that the information contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the addressee. If you have received this e-mail message in error, please delete it immediately without using it any further and kindly notify us.*

*Thank you.*