




22-000000187



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
RIETI

<b>INVENTARIO</b> 63886	<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b> 0004-0006 - DIREZIONE SANITARIA -	<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b> 08-02-22 13:40 - 08-02-22 13:40		
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b> LOREDANA RAMAZZOTTI - 3601001438	<b>UBICAZIONE</b> EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: AMBULATORIO ODONTOIATRIA	<b>ODL INTERVENTO</b> 22-000000187		
<b>TIPOLOGIA</b> RIUNITO DENTISTICO	<b>MODELLO</b> S200 CONTINENTAL	<b>PRESIDIO / SEDE</b> Distretto Mirtense		
<b>PRODUTTORE</b> STERN WEBER CEFLA SCRL	<b>COD. CIVAB</b> RDEJ78C3312	<b>MATRICOLA</b> 72W43059	<b>INV. ENTE</b> 131316	<b>FASCIA CRITICA</b>

## ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	<b>CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - IL BRACCIO DEL RIUNITO NON SI FERMA</b>
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

## NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: IL BRACCIO DEL RIUNITO NON SI FERMA

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
09:38	04-03-22	09:38	04-03-22	SYNERGY DENTAL S.C.A.R.L (ROMA)	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
11:33	10-03-22	11:33	10-03-22	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)		rendicontazione	ALTRO TIPO -- ESEGUITO INTERVENTO DI CORREZIONE PER IL BRACCIO DEL RIUNITO.ESEGUITA MANUTENZIONE PERIODICA AL RIUNITO COME SEGNALAVA LA MACCHINA CON ERRORE W253. KIT MANUTENZIONE PERIODICA.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

DATA CHIUSURA: 08-03-22 12:00

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 29-03-22

SALVA FIRME &gt;&gt;

<b>Esecutore:</b>  _____	<b>Tecnico Interno:</b>  _____	<b>Ref. Reparto:</b>  _____
--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------