

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, alla Società Poliedra Ingegneria Clinica Srl, di un intervento tecnico correttivo per riparazione guasto, in Global Service, per il malfunzionamento, nella parte elettronica del gruppo di rilascio autoclave, dell'impianto dialisi, n° inventario 54662, n° matricola 9926086 e Modello "Aqua Clear" – Casa Produttrice Culligan Water Technologies Inc. - in uso presso la UOC Dialisi del PO di Rieti.

Importo complessivo dell'intervento è di € 6.400,00 IVA Esclusa. CIG:**Z963924EA2**

Estensore: Dott.ssa Dionisi Simona

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm. ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Germolè Antonino

Data 23/12/2022 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Dirigente.: Ing. Germolè Antonino

Data 23/12/2022 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 503030101

Autorizzazione: AUT. 48/2022

Data 29/12/2022 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, alla Società Poliedra Ingegneria Clinica Srl, di un intervento tecnico correttivo per riparazione guasto, in Global Service, per il malfunzionamento, nella parte elettronica del gruppo di rilascio autoclave, dell'impianto dialisi, n° inventario 54662, n° matricola 9926086 e Modello "Aqua Clear" – Casa Produttrice Culligan Water Technologies Inc. - in uso presso la UOC Dialisi del PO di Rieti.

Importo complessivo dell'intervento è di € 6.400,00 IVA Esclusa. CIG:Z963924EA2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL RESPONSABILE DELLA

UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA

PREMESSO che:

- questa azienda ha in essere un contratto con l'operatore economico Poliedra Ingegneria Clinica Srl avente ad oggetto il servizio di affidamento dell'attività di gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sanitarie, (riferimento lotto n. 7 a favore del RTI Poliedra Ingegneria Clinica Srl - Mandataria - ex DG 917/2021), di seguito anche solo "Global Service";
- nel suddetto contratto sono ricomprese tutte le attività inerenti alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature in dotazione alla ASL di Rieti;

CONSIDERATO che:

- presso la UOC Dialisi del PO di Rieti è in uso un impianto per emodialisi, Casa Produttrice Culligan W.T.INC., Mod. "Aqua Clear". n° inventario 54622 e n° matricola o S/N 9926086;
- in data 02.12.2022, alle ore 09:00 perveniva dalla UOC Dialisi una richiesta di intervento tecnico avente ODL 22-000001990 per malfunzionamento dell'apparecchiatura;(All.1)
- la predetta apparecchiatura necessitava di un intervento manutentivo correttivo relativo ad un guasto nella parte elettronica del gruppo di rilancio autoclave dovuto all'usura del tempo dato che l'impianto emodialisi risale all'anno 2002;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, alla Società Poliedra Ingegneria Clinica Srl, di un intervento tecnico correttivo per riparazione guasto, in Global Service, per il malfunzionamento, nella parte elettronica del gruppo di rilascio autoclave, dell'impianto dialisi, n° inventario 54662, n° matricola 9926086 e Modello "Aqua Clear" – Casa Produttrice Culligan Water Technologies Inc. - in uso presso la UOC Dialisi del PO di Rieti.

Importo complessivo dell'intervento è di € 6.400,00 IVA Esclusa. CIG:Z963924EA2

- Le pompe funzionano correttamente solo in modalità manuale dato che il guasto proviene dalla scheda elettronica usurata che, per questo motivo, non fa partire o intercambiare le pompe di rilancio;
- ad oggi è impossibile, dunque, sostituire le parti guaste perché non più reperibili in quanto fuori produzione e, quindi, si rende necessario, con la massima urgenza, sostituire tutto il gruppo pompe con altro gruppo di nuova generazione, come da Rapporto Tecnico/Relazione della Casa Madre Culligan Prot. n°65/2022 dello 05.12.2022;(All.2)

RILEVATO che l'apparecchiatura di cui trattasi è oggetto del contratto in essere con la Società Poliedra Ingegneria Clinica Srl che eroga il servizio di affidamento dell'attività di gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sanitarie, (riferimento lotto n. 7 a favore del RTI Poliedra Ingegneria Clinica Srl - Mandataria - ex DG 917/2021), di seguito anche solo "Global Service";

VISTA l'offerta ricevuta dalla Società Poliedra Ingegneria Clinica Srl in data 06.12.2022 n° 77, per un importo complessivo pari ad € 6.400,00 oltre IVA;(All.3)

DATO ATTO che il suddetto preventivo di spesa è stato ritenuto congruo dal Responsabile della UOSD Ingegneria Biomedica e Clinica;

VISTA la nota della Direzione Amministrativa Prot. n.° 65813 del 22.09.2022, con la quale, nelle more della riorganizzazione della UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA, è stata affidata all'Ing. Antonino Germolè – Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale – la responsabilità delle attività di manutenzione degli elettromedicali aziendali attualmente in carico alla suddetta Unità Operativa;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito "Codice" n.d.r.);

VISTO l'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, che deroga temporaneamente la disciplina per gli affidamenti "sotto-soglia" di cui all'art. 36 del Codice;

RITENUTO, pertanto, di dover affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, in favore della Società Poliedra Ingegneria Clinica, l'intervento di riparazione della scheda elettrica dell'impianto emodialisi, n° inventario 54622 e n° matricola o S/N 9926086, in uso presso la U.O.C.. Dialisi del PO Rieti;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, alla Società Poliedra Ingegneria Clinica Srl l'intervento tecnico di manutenzione correttiva per malfunzionamento della scheda elettrica dell'impianto

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, alla Società Poliedra Ingegneria Clinica Srl, di un intervento tecnico correttivo per riparazione guasto, in Global Service, per il malfunzionamento, nella parte elettronica del gruppo di rilascio autoclave, dell'impianto dialisi, n° inventario 54662, n° matricola 9926086 e Modello "Aqua Clear" – Casa Produttrice Culligan Water Technologies Inc.- in uso presso la UOC Dialisi del PO di Rieti.

Importo complessivo dell'intervento è di € 6.400,00 IVA Esclusa. CIG:Z963924EA2

emodialisi sopra citato, in regime di Global Service, per l'importo complessivo di € 6.400,00 oltre IVA;

2. **DI DISPORRE** l'invio dell'ordinativo elettronico NSO alla società affidataria per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità con la vigente normativa in materia;
3. **DI INCLUDERE** l'onere derivante dal presente provvedimento, complessivamente pari ad € 7.808,00, (IVA 22% inclusa), nelle risorse di cui al conto di costo 503030101 – manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Bilancio anno 2022 - AUT. 48/2022;
4. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
5. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.S.D.
Ingegneria Biomedica e Clinica
Ing. Antonino Germolé

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, alla Società Poliedra Ingegneria Clinica Srl, di un intervento tecnico correttivo per riparazione guasto, in Global Service, per il malfunzionamento, nella parte elettronica del gruppo di rilascio autoclave, dell'impianto dialisi, n° inventario 54662, n° matricola 9926086 e Modello "Aqua Clear" – Casa Produttrice Culligan Water Technologies Inc.- in uso presso la UOC Dialisi del PO di Rieti.

Importo complessivo dell'intervento è di € 6.400,00 IVA Esclusa. CIG:Z963924EA2

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 30/12/2022

Firmato elettronicamente da Petti Anna



Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data