

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### **STRUTTURA PROPONENTE**

#### *UOSD INGEGNERIA CLINICA*

Oggetto: Presa d'atto dell'intervento tecnico di riparazione non in garanzia, a consuntivo, per il malfunzionamento della lavapadelle Steelco, modello BP 100 HAE, n. inv. 65953, in uso presso il Pronto Soccorso del PO di Rieti, affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, in favore delle società GM.Medica.

Importo complessivo pari ad € 596,00 IVA esclusa. CIG: ZBD3AB4DE1

Estensore: Ing. Dionisi Simona

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Germolè Antonino

Data 06/04/2023 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Dirigente.: Ing. Germolè Antonino

Data 06/04/2023 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 503030101

Autorizzazione: AUT. 48/2023

Data 14/04/2023 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Presa d'atto dell'intervento tecnico di riparazione non in garanzia, a consuntivo, per il malfunzionamento della lavapadelle Steelco, modello BP 100 HAE, n. inv. 65953, in uso presso il Pronto Soccorso del PO di Rieti, affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, in favore delle società GM.Medica.

Importo complessivo pari ad € 596,00 IVA esclusa. CIG: ZBD3AB4DE1

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.2/D.G.f.f. del 01.02.2023, con la quale il Direttore Generale f.f., nominato con deliberazione n. 1/D.G.f.f. del 01.02.2023, conferisce deleghe al Direttore Sanitario e ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui agli allegati A e B alla deliberazione 2/DGff/2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

### ***IL DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA***

#### ***UOSD INGEGNERIA CLINICA***

**PREMESSO** che:

- presso il Pronto Soccorso del PO di Rieti è in uso una lavapadelle Steelco, modello BP 100 HAE, n. inv. 65953;
- in data 13.03.2023, perveniva dal reparto una richiesta di intervento con ODL n° 23-000000496, per malfunzionamento dell'apparecchiatura (All. 1);
- la U.O.S.D. Ingegneria Clinica inoltra una richiesta d'intervento alla Società GM.Medica, affidataria della fornitura dello strumento in oggetto;

**CONSIDERATO** che questa Azienda deve garantire una costante attività manutentiva del proprio parco elettromedicale nonché dello strumentario chirurgico, ai fini della corretta risposta diagnostica, terapeutica e chirurgica, garantendo la continuità dell'offerta sanitaria;

**VISTA** la nota della Direzione Amministrativa Prot. n.° 65813 del 22.09.2022, con la quale, nelle more della riorganizzazione della UOSD Ingegneria Clinica, è stata affidata all'Ing. Antonino Germolè – Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale – la responsabilità delle attività di manutenzione degli elettromedicali aziendali attualmente in carico alla suddetta Unità Operativa;

**RILEVATO** che:

- la causa origine del malfunzionamento era dovuta al sifone di scarico ostruito e ai filtri delle elettrovalvole intasati da calcare e terra;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto dell'intervento tecnico di riparazione non in garanzia, a consuntivo, per il malfunzionamento della lavapadelle Steelco, modello BP 100 HAE, n. inv. 65953, in uso presso il Pronto Soccorso del PO di Rieti, affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, in favore delle società GM.Medica.

Importo complessivo pari ad € 596,00 IVA esclusa. CIG: ZBD3AB4DE1

- la riparazione non rientra tra gli interventi tecnici in garanzia in quanto non dovuti a difetti della macchina;
- l'apparecchiatura veniva rimessa in funzione tramite la pulizia del sifone di scarico e delle elettrovalvole, per non interrompere le attività sanitarie del reparto (All. 2);

**PRESO ATTO** che:

- la GM.Medica, in data 17.03.2023, trasmetteva, all'uopo, un preventivo di spesa a consuntivo a mezzo mail pari ad € 596,00 IVA esclusa (All. 3);
- la UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA non richiedeva altri preventivi di spesa ad altri operatori economici in quanto l'apparecchiatura è stata presa in carico dalla Casa Fornitrice stessa;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito "Codice" n.d.r.);

**VISTO** l'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, che deroga temporaneamente la disciplina per gli affidamenti "sotto-soglia" di cui all'art. 36 del Codice;

**RITENUTO** pertanto, di dover prendere atto dell'intervento tecnico di riparazione non in garanzia, a consuntivo, per il malfunzionamento della lavapadelle Steelco, modello BP 100 HAE, n. inv. 65953, in uso presso il Pronto Soccorso del PO di Rieti affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, in favore della Società GM.Medica;

**DATO ATTO** che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

## **D E T E R M I N A**

1. DI PRENDERE ATTO, dell'intervento tecnico di riparazione non in garanzia, a consuntivo, per il malfunzionamento della lavapadelle Steelco, modello BP 100 HAE, n. inv. 65953, in uso presso il Pronto Soccorso del PO di Rieti affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, in favore della Società GM.Medica, per l'importo complessivo pari ad € 596,00 oltre IVA;
2. DI DISPORRE l'invio dell'ordinativo elettronico NSO alla società affidataria per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità con la vigente normativa in materia;
3. DI INCLUDERE l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 727,12 (IVA 22% inclusa), nelle risorse di cui al conto di costo 503030101 – manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Bilancio anno 2023 – AUT. 48/2023;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

Oggetto: Presa d'atto dell'intervento tecnico di riparazione non in garanzia, a consuntivo, per il malfunzionamento della lavapadelle Steelco, modello BP 100 HAE, n. inv. 65953, in uso presso il Pronto Soccorso del PO di Rieti, affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, in favore delle società GM.Medica.

Importo complessivo pari ad € 596,00 IVA esclusa. CIG: ZBD3AB4DE1

in oggetto

per esteso

Il Dirigente della U.O.S.D. Ingegneria Clinica  
Ing. Antonino Germolè

Oggetto: Presa d'atto dell'intervento tecnico di riparazione non in garanzia, a consuntivo, per il malfunzionamento della lavapadelle Steelco, modello BP 100 HAE, n. inv. 65953, in uso presso il Pronto Soccorso del PO di Rieti, affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, in favore delle società GM.Medica.

Importo complessivo pari ad € 596,00 IVA esclusa. CIG: ZBD3AB4DE1

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 14/04/2023          Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data