

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOSD INGEGNERIA CLINICA

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, alla Società Cardioline SpA a Socio Unico, dell'intervento tecnico di riparazione non in garanzia della scheda madre e della scheda interfaccia utente che causano il malfunzionamento di n° 1 elettrocardiografo Mod. ECG200+, n° inventario 65817 e n° matricola o S/N 0207220D, in uso presso il Pronto Soccorso del PO di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 202,50 IVA esclusa. CIG: Z743AB4CD5

Estensore: Dr.ssa Dionisi Simona

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Germolè Antonino

Data 06/04/2023

Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Dirigente.: Ing. Germolè Antonino

Data 06/04/2023

Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 503030101

Autorizzazione: AUT. 48/2023

Data 14/04/2023

Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, alla Società Cardioline SpA a Socio Unico, dell'intervento tecnico di riparazione non in garanzia della scheda madre e della scheda interfaccia utente che causano il malfunzionamento di n° 1 elettrocardiografo Mod. ECG200+, n° inventario 65817 e n° matricola o S/N 0207220D, in uso presso il Pronto Soccorso del PO di Rieti. Importo complessivo pari ad € 202,50 IVA esclusa. CIG: Z743AB4CD5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.2/D.G.f.f. del 01.02.2023, con la quale il Direttore Generale f.f., nominato con deliberazione n. 1/D.G.f.f. del 01.02.2023, conferisce deleghe al Direttore Sanitario e ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui agli allegati A e B alla deliberazione 2/DGff/2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA

UOSD INGEGNERIA CLINICA

PREMESSO che:

- presso il Pronto Soccorso del PO di Rieti è in Uso un Elettrocardiografo Mod. ECG200+, n° inventario 65817 e n° matricola 0207220D;
- in data 22.01.2023, alle ore 10:58, perveniva dal Pronto Soccorso del PO di Rieti una richiesta di intervento tecnico non in garanzia avente ODL n° 23-000000006 per malfunzionamento dell'apparecchiatura;(All.1)
- la UOSD Ingegneria Clinica inoltrava una richiesta d'intervento alla Società Cardioline SpA a Socio Unico, produttrice e affidataria della fornitura dello strumento in oggetto.

CONSIDERATO che questa Azienda deve garantire una costante attività manutentiva del proprio parco elettromedicale nonché dello strumentario chirurgico, ai fini della corretta risposta diagnostica, terapeutica e chirurgica, garantendo la continuità dell'offerta sanitaria;

VISTA la nota della Direzione Amministrativa Prot. n.° 65813 del 22.09.2022, con la quale, nelle more della riorganizzazione della UOSD Ingegneria Clinica, è stata affidata all'Ing. Antonino Germolè – Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale – la responsabilità delle attività di manutenzione degli elettromedicali aziendali attualmente in carico alla suddetta Unità Operativa;

RILEVATO che:

- la causa origine del malfunzionamento era dovuta sia dalla presa del cavo paziente che risultava aver subito un danno accidentale sia dal cavo flat della scheda interfaccia utente che

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, alla Società Cardioline SpA a Socio Unico, dell'intervento tecnico di riparazione non in garanzia della scheda madre e della scheda interfaccia utente che causano il malfunzionamento di n° 1 elettrocardiografo Mod. ECG200+, n° inventario 65817 e n° matricola o S/N 0207220D, in uso presso il Pronto Soccorso del PO di Rieti. Importo complessivo pari ad € 202,50 IVA esclusa. CIG: Z743AB4CD5

risultava non essere completamente inserito nella sua sede, come da dettagliata mail della Società pervenuta in data 29.03.2023;(All.2)

- la riparazione delle schede non rientra tra gli interventi tecnici in garanzia in quanto danno accidentale;

PRESO ATTO che:

- la Società Cardioline SpA a Socio Unico. in data 31.01.2023 trasmetteva, a mezzo mail, un preventivo di spesa n°.0000097 con il quale ribadiva l'opportunità della sostituzione delle parti;(All.3)
- nel predetto preventivo si sottolinea che il presente dispositivo risulta essere stato manomesso, e cioè sia nella presa cavo paziente rotta sia nel cavo flat della scheda interfaccia utente non inserito correttamente in sede;
- l'importo previsto dal preventivo di spesa n° 0000097 del 31.01.2023 per la sostituzione delle parti accidentalmente lesionate è, dunque, pari ad € 202,50 IVA esclusa;
- la UOSD Ingegneria Clinica non richiedeva altri preventivi di spesa ad altri operatori economici in quanto l'apparecchiatura è stata ritirata in data 02.01.2023 e presa in carico dalla Casa Produttrice e Fornitrice stessa;

DATO ATTO che il suddetto preventivo di spesa è stato ritenuto congruo dal Responsabile della UOSD Ingegneria Clinica;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito "Codice" n.d.r.);

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, che deroga temporaneamente la disciplina per gli affidamenti "sotto-soglia" di cui all'art. 36 del Codice;

RITENUTO pertanto, di dover affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, in favore della Società Cardioline SpA a Socio Unico., l'intervento tecnico non in garanzia di riparazione dell'Elettrocardiografo Mod. ECG200+, con n° inventario 65817 e n° matricola o S/N 0207220D;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, l'intervento tecnico non in garanzia di riparazione/sostituzione per malfunzionamento dell'Elettrocardiografo Mod. ECG200+, con n° inventario 65817 e n° matricola o S/N 0207220D, in favore della Società Cardioline SpA a Socio Unico per l'importo complessivo di € 202,50 oltre IVA;
2. DI DISPORRE l'invio dell'ordinativo elettronico NSO alla società affidataria per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità con la vigente normativa in materia;
3. DI INCLUDERE l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 247,05 (IVA 22% inclusa), nelle risorse di cui al conto di costo 503030101 – manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Bilancio anno 2023 – AUT. 48/2023;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, alla Società Cardioline SpA a Socio Unico, dell'intervento tecnico di riparazione non in garanzia della scheda madre e della scheda interfaccia utente che causano il malfunzionamento di n° 1 elettrocardiografo Mod. ECG200+, n° inventario 65817 e n° matricola o S/N 0207220D, in uso presso il Pronto Soccorso del PO di Rieti. Importo complessivo pari ad € 202,50 IVA esclusa. CIG: Z743AB4CD5

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
5. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

☐

per esteso

☒

Il Dirigente della U.O.S.D. Ingegneria Clinica
Ing. Antonino Germolè

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, alla Società Cardioline SpA a Socio Unico, dell'intervento tecnico di riparazione non in garanzia della scheda madre e della scheda interfaccia utente che causano il malfunzionamento di n° 1 elettrocardiografo Mod. ECG200+, n° inventario 65817 e n° matricola o S/N 0207220D, in uso presso il Pronto Soccorso del PO di Rieti. Importo complessivo pari ad € 202,50 IVA esclusa. CIG: Z743AB4CD5

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 14/04/2023

Firmato elettronicamente da Petti Anna



Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data