

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOSD INGEGNERIA CLINICA

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, alla Società Siemens Healthcare Srl, della fornitura di una nuova sonda Transesofagea, causa rottura irreparabile, della Sonda Mod.V5Ms-TEE, n° inventario 61976/3, e n° matricola 70709651 a corredo dell'Ecotomografo Mod. Acuson SC2000, n° inventario 63976 e n° matricola 403381, in uso presso la UOC Cardiologia-Piano Terra del PO di Rieti.

Importo pari ad € 18.300,00 IVA esclusa CIG: Z5B3BDB226

Estensore: Dott.ssa Dionisi Simona

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Germolè Antonino

Data 12/07/2023 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Dirigente.: Ing. Germolè Antonino

Data 12/07/2023 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020501

Autorizzazione: PROV. 351 - AUT. 160.48/2023

Data 12/07/2023 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, alla Società Siemens Healthcare Srl, della fornitura di una nuova sonda Transesofagea, causa rottura irreparabile, della Sonda Mod.V5Ms-TEE, n° inventario 61976/3, e n° matricola 70709651 a corredo dell'Ecotomografo Mod. Acuson SC2000, n° inventario 63976 e n° matricola 403381, in uso presso la UOC Cardiologia-Piano Terra del PO di Rieti.

Importo pari ad € 18.300,00 IVA esclusa CIG: Z5B3BDB226

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.13/C.S. del 01.06.2023, con la quale il Commissario Straordinario, nominato con deliberazione n. 1/ C.S. del 26.05.2023, conferisce deleghe ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui all'allegato A alla deliberazione 13/C.S./2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL RESPONSABILE DELLA

UOSD INGEGNERIA CLINICA

PREMESSO che:

- presso i locali della UOC Cardiologia-Piano Terra del PO di Rieti è in uso un Ecotomografo Mod. Acuson SC2000, n° inventario 61976 e n° matricola 403381;
- in data 13.04.2023, alle ore 13:18, presso la UOSD Ingegneria Clinica perveniva, a mezzo mail, una richiesta di intervento tecnico avente ODL 23-000000684 per la riparazione o l'eventuale sostituzione della Sonda Ecografica Transesofagea Mod.V5Ms-TEE che, a causa della sua rottura, cagionava un'impossibilità di utilizzo dell'Ecotomografo Mod. Acuson SC2000 del quale, peraltro, è elemento funzionale, necessario, integrante e fondamentale per svolgere esami diagnostici specifici;(All.1)
- alla data della richiesta di intervento l'apparecchiatura corredata di tutti i suoi elementi non risulta più essere in garanzia e pertanto è presa in carico dalla Società appaltatrice Poliedra Ingegneria Clinica Srl che eroga il servizio di affidamento dell'attività di gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sanitarie - (lotto n. 7 aggiudicato in favore del RTI con Poliedra Ingegneria Clinica Srl Mandataria – giusta deliberazione aziendale n. 917/DG/2021), di seguito anche solo "Global Service";

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, alla Società Siemens Healthcare Srl, della fornitura di una nuova sonda Transesofagea, causa rottura irreparabile, della Sonda Mod.V5Ms-TEE, n° inventario 61976/3, e n° matricola 70709651 a corredo dell'Ecotomografo Mod. Acuson SC2000, n° inventario 63976 e n° matricola 403381, in uso presso la UOC Cardiologia-Piano Terra del PO di Rieti.

Importo pari ad € 18.300,00 IVA esclusa CIG: Z5B3BDB226

CONSIDERATO che questa Azienda deve garantire una costante attività manutentiva del proprio parco elettromedicale nonché dello strumentario chirurgico, ai fini della corretta risposta diagnostica, terapeutica e chirurgica, garantendo la continuità dell'offerta sanitaria;

VISTA la nota della Direzione Amministrativa Prot. n.° 65813 del 22.09.2022, con la quale, nelle more della riorganizzazione della UOSD Ingegneria Clinica, è stata affidata all'Ing. Antonino Germolè – Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale – la responsabilità delle attività di manutenzione degli elettromedicali aziendali attualmente in carico alla suddetta Unità Operativa;

RILEVATO che:

- a seguito di richiesta di intervento trasmessa dalla UOSD Ingegneria Clinica, la Sonda Transesofagea sopra citata veniva presa in carico dalla Società Poliedra Ingegneria Clinica Srl, Società erogatrice del servizio di "Global Service", poiché sia la sonda che l'apparecchiatura, Ecotomografo Mod. Acuson SC2000, non sono più coperte da garanzia;
- dopo aver effettuato una valutazione tecnica, alle ore 17:09 del giorno 08.06.2023, la Società Poliedra trasmetteva alla UOSD Ingegneria Clinica una mail contenente una dichiarazione di irreparabilità producendo una la Relazione Tecnica Prot. n°087-23 del 19.05.2023 e documentazione fotografica della sonda vistosamente danneggiata;(All.2);
- a seguito di ricerche di mercato presso i propri fornitori, la predetta società ha proposto la sostituzione della sonda con una "rigenerata" in buone condizioni al costo di € 9.000,00, IVA esclusa;

CONSIDERATO, inoltre, che, in data 09.06.2023, la UOSD Ingegneria Clinica inoltrava alla Società Siemens Healthcare Srl, Casa Produttrice e Fornitrice sia dell'Ecotomografo Mod. Acuson SC2000 che della correlata sonda per la quale si scrive, una mail contenente una richiesta di preventivo di spesa riguardante esclusivamente la sostituzione della sonda danneggiata con una Sonda Transesofagea identica e nuova, stesso Mod. V5Ms-TEE.

RILEVATO, dunque, che, a seguito di richiesta, la Società Siemens Healthcare Srl trasmetteva alla UOSD Ingegneria Clinica una mail contenente un'offerta economica n° CPQ-884074-Rev.0 del 19.06.2023 riguardante la sonda in questione, per un importo di € 18.300,00 oltre iva;(All.3)

PRESO ATTO che la UOSD Ingegneria Clinica non richiedeva altri preventivi di spesa ad altri operatori economici viste le motivazioni addotte in istruttoria e visto che la Società Siemens Healthcare Srl è la diretta Produttrice e Fornitrice della specifica sonda più volte richiamata;

DATO ATTO, che in data 22.06.2023 alle ore 09:46 alla UOSD Ingegneria Clinica perveniva una mail da parte del Direttore della UOC Cardiologia, con la quale lo Stesso esprimeva parere negativo circa la sostituzione della sonda danneggiata con una sonda "rigenerata", sia per la delicatezza della procedura che per il pluriuso giornaliero della sonda transesofagea e, per quanto di competenza, si riteneva appropriato e preferibile la sostituzione con una sonda del tutto nuova.(All.4)

TENUTO CONTO del parere negativo del Dott.A.Kol riguardo l'utilizzo fine a se stesso e, probabilmente, poco duraturo di sonde "rigenerate";

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito "Codice" n.d.r.) applicabile al presente affidamento *ratione temporis*;

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, alla Società Siemens Healthcare Srl, della fornitura di una nuova sonda Transesofagea, causa rottura irreparabile, della Sonda Mod.V5Ms-TEE, n° inventario 61976/3, e n° matricola 70709651 a corredo dell'Ecotomografo Mod. Acuson SC2000, n° inventario 63976 e n° matricola 403381, in uso presso la UOC Cardiologia-Piano Terra del PO di Rieti.

Importo pari ad € 18.300,00 IVA esclusa CIG: Z5B3BDB226

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, che deroga temporaneamente la disciplina per gli affidamenti "sotto-soglia" di cui all'art. 36 del Codice;

RITENUTO, pertanto, di dover affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, in favore della Siemens Healthcare Srl, la fornitura di una nuova sonda Transesofagea causa rottura irreparabile della Sonda Mod. V5Ms-TEE, n° inventario 61976/3 e n° matricola 70709651 a corredo dell'Ecotomografo Mod. Acuson SC2000, n° inventario 61976 e n° matricola 403381, in uso presso la UOC Cardiologia del P.O. di Rieti;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. **DI PRENDERE ATTO** del parere negativo espresso dal Direttore della UOC Cardiologia circa la sostituzione della sonda transesofagea danneggiata con una sonda "rigenerata", in considerazione della delicatezza delle procedure sanitarie espletate e per il pluriuso giornaliero della stessa;
2. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, in favore della Società Siemens Healthcare Srl, la fornitura di una nuova sonda Transesofagea causa rottura irreparabile della Sonda Mod. V5Ms-TEE, n° inventario 61976/3 e n° matricola 70709651 a corredo dell'Ecotomografo Mod. Acuson SC2000, n° inventario 61976 e n° matricola 403381, in uso presso la UOC Cardiologia del P.O. di Rieti per un importo pari ad € 18.300,00 oltre IVA;
3. **DI DISPORRE** l'invio dell'ordinativo elettronico NSO alla società affidataria per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità con la vigente normativa in materia;
4. **DI INCLUDERE** l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 22.326,00, (IVA 22% inclusa), nelle risorse di cui al conto patrimoniale 101020501 – attrezzature sanitarie e scientifiche – a valere sui fondi ordinari del Bilancio anno 2023;
5. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
6. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.S.D Ingegneria Clinica
Ing. Antonino Germolé

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, alla Società Siemens Healthcare Srl, della fornitura di una nuova sonda Transesofagea, causa rottura irreparabile, della Sonda Mod.V5Ms-TEE, n° inventario 61976/3, e n° matricola 70709651 a corredo dell'Ecotomografo Mod. Acuson SC2000, n° inventario 63976 e n° matricola 403381, in uso presso la UOC Cardiologia-Piano Terra del PO di Rieti.

Importo pari ad € 18.300,00 IVA esclusa CIG: Z5B3BDB226

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, alla Società Siemens Healthcare Srl, della fornitura di una nuova sonda Transesofagea, causa rottura irreparabile, della Sonda Mod.V5Ms-TEE, n° inventario 61976/3, e n° matricola 70709651 a corredo dell'Ecotomografo Mod. Acuson SC2000, n° inventario 63976 e n° matricola 403381, in uso presso la UOC Cardiologia-Piano Terra del PO di Rieti.

Importo pari ad € 18.300,00 IVA esclusa CIG: Z5B3BDB226

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data

Il Direttore Sanitario f.f.: Dott.ssa Anna Ceribelli

Data