SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-_PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE **n. 906/2023 del 27/09/2023**

STRUTTURA PROPONENTE
UOSD INGEGNERIA CLINICA

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, in favore della Società Expertmed Srl. dell'intervento tecnico di qualifica con il plasma-check di n° 1 congelatore a -80°C, modello Platinum 340 Verticale a 4 ripiani, n° inventario 59301, in uso presso la UOSD Centro Trasfusionale del PO di Rieti.

Importo degli interventi tecnici pari ad € 6.200,00 (IVA esclusa). CIG: ZA53C88C27.

Estensore: Dott.ssa Dionisi Simona

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Germolè Antonino

Data 25/09/2023 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Dirigente.: Ing. Germolè Antonino

Data 25/09/2023 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 503030101

Autorizzazione: AUT. 48/2023

Data 25/09/2023 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.13/C.S. del 01.06.2023, con la quale il Commissario Straordinario, nominato con deliberazione n. 1/ C.S. del 26.05.2023, conferisce deleghe ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui all'allegato A alla deliberazione 13/C.S./2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL DIRETTORE/RESPONSABILE DELLA

UOSD INGEGNERIA CLINICA

PREMESSO che:

- in data 27.04.2023 perveniva a mezzo mail presso l'ufficio della UOSD Ingegneria Clinica da parte della Coordinatrice della UOSD Centro Trasfusionale del PO di Rieti una richiesta di intervento tecnico di qualifica con plasma-check di n° 1 congelatore a -80°C marca Angelantoni, modello Platinum 340 Verticale a 4 ripiani, n° inventario 59301; (All.1)
- la UOSD Ingegneria Clinica, dopo un'attenta ricerca di mercato, individuando nella Expertmed Srl. la Società più idonea e specializzata nell'occuparsi di questo tipo di interventi tecnici di qualifica con il plasma-check, in data 07.06.2023, a mezzo mail, trasmetteva richiesta di preventivo alla Società Stessa allegando, a sostegno, il piano di convalida fornito dal SIMT;(All.2)

TENUTO CONTO che, dalla visione del piano di convalida SIMT inviato in sede di richiesta di preventivo, la Società Expertmed Srl ravvisava la necessità dell'intervento sopra descritto trasmettendo, a sua volta, alla UOSD Ingegneria Clinica, un'Offerta Economica n°85/2023 del 28.07.2023 nella quale si specificava sia la tipologia di apparecchiatura sulla quale intervenire sia la tipologia e le modalità di intervento da porre in essere;(All.3)

CONSIDERATO che l'Offerta Economica veniva accompagnata da mail esplicativa da parte della Società Expertmed Srl, (All.2), nella quale, la Stessa, dettagliava così l'intervento:

> **CIT.**... "Dall'analisi del vostro piano di convalida emerge che è richiesto fare il rilevamento su tutte le 32 posizioni da testare con sacche test sia del volume di 250ml che di 700ml nominali per

3 cicli di congelamento per ogni volume di sacca test utilizzata, (considerando le 3 prove per ogni posizione come da Farmacopea), per la durata necessaria al raggiungimento del -25°C al core con una durata massima di 12 ore.

Pertanto:

- Le prove saranno eseguite come da vostro piano di convalida da voi inoltrato.
- Le sacche test coinvolte nella qualifica saranno 32 per ciascun volume.
- Verranno fatti 3 cicli di congelamento per ogni volume di sacca test.
- I sensori saranno 32 interni più un sensore esterno per qualifica ambientale di funzionamento.
- Sarà effettuato un primo incontro di allineamento delle attività e disponibilità del centro trasfusionale.
- Al termine delle attività di qualifica sarà fornito un report dettagliato di tutte le prove effettuate, con le rilevazioni sia in formato PDF che in formato Excel, report della media e delle deviazioni standard, individuazione della posizione worse-case.."…

CONSIDERATO, inoltre, che questa Azienda deve garantire una costante attività manutentiva del proprio parco elettromedicale nonché dello strumentario chirurgico, ai fini della corretta risposta diagnostica, terapeutica e chirurgica, garantendo la continuità dell'offerta sanitaria;

VISTA la nota della Direzione Amministrativa Prot. n.° 65813 del 22.09.2022, con la quale, nelle more della riorganizzazione della U.O.S.D. Ingegneria Clinica, è stata affidata all'Ing. Antonino Germolè – Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale – la responsabilità delle attività di manutenzione degli elettromedicali aziendali attualmente in carico alla suddetta Unità Operativa;

VISTA, altresì, la necessarietà e l'esigenza di dover intervenire in tempi certi riguardo l'intervento da evadere sul Congelatore sito presso la UOSD Centro Trasfusionale del PO di Rieti;

PRESO ATTO del fatto che l'Offerta Economica, come sopra dettagliata, risulta essere pari ad € 6.200,00. IVA esclusa;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito "Codice" n.d.r.);

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto dell'intervento tecnico di qualifica con il plasma-check di n° 1 congelatore a -80°C marca Angelantoni, modello Platinum 340 Verticale a 4 ripiani, n° inventario 59301, per le motivazioni sopra addotte legate al rispetto del piano di convalida fornito dal SIMT per garantire il funzionamento dell'attività terapeutica del Centro Trasfusionale del PO di Rieti, affidando tale intervento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, in favore della Società Expertmed Srl, per l'importo di € 6.200,00 oltre IVA;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

DI PRENDERE ATTO dell'intervento tecnico di qualifica con il plasma-check di n° 1 congelatore a -80°C marca Angelantoni, modello Platinum 340 Verticale a 4 ripiani, n° inventario 59301, in uso presso la UOSD Centro Trasfusionale del PO di Rieti, affidato ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, in favore della Società Expertmed Srl per un importo di € 6.200,00 oltre IVA;

DI DISPORRE l'invio dell'ordinativo elettronico NSO alla Società affidataria per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità con la vigente normativa in materia;

DI INCLUDERE l'onere derivante dal presente provvedimento, complessivamente pari ad € 7.564,00, (IVA 22% inclusa), nelle risorse di cui al conto di costo 503030101 – manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Bilancio Anno 2023 – AUT. 48/2023;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto ☐ per esteso ☒

Il Responsabile della U.O.S.D Ingegneria Clinica
Ing. Antonino Germolé

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, in favore della Società Expertmed Srl. dell'intervento tecnico di qualifica con il plasma-check di n° 1 congelatore a -80°C, modello Platinum 340 Verticale a 4 ripiani, n° inventario 59301, in uso presso la UOSD Centro Trasfusionale del PO di Rieti.
Importo degli interventi tecnici pari ad € 6.200,00 (IVA esclusa). CIG: ZA53C88C27.
VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

X	Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 26/09/2023 Firmato elettronicamente da Petti Anna

	Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data