


23-000001314

ASL
RIETI

INVENTARIO 63275	COD. CDC - DESCR. CDC 0004-0900 - Poliambulatorio -	DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 03-08-23 11:27 - 03-08-23 11:27		
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC MARIA LAURA SEREN - 3880427959	UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: OSTETRICIA/GINECOLOGIA-0900-10023	ODL INTERVENTO 23-000001314		
TIPOLOGIA ECOTOMOGRFO	MODELLO WS80A ELITE	PRESIDIO / SEDE Distretto Mirtense		
PRODUTTORE SAMSUNG MEDISON CO LTD	COD. CIVAB ECTJ13C3030	MATRICOLA S15XM3HN900002Y	INV. ENTE 132854	FASCIA CRITICA

ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - SEGNALAZIONE ANOMALIA - SONDA TRANSVAGINALE NON FUNZIONANTE
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: SONDA TRANSVAGINALE NON FUNZIONANTE - CHIAMATA SU APPARECCHIATURA CON CDC NON ASSOCIATO AL RICHIEDENTE - RILEVAZIONE CON NO

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
11:37	03-08-23	11:37	03-08-23	SANDRO ZARINI TECNICO GLOBAL (sandro.zarini)	CHIARA MATTICARI	assegnazione	--
13:30	03-08-23	13:30	03-08-23	ALESSIO TEMPESTA	ALESSIO TEMPESTA TECNICO GLOBAL (alessio.tempesta)	riassegnazione	--
14:00	03-08-23	14:15	03-08-23	ALESSIO TEMPESTA GLOBAL SERVICE (alessio.tempesta)		rilevazione	VERIFICA FUNZIONALE -- RISCONTRATO PROBLEMA
14:15	03-08-23	16:00	03-08-23	ALESSIO TEMPESTA GLOBAL SERVICE (alessio.tempesta)		rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO -- SI RITIRA PER MANUTENZIONE SONDA TRANSVAGINALE DANNEGGIATA IN PUNTA INV 65268 SN K0MGM3GNA00023M.
13:00	07-08-23	14:00	07-08-23	ANTONIO TROIANI GLOBAL SERVICE (antonio.troiani)	ANTONIO TROIANI	rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO -- SI CONSEGNA SONDA MULETTO : SONDA ENDOCAVITARIA MOD VR5- 9 SN:K0BQM3GH100065H

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO:		DATA: 07-11-23
SALVA FIRME >>		
Esecutore:	Tecnico Interno:	Ref. Reparto:
_____	_____	_____