

UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

Responsabile: Dott.ssa Roberta Teodori

Tel. 0746-279540 - e-mail: r.teodori@asl.rieti.it

PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER LA FORNITURA PER LA DURATA DI 24 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER UN ULTERIORE PERIODO DI 12 MESI, DI DISPOSITIVI AUTOMATICI MONOUSO PER BIOPSIA PROSTATICA PER LE NECESSITÀ DELLA ASL RIETI DA AGGIUDICARE SULLA BASE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO EX ART. 95 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

RDO N. 3529606.


VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PREMESSO CHE

- in data 28/04/2023 è stata pubblicata RDO n. 3529606 sulla piattaforma telematica MEPA, nella forma della RDO aperta, suddivisa in due lotti, per la fornitura per la durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabili per un ulteriore periodo di 12 mesi, di dispositivi automatici monouso per biopsia prostatica per le necessità della ASL RIETI da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- la data di scadenza per la presentazione delle offerte per la suddetta procedura di gara è stata fissata per il giorno 15/05/2023 ore 14.00;
- in data 16/05/2023, si è costituito il Seggio di gara, come di seguito composto:
 - Presidente: Dott.ssa Roberta Teodori, RUP, Responsabile della U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi;
 - Testimone: Dott.ssa Chiara Gunnella, collaboratore amministrativo in servizio presso la U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi;
 - Testimone verbalizzante: Dott.ssa Katia Pezzotti - collaboratore amministrativo in servizio presso la U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi;
- a Sistema è risultato essere state presentate complessivamente n. 8 (otto) offerte di cui 6 (sei) per il Lotto 1 e 2 (due) per il Lotto 2, come di seguito:

#	CONCORRENTI	FORMA DI PARTECIPAZIONE	N. DI PARTECIPAZIONE	LOTTO DI INTERESSE	DATA PRESENTAZIONE
1	BIOPSYBELL S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	651592	1	15/05/2023 10:27:36
2	H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	650976		14/05/2023 18:23:25
3	BECTON DICKINSON ITALIA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	640785		12/05/2023 11:38:05
4	VIGEO S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	640774		10/05/2023 12:00:04
5	H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	638522		09/05/2023 12:23:23
6	DAVI MEDICA SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	632477		10/05/2023 12:26:40
7	BECTON DICKINSON ITALIA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	649163	2	12/05/2023 11:48:28
8	VIGEO S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	643566		10/05/2023 12:28:01

- in data 24/05/2023, all'esito delle operazioni di verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti - anche all'esito del sub-procedimento di soccorso istruttori - sono stati ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche i seguenti concorrenti:



<u>CONCORRENTI AMMESSI</u>	<u>LOTTO DI INTERESSE</u>
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	1
BECTON DICKINSON ITALIA	1, 2
VIGEO S.R.L.	1, 2
DAVI MEDICA SRL	1
BIOPSYBELL S.R.L	1
H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A	1

- di quanto sopra, il Presidente/RUP ha dato comunicazione sulla piattaforma MEPA;
 - con determinazione n. 219/2023 del 26/06/2023, è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'espletamento delle operazioni di gara concernenti la valutazione delle offerte tecniche e la successiva apertura delle offerte economiche ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., di seguito composta:

- o Dott. Maurizio Ombres, Dirigente medico in servizio presso la U.O.C. Urologia del P.O. San Camillo De Lellis di Rieti, nella qualità di Presidente;
- o Dott. Mario Ciletti, Dirigente medico in servizio presso la U.O.C. Urologia del P.O. San Camillo De Lellis di Rieti, in qualità di Componente;
- o Dott. Vittorio Marzio, Dirigente medico in servizio presso la U.O.C. Urologia del P.O. San Camillo De Lellis di Rieti, in qualità di Componente;

TUTTO QUANTO SU PREMESSO,

in data 18/07/2023, alle ore 8.30, presso la sala gare della U.O.C. Acquisizione e Logistica dei beni e Servizi, si è riunita la Commissione giudicatrice come nominata con l'atto determinativo n. 219/23 succitato così costituita:

- o Dott. Maurizio Ombres, Dirigente medico in servizio presso la U.O.C. Urologia del P.O. San Camillo De Lellis di Rieti, nella qualità di Presidente;
- o Dott. Mario Ciletti, Dirigente medico in servizio presso la U.O.C. Urologia del P.O. San Camillo De Lellis di Rieti, in qualità di Componente;
- o Dott. Vittorio Marzio, Dirigente medico in servizio presso la U.O.C. Urologia del P.O. San Camillo De Lellis di Rieti, in qualità di Componente.

Presente, con le funzioni ed i compiti di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, la Dott.ssa Katia Pezzotti, collaboratore amministrativo - categoria D, in servizio presso la U.O.C. Acquisizione e Logistica dei beni e Servizi.

Preso atto dell'elenco dei concorrenti ammessi alla procedura *de qua*, secondo quanto previsto dell'art. 77, comma 9 D. Lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, i commissari ed il segretario verbalizzante hanno dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui ai commi 4,5 e 6 del citato art.77, di cui all'art. 35 bis D. Lgs 165/2001 nonché assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 42 del Codice degli appalti e del quadro normativo correlato, come da dichiarazioni agli atti al prot.n. 49217/23 del 18/07/2023.

A questo punto, il Presidente ha dichiarato procedersi al collegamento alla Piattaforma MEPA e, di seguito, ha aperto la seduta pubblica.

La Commissione quindi, ha constatato la presenza a Sistema delle offerte tecniche presentante dagli operatori per il Lotto 1 e per il Lotto 2 come da seguente prospetto:

LOTTO 1 - SISTEMA TRU CUT AUTOMATICO PER BIOPSIA PROSTATICA		
CONCORRENTI	N. DI PARTECIPAZIONE	DATA PRESENTAZIONE
BIOPSYBELL S.R.L.	651592	15/05/2023 10:27:36
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	650976	14/05/2023 18:23:25

BECTON DICKINSON ITALIA SPA	640785	12/05/2023 11:38:05
VIGEO S.R.L.	640774	10/05/2023 12:00:04
H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A.	638522	09/05/2023 12:23:23
DAVI MEDICA SRL	632477	10/05/2023 12:26:40

LOTTO 2 - AGO TRANCIANTE PER BIOPSIA DI TESSUTI MOLLI CON (ALMENO) N. 1 (UNO) STRUMENTO POLIUSO PER BIOPSIA "IN SERVICE A TITOLO GRATUITO"		
CONCORRENTI	N. DI PARTECIPAZIONE	DATA PRESENTAZIONE
BECTON DICKINSON ITALIA	649163	12/05/2023 11:48:28
VIGEO S.R.L.	643566	10/05/2023 12:28:01

La Commissione ha constatato, altresì, la consegna della campionatura presso l'ufficio protocollo aziendale come segue:

CONCORRENTI	N. PROTOCOLLO CAMPIONATURA	DATA DI ARRIVO
BIOPSYBELL S.R.L.	35082	17-05-2023 10.55
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	34252	15-05-2023 09.55
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	35835	19-05-2023 13.10
VIGEO S.R.L.	33958	12-05-2023 11.30
H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A.	32448	05-05-2023 11.17
DAVI MEDICA SRL	33039	10-05-2023 08.50

E che detta campionatura è stata trasmessa dall'ufficio protocollo aziendale alla UOC ALBS, presso il cui archivio è custodita, in data 24/05/2023 giusta verbale n. 0036868/23.

La Commissione ha proceduto, quindi, alle operazioni di estrazione *download* della documentazione costituente offerta tecnica di tutti i concorrenti per entrambi i lotti. terminate le dette operazioni, il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta pubblica virtuale dando inizio, senza soluzione di continuità, all'esame e valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata.


Quindi, i Commissari hanno espresso i propri giudizi, anche previo esame della campionatura offerta agli atti, rinviando, tuttavia, quello attinente il parametro "*Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico*" all'esito della prevista prova dimostrativa da comunicarsi, con preavviso di almeno n. 5 giorni lavorativi, ai concorrenti.

I commissari, quindi, così si sono espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11.1 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA del Disciplinare di gara sui parametri n. 1, n. 2 e n. 4, dovendosi rinviare la valutazione del parametro n. 3 all'esito di apposita seduta per espletamento prova dimostrativa come da previsione della *lex specialis*.

Quanto al LOTTO 1:

BECTON DICKINSON ITALIA SPA						
CRITERI QUALITÀ		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			OMBRES	CILETTI	MARZIO	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1	Facilità di penetrazione	10	1,00	1,00	1,00	10,00
2	Ergonomia dell'impugnatura (maneggevolezza)	15	0,80	0,80	0,80	12,00
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	//	//	//	0,00
4	Efficienza dell'automatismo, potenza della molla	20	0,80	0,80	0,80	16,00

3



BIOPSYBELL SRL						
CRITERI QUALITÀ		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			OMBRES	CILETTI	MARZIO	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1	Facilità di penetrazione	10	0,40	0,40	0,40	4,00
2	Ergonomia dell'impugnatura (manegevolezza)	15	0,40	0,40	0,40	6,00
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	//	//	//	0,00
4	Efficienza dell'automatismo, potenza della molla	20	0,60	0,60	0,60	12,00

DAVI MEDICA SRL						
CRITERI QUALITÀ		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			OMBRES	CILETTI	MARZIO	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1	Facilità di penetrazione	10	0,60	0,60	0,60	6,00
2	Ergonomia dell'impugnatura (manegevolezza)	15	0,40	0,40	0,40	6,00
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	//	//	//	0,00
4	Efficienza dell'automatismo, potenza della molla	20	0,60	0,60	0,60	12,00


HS HOSPITAL SERVICE SPA						
CRITERI QUALITÀ		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			OMBRES	CILETTI	MARZIO	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1	Facilità di penetrazione	10	1,00	1,00	1,00	10,00
2	Ergonomia dell'impugnatura (manegevolezza)	15	1,00	1,00	1,00	15,00
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	//	//	//	0,00
4	Efficienza dell'automatismo, potenza della molla	20	1,00	1,00	1,00	20,00

HD HEALTH DEFENCE SRL						
CRITERI QUALITÀ		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			OMBRES	CILETTI	MARZIO	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1	Facilità di penetrazione	10	1,00	1,00	1,00	10,00
2	Ergonomia dell'impugnatura (manegevolezza)	15	1,00	1,00	1,00	15,00
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	//	//	//	0,00
4	Efficienza dell'automatismo, potenza della molla	20	1,00	1,00	1,00	20,00

VIGEO SRL						
CRITERI QUALITÀ		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			OMBRES	CILETTI	MARZIO	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1	Facilità di penetrazione	10	0,60	0,60	0,60	6,00
2	Ergonomia dell'impugnatura (manegevolezza)	15	0,60	0,60	0,60	9,00
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	//	//	//	0,00
4	Efficienza dell'automatismo, potenza della molla	20	0,60	0,60	0,60	12,00

Quanto al LOTTO 2:

BECTON DICKINSON ITALIA SPA						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--




CRITERI QUALITÀ		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			OMBRES	CILETTI	MARZIO	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1	Facilità di penetrazione	10	1,00	1,00	1,00	10,00
2	Ergonomia dell'impugnatura (maneggevolezza)	15	1,00	1,00	1,00	15,00
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	//	//	//	0,00
4	Efficienza dell'automatismo, potenza della molla	20	1,00	1,00	1,00	20,00

VIGEO SRL						
CRITERI QUALITÀ		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			OMBRES	CILETTI	MARZIO	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1	Facilità di penetrazione	10	0,60	0,60	0,60	6,00
2	Ergonomia dell'impugnatura (maneggevolezza)	15	0,60	0,60	0,60	9,00
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	//	//	//	0,00
4	Efficienza dell'automatismo, potenza della molla	20	0,60	0,60	0,60	12,00

Dato quanto sopra, la Commissione ha fissato al **09/08/2023 ore 8.30** la seduta per l'esperimento della *prova dimostrativa* ai fini della valutazione del parametro n. 3 - *Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico* da tenersi presso l'ufficio gare della UOC ALBS, mandando al segretario verbalizzante di darne comunicazione agli operatori economici.

In data 12/09/2023, alle ore 8.30, presso la sala gare della U.O.C. Acquisizione e Logistica dei Beni e Servizi, si è nuovamente riunita la Commissione Giudicatrice, con l'assistenza del segretario verbalizzante, come da avviso agli operatori economici prot. n. 0051209/23 del 26/07/2023 per l'espletamento della *prova dimostrativa* per la valutazione del parametro n. 3) "*Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico*" (punteggio massimo attribuibile 25 punti) per entrambi i Lotti messi a gara.

Presenti per le ditte in gara gli *specialists*, come da scheda presenza e deleghe registrate cumulativamente al prot. n.0061276/23 del 12/09/2023 che rimane agli atti presso la UOC ALBS. Assente la ditta BIOPSYBELL SRL.

Si è proceduto, quindi, alla esecuzione della prova nel seguente ordine [*ad libitum* degli *specialists*]: HD HEALTH DEFENCE SRL, VIGEO SRL, DAVI MEDICA SRL, HS HOSPITAL SERVICE SPA, BECTON DICKINSON ITALIA SPA. All'esito della prova (eseguita sia su una mela sia su una patata da tutti gli *specilist*), la Commissione ha così valutato il parametro n. 3 - *Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico*.

Quanto al LOTTO 1:

BECTON DICKINSON ITALIA SPA						
CRITERI QUALITÀ		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			OMBRES	CILETTI	MARZIO	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	1,00	1,00	1,00	25,00

BIOPSYBELL SRL						
----------------	--	--	--	--	--	--

CRITERI QUALITÀ	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito	
		OMBRES	CILETTI	MARZIO		
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	Lo Specialist non si è presentato. Prova non eseguita. Criterio non valutabile			//

DAVI MEDICA SRL						
CRITERI QUALITÀ	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito	
		OMBRES	CILETTI	MARZIO		
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	0,60	0,80	0,80	18,33

HS HOSPITAL SERVICE SPA						
CRITERI QUALITÀ	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito	
		OMBRES	CILETTI	MARZIO		
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	1,00	1,00	1,00	25,00

HD HEALTH DEFENCE SRL						
CRITERI QUALITÀ	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito	
		OMBRES	CILETTI	MARZIO		
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	0,80	0,80	0,80	20,00

VIGEO SRL						
CRITERI QUALITÀ	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito	
		OMBRES	CILETTI	MARZIO		
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	1,00	1,00	1,00	25,00

Quanto al LOTTO 2:

BECTON DICKINSON ITALIA SPA						
CRITERI QUALITÀ	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito	
		OMBRES	CILETTI	MARZIO		
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	0,80	0,80	0,80	20,00

VIGEO SRL						
CRITERI QUALITÀ	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito	
		OMBRES	CILETTI	MARZIO		
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	1,00	1,00	1,00	25

Per l'effetto, le risultanze dei lavori di valutazione tecnica complessiva sui 4 parametri oggetto di valutazione sono i seguenti, come pure da n. 8 (otto) distinte schede di valutazione requisiti tecnici in Allegato A) al presente verbale.

Quanto al LOTTO 1

Precisato che non è risultata necessaria alcuna riparametrazione dei punteggi tecnici [né semplice né assoluta] non ricorrendone i presupposti (cfr. ART. 11 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO – par. Riparametrazione, pag. 9, Disciplinare di gara):

BECTON DICKINSON ITALIA SPA LOTTO 1						
CRITERI QUALITÀ		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			O.M.	C.M.	M.V.	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1	Facilità di penetrazione	10	1,00	1,00	1,00	10,00
2	Ergonomia dell'impugnatura (manegevolezza)	15	0,80	0,80	0,80	12,00
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	1,00	1,00	1,00	25,00
4	Efficienza dell'automatismo, potenza della molla	20	0,80	0,80	0,80	16,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		70	TOTALE PUNTEGGIO COMMISSIONE			63,00

BIOPSYBELL SRL - LOTTO 1						
CRITERI QUALITÀ		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			O.M.	C.M.	M.V.	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1	Facilità di penetrazione	10	0,40	0,40	0,40	4,00
2	Ergonomia dell'impugnatura (manegevolezza)	15	0,40	0,40	0,40	6,00
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Efficienza dell'automatismo, potenza della molla	20	0,60	0,60	0,60	12,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		70	TOTALE PUNTEGGIO COMMISSIONE			22,00

DAVI MEDICA SRL - LOTTO 1						
CRITERI QUALITÀ		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			O.M.	C.M.	M.V.	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1	Facilità di penetrazione	10	0,60	0,60	0,60	6,00
2	Ergonomia dell'impugnatura (manegevolezza)	15	0,40	0,40	0,40	6,00
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	0,60	0,80	0,80	18,33
4	Efficienza dell'automatismo, potenza della molla	20	0,60	0,60	0,60	12,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		70	TOTALE PUNTEGGIO COMMISSIONE			42,33

HS HOSPITAL SERVICE SPA - LOTTO 1						
CRITERI QUALITÀ		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			O.M.	C.M.	M.V.	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1	Facilità di penetrazione	10	1,00	1,00	1,00	10,00
2	Ergonomia dell'impugnatura (manegevolezza)	15	1,00	1,00	1,00	15,00
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	1,00	1,00	1,00	25,00
4	Efficienza dell'automatismo, potenza della molla	20	1,00	1,00	1,00	20,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		70	TOTALE PUNTEGGIO COMMISSIONE			70,00

HD HEALTH DEFENCE SRL - LOTTO 1						
CRITERI QUALITÀ		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			O.M.	C.M.	M.V.	

Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1	Facilità di penetrazione	10	1,00	1,00	1,00	10,00
2	Ergonomia dell'impugnatura (manegevolezza)	15	1,00	1,00	1,00	15,00
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	0,80	0,80	0,80	20,00
4	Efficienza dell'automatismo, potenza della molla	20	1,00	1,00	1,00	20,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		70	TOTALE PUNTEGGIO COMMISSIONE			65,00

VIGEO SRL - LOTTO 1						
CRITERI QUALITÀ		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			O.M.	C.M.	M.V.	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1	Facilità di penetrazione	10	0,60	0,60	0,60	6,00
2	Ergonomia dell'impugnatura (manegevolezza)	15	0,60	0,60	0,60	9,00
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	1,00	1,00	1,00	25,00
4	Efficienza dell'automatismo, potenza della molla	20	0,60	0,60	0,60	12,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		70	TOTALE PUNTEGGIO COMMISSIONE			52,00

Quanto al LOTTO 2

Precisato che è risultata necessaria la c.d. *riparametrazione assoluta* dei punteggi tecnici, ricorrendone i presupposti (cfr. ART. 11 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO – par. *Riparametrazione*, periodo V, pag. 9, Disciplinare di gara):

BECTON DICKINSON ITALIA SPA - LOTTO 2						
CRITERI QUALITÀ		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			O.M.	C.M.	M.V.	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1	Facilità di penetrazione	10	1,00	1,00	1,00	10,00
2	Ergonomia dell'impugnatura (manegevolezza)	15	1,00	1,00	1,00	15,00
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	0,80	0,80	0,80	20,00
4	Efficienza dell'automatismo, potenza della molla	20	1,00	1,00	1,00	20,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		70	TOTALE PUNTEGGIO COMMISSIONE			65,00
PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO RIPARAMETRATO [per riparametrazione assoluta]						70,00

VIGEO SRL - LOTTO 2						
CRITERI QUALITÀ		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			O.M.	C.M.	M.V.	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1	Facilità di penetrazione	10	0,60	0,60	0,60	6,00
2	Ergonomia dell'impugnatura (manegevolezza)	15	0,60	0,60	0,60	9,00
3	Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico	25	1,00	1,00	1,00	25,00
4	Efficienza dell'automatismo, potenza della molla	20	0,60	0,60	0,60	12,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		70	TOTALE PUNTEGGIO COMMISSIONE			52,00
PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO RIPARAMETRATO [per riparametrazione assoluta]						56,00

Per quanto sopra:

- non è ammesso alla fase successiva della gara l'operatore BIOPSYBELL SRL concorrente sul Lotto 1 per non aver superato la c.d. *soglia di sbarramento* di 35 punti su 70, avendo conseguito il punteggio (ante-riparametrazione) di 22/70, cui è giunta la Commissione non essendo risultato valutabile il criterio n. 3 - *Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico* data la mancata esecuzione della prova dimostrativa sul punto per assenza dello *specialist* della ditta.

Invece, accedono alla fase successiva di esame dell'offerta economica tutti gli altri concorrenti dei Lotti messi a gara con i punteggi su riportati.

Delle risultanze è, quindi, stato dato avviso ai concorrenti sulla Piattaforma unitamente alla convocazione per la seduta pubblica virtuale per l'apertura delle BUSTE/OFFERTE ECONOMICHE alle ore 11.30 del 12-09-2023.

Quindi, alle 11.39 del 12/09/2023, la Commissione ha avviato sulla Piattaforma l'esame delle BUSTE/OFFERTE ECONOMICHE e alle operazioni di attribuzione del punteggio (punteggio massimo attribuibile 30), con le seguenti risultanze:

LOTTO 1 - SISTEMA TRU CUT AUTOMATICO PER BIOPSIA PROSTATICA [Base d'asta Euro 12.000 al netto dell'iva]			
CONCORRENTI	OFFERTA ECONOMICA (€)	Ribasso %	Punteggio economico Formula $Pe = 30 * (Ra/Rmax)$
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	11.200,00	6,67	3,97
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	7.000,00	41,67	24,80
VIGEO S.R.L.	5.952,00	50,40	30,00
H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A.	11.200,00	6,67	3,97
DAVI MEDICA SRL	10.472,00	12,73	7,58

LOTTO 2 - AGO TRANCIANTE PER BIOPSIA DI TESSUTI MOLLI CON (ALMENO) N. 1 (UNO) STRUMENTO POLIUSO PER BIOPSIA "IN SERVICE A TITOLO GRATUITO" [Base d'asta Euro 6000 al netto dell'iva]			
CONCORRENTI	OFFERTA ECONOMICA (€)	Ribasso %	Punteggio economico Formula $Pe = 30 * (Ra/Rmax)$
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	4.500,00	25	16,30
VIGEO S.R.L.	3.240,00	46	30

Il punteggio totale per Lotto con conseguente graduatoria finale (provvisoria) è risultato, quindi, il seguente:

LOTTO 1 - SISTEMA TRU CUT AUTOMATICO PER BIOPSIA PROSTATICA				
CONCORRENTI	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (PT+PE)	GRADUATORIA PROVVISORIA
H.D. HEALTH DEFENCE S.R.L.	65	3,97	68,97	IV° classificato
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	63	24,80	87,80	Aggiudicatario provvisorio <i>[sospetta anomalia]</i>
VIGEO S.R.L.	52	30,00	82,00	II° classificato
H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A.	70	3,97	73,97	III° classificato
DAVI MEDICA SRL	42,33	7,58	49,91	V° classificato

Quindi, la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 c. 3 del D. Lgs. n. /2016 e s.m.i. *ratione temporis*, applicabile alla procedura di gara di che trattasi, a tenore del quale “*Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre*”, data la soglia di anomalia dell’offerta di 56/70 per il punteggio tecnico e di 24/30 per il punteggio economico, ha rilevato la **sospetta anomalia dell’offerta** dell’operatore economico **BECTON DICKINSON ITALIA SPA** aggiudicatario provvisorio del **Lotto 1**.

LOTTO 2 - AGO TRACIANTE PER BIOPSIA DI TESSUTI MOLLI CON (ALMENO) N. 1 (UNO) STRUMENTO POLIUSO PER BIOPSIA “IN SERVICE A TITOLO GRATUITO”				
CONCORRENTI	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (PT+PE)	GRADUATORIA PROVVISORIA
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	70,00	16,30	86,30	Aggiudicatario provvisorio
VIGEO S.R.L.	56,00	30,00	86,00	II° classificato

Il tutto come risultante in conformità sulla Piattaforma.

A questo punto, il Presidente ha dichiarato conclusi i lavori della Commissione giudicatrice mandando al segretario verbalizzante di dare comunicazione delle risultanze tutte al RUP per gli adempimenti successivi.

L.C.S.

Il Presidente di Commissione

Dott. Maurizio Ombres

I commissari componenti

Dott. Mario Ciletti

Dott. Vittorio Marzio

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Katia Pezzotti

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent and appears to be 'Maurizio Ombres'. Below it are two other signatures, one of which appears to be 'Katia Pezzotti'.

OPERATORE ECONOMICO: BECTON DICKINSON ITALIA - LOTTO 1						
CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			O.M.	C.M.	M.V.	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1	<i>FACILITA' DI PENETRAZIONE</i>	10	1,00	1,00	1,00	10,00
2	<i>Ergonomia dell'impugnatura (maneggevolezza)</i>	15	0,80	0,80	0,80	12,00
3	<i>Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico</i>	25	1,00	1,00	1,00	25,00
4	<i>Efficienza dell'automatismo, potenza della molla</i>	20	0,80	0,80	0,80	16,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		70				
			TOTALE PUNTEGGIO COMMISSIONE			63,00

Yotef...

[Signature]

Mario...

Viktor...

OPERATORE ECONOMICO: BIOPSYBELL SRL - LOTTO 1

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			O.M.	C.M.	M.V.	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1	<i>FACILITA' DI PENETRAZIONE</i>	10	0,40	0,40	0,40	4,00
2	<i>Ergonomia dell'impugnatura (maneggevolezza)</i>	15	0,40	0,40	0,40	6,00
3	<i>Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico</i>	25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Efficienza dell'automatismo, potenza della molla</i>	20	0,60	0,60	0,60	12,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		70				
			TOTALE			22,00

1/04/2016

Mario Lenzi
Vittorio Lenzi

OPERATORE ECONOMICO:DAVI MEDICA SRL - LOTTO 1

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			O.M.	C.M.	M.V.	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1	<i>FACILITA' DI PENETRAZIONE</i>	10	0,60	0,60	0,60	6,00
2	<i>Ergonomia dell'impugnatura (manegvolezza)</i>	15	0,40	0,40	0,40	6,00
3	<i>Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico</i>	25	0,60	0,80	0,80	18,33
4	<i>Efficienza dell'automatismo, potenza della molla</i>	20	0,60	0,60	0,60	12,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		70				
			TOTALE PUNTEGGIO COMMISSIONE			42,33

1/20/2016

[Signature]

Vito Mar

Meris LAR

OPERATORE ECONOMICO:HS HOSPITAL SERVICE SPA - LOTTO 1

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			O.M.	C.M.	M.V.	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1.4	<i>FACILITA' DI PENETRAZIONE</i>	10	1,00	1,00	1,00	10,00
1.6	<i>Ergonomia dell'impugnatura (manegevolezza)</i>	15	1,00	1,00	1,00	15,00
1.8	<i>Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico</i>	25	1,00	1,00	1,00	25,00
1.9	<i>Efficienza dell'automatismo, potenza della molla</i>	20	1,00	1,00	1,00	20,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		70				
			TOTALE PUNTEGGIO COMMISSIONE			70,00

Votepredte

[Signature]

V. An. Hau

Mario C. C.

OPERATORE ECONOMICO: HD HEALTH DEFENCE SRL - LOTTO 1

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			O.M.	C.M.	M.V.	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1.4	<i>FACILITA' DI PENETRAZIONE</i>	10	1,00	1,00	1,00	10,00
1.6	<i>Ergonomia dell'impugnatura (maneggevolezza)</i>	15	1,00	1,00	1,00	15,00
1.8	<i>Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico</i>	25	0,80	0,80	0,80	20,00
1.9	<i>Efficienza dell'automatismo, potenza della molla</i>	20	1,00	1,00	1,00	20,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		70				
			TOTALE PUNTEGGIO COMMISSIONE			65,00

Volpe

Mario Leri
Vide

OPERATORE ECONOMICO:VIGEO SRL - LOTTO 1

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			O.M.	C.M.	M.V.	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1.4	<i>FACILITA' DI PENETRAZIONE</i>	10	0,60	0,60	0,60	6,00
1.6	<i>Ergonomia dell'impugnatura (manegvolezza)</i>	15	0,60	0,60	0,60	9,00
1.8	<i>Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico</i>	25	1,00	1,00	1,00	25,00
1.9	<i>Efficienza dell'automatismo, potenza della molla</i>	20	0,60	0,60	0,60	12,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		70				
			TOTALE PUNTEGGIO COMMISSISONE			52,00

Voteprotec

Muro / C. M. / M. V.

Muro. C. M. / M. V.

OPERATORE ECONOMICO: BECTON DICKINSON ITALIA - LOTTO 2

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			O.M.	C.M.	M.V.	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1.4	<i>FACILITA' DI PENETRAZIONE</i>	10	1,00	1,00	1,00	10,00
1.6	<i>Ergonomia dell'impugnatura (maneggevolezza)</i>	15	1,00	1,00	1,00	15,00
1.8	<i>Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico</i>	25	0,80	0,80	0,80	20,00
1.9	<i>Efficienza dell'automatismo, potenza della molla</i>	20	1,00	1,00	1,00	20,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		70	TOTALE PUNTEGGIO COMMISSIONE			65,00
PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO RIPARAMETRATO						70,00

40,00 prelievo

Mario Lotti
Vide Mein

OPERATORE ECONOMICO:VIGEO SRL - LOTTO 2

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			O.M.	C.M.	M.V.	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
1.4	<i>FACILITA' DI PENETRAZIONE</i>	10	0,60	0,60	0,60	6,00
1.6	<i>Ergonomia dell'impugnatura (maneggevolezza)</i>	15	0,60	0,60	0,60	9,00
1.8	<i>Capacità di taglio e integrità del prelievo Bioptico</i>	25	1,00	1,00	1,00	25,00
1.9	<i>Efficienza dell'automatismo, potenza della molla</i>	20	0,60	0,60	0,60	12,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		70	TOTALE PUNTEGGIO COMMISSIONE			52,00
PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO RIPARAMETRATO						56,00

1/24/2016

Mario C...
Villa M...