

PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN 22 LOTTI, PER LA FORNITURA SEMESTRALE DI D.M. VARI PER LE NECESSITÀ DELLA U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE DELLA ASL RIETI, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO EX ART. 95, COMMA 4, DEL CODICE. RDO N. 3433468

VERBALE SEGGIO DI GARA

PREMESSO CHE

- in data 13/03/2023 è stata pubblicata RDO n. **3433468** sulla piattaforma telematica MEPA, nella forma della RDO aperta, suddivisa in n. 22 LOTTI, per la fornitura semestrale di D.M. vari tipologie per interventistica di chirurgia vascolare per le esigenze della ASL RIETI, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 D.LGS. 50/2016 e s.m.i.
- la data di scadenza per la presentazione delle offerte per la suddetta procedura di gara è stata fissata per il giorno 31/03/2023 ore 14.00;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale,

in data 03/04 /2023 si è costituito il Seggio di gara, come di seguito composto:

- Presidente: Dott.ssa Roberta Teodori, RUP, Responsabile della U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi;
- Testimone: Dott.ssa Chiara Gunnella, collaboratore amministrativo in servizio presso la U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi;
- Testimone verbalizzante: Dott.ssa Katia Pezzotti - collaboratore amministrativo in servizio presso la U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi;

Il Presidente del Seggio di Gara dichiara aperta la seduta pubblica. Il Presidente e i testimoni, preso atto dell'oggetto dell'appalto e degli operatori economici partecipanti alla procedura, come risultanti dalla piattaforma di negoziazione MEPA, hanno dichiarato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. l'inesistenza di cause di inconfiribilità (art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2011 e ss.mm.ii.), di conflitto di interessi (art. 42 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e di astensione (art. 51 Cod. Proc. Civ.), come risulta dalle dichiarazioni agli atti.

PRECISATO CHE a Sistema risulta essere stata presentata complessivamente n. 27 (ventisette) offerte di cui:

| N. LOTTO | N. OFFERTE PRESENTATE | N. LOTTO | N. OFFERTE PRESENTATE |
|----------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 1 | 2 | 12 | 0 |
| 2 | 1 | 13 | 3 |
| 3 | 2 | 14 | 1 |
| 4 | 1 | 15 | 1 |

| | | | |
|----|---|----|---|
| 5 | 0 | 16 | 0 |
| 6 | 1 | 17 | 2 |
| 7 | 1 | 18 | 1 |
| 8 | 1 | 19 | 0 |
| 9 | 1 | 20 | 1 |
| 10 | 2 | 21 | 1 |
| 11 | 5 | 22 | 0 |

DATO ATTO che è presso l'ufficio protocollo aziendale è pervenuta campionatura da n.1 (uno) operatore economico preso in consegna dal segretario verbalizzante per la custodia presso l'archivio campionature della UOC ALBS, giusta verbale di consegna assunto al prot. n.24194/23 DEL 03/04/2023, come da seguente prospetto:

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| MITTENTE | DATA DI ARRIVO | ORARIO DI ARRIVO | N. PROTOCOLLO |
| HM HEALTH MEDICAL DEFENCE SRL | 29-03-2023 | 10:20 | 22971 |

PRECISATO che, in sede di chiarimenti, avviso pubblicato nel rispetto del termine di 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, la S.A. ha chiarito che *“a rettifica del disciplinare di gara, art. 9.3, si comunica che non è richiesta campionatura”*.

Il Seggio di gara ha constatato che, entro la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte, hanno presentato offerta per i Lotti messi a gara i seguenti operatori come segue:

| # | CONCORRENTI | FORMA DI PARTECIPAZIONE | LOTTI DI INTERESSE |
|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | VIOLATECH SRL | Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) | 1 -3-4-6-7-8-9-11-13-14-15-18-20-21. |
| 2 | KASTER SRL | Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) | 2-10-13-17. |
| 3 | BECTON DICKINSON ITALIA SPA | Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) | 10-11-13. |
| 4 | AB MEDICA SPA | Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) | 1 – 11. |
| 5 | HD HEALTH DEFENCE SRL | Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) | 11. |
| 6 | ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL | Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) | 3- 11- 17. |

Il seggio, per quanto sopra, ha preso atto che i LOTTI nn. 5 – 12 – 16 – 19 – 22 sono andati DESERTI per mancanza di offerte.

Il Seggio di Gara ha proceduto, quindi, a scaricare *download* la documentazione amministrativa caricata a sistema dagli operatori economici partecipanti ed al conseguente esame della documentazione stessa, rilevando quanto segue:

- quanto alla AB MEDICA SPA, concorrente per i Lotti 1 – 11, la **conformità** della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara; pertanto, ammette AB MEDICA SPA alla fase di esame della documentazione tecnica.

- quanto alla VIOLATECH SRL concorrente per i Lotti 1 -3-4-6-7-8-9-11-13-14-15-18-20-21, la **conformità** della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara; pertanto, ammette VIOLATECH SRL alla fase di esame della documentazione tecnica.

A questo punto, il Presidente/RUP ha sospeso i lavori, rinviando per il prosieguo alla data del 04/04/2023 ore 8.30.

In data 04/04/2023 si è nuovamente costituito il Seggio di gara ed il Presidente/RUP ha disposto riprendersi i lavori di esame della documentazione amministrativa dei concorrenti, rilevando quanto segue.

- quanto alla KASTER SRL concorrente per i Lotti 2-10-13-17, la **conformità** della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara; pertanto, ammette KASTER SRL alla fase di esame della documentazione tecnica.

- quanto alla BECTON DICKINSON ITALIA SPA concorrente per i Lotti 10-11-13, la **conformità** della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara; pertanto, ammette BECTON DICKINSON ITALIA SPA alla fase di esame della documentazione tecnica;

- quanto alla HD HEALTH DEFENCE SRL concorrente per il Lotto 11, la **conformità** della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara; ammette HD HEALTH DEFENCE SRL alla fase di esame della documentazione tecnica;

- quanto alla ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL concorrente per i Lotti 3- 11- 17, la **conformità** della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara; pertanto, ammette ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL alla fase di esame della documentazione tecnica.

Dato atto, per quanto sopra, della ammissione di tutti i concorrenti AB MEDICA SPA, VIOLATECH SRL, KASTER SRL, BECTON DICKINSON ITALIA SPA, ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL alla fase successiva della gara - di esame della documentazione tecnica - per i Lotti di rispettivo interesse, il Presidente/RUP ha disposto procedersi alla estrazione download della documentazione tecnica.

Il Seggio ha, quindi esaminato la documentazione tecnica del LOTTO 1 offerta dai concorrenti AB MEDICA SPA e VIOLATECH SRL, su cui è risultata apposta firma digitale valida dei rappresentanti.

Dopodiché, il Presidente ha disposto la sospensione dei lavori e rinviato per il prosieguo alla data del 05/04/2023 ore 8.30.

In data 05/04/2023, si è nuovamente riunito il Seggio di gara ed il presidente ha disposto la prosecuzione delle attività di download della documentazione tecnica e relativo esame.

Il Seggio ha, quindi, esaminato:

- la documentazione tecnica del LOTTO 2 offerta dall'unico concorrente KASTER SRL, su cui è risultata apposta firma digitale valida del rappresentante.

- la documentazione tecnica del LOTTO 3 offerta dai concorrenti ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA e VIOLATECH SRL, su cui è risultata apposta firma digitale valida dei rappresentanti;

- la documentazione tecnica del LOTTO 4 offerta dall'unico concorrente VIOLATECH SRL, su cui è risultata apposta firma digitale valida del rappresentante;

- la documentazione tecnica del LOTTO 6 offerta dall'unico concorrente VIOLATECH SRL, su cui è risultata apposta firma digitale valida del rappresentante;



- la documentazione tecnica del LOTTO 7 offerta dall'unico concorrente VIOLATECH SRL, su cui è risultata apposta firma digitale valida del rappresentante;
- la documentazione tecnica del LOTTO 8 offerta dall'unico concorrente VIOLATECH SRL, su cui è risultata apposta firma digitale valida del rappresentante;
- la documentazione tecnica del LOTTO 9 offerta dall'unico concorrente VIOLATECH SRL, su cui è risultata apposta firma digitale valida del rappresentante;
- la documentazione tecnica del LOTTO 10 offerta dai concorrenti BECTON DICKINSON ITALIA SPA e KASTER SRL, su cui è risultata apposta firma digitale valida dei rappresentanti;
- la documentazione tecnica del LOTTO 11 offerta dai concorrenti AB MEDICA SPA, ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL, HD HEALTH DEFENCE SRL, BECTON DICKINSON ITALIA SPA e VIOLATECH SRL, su cui è risultata apposta firma digitale valida dei rappresentanti.
- la documentazione tecnica del LOTTO 13 offerta dai concorrenti BECTON DICKINSON ITALIA SPA, KASTER SRL e VIOLATECH SRL, su cui è risultata apposta firma digitale valida dei rappresentanti.

A questo punto, il Presidente ha disposto la sospensione dei lavori e rinviato per il prosieguo alla data del 12/04/2023 ore 8.30.

In data 12/04/2023, si è nuovamente riunito il Seggio di gara ed il Presidente ha disposto la prosecuzione delle attività di download della documentazione tecnica e relativo esame.

Il Seggio ha, quindi, esaminato:

- la documentazione tecnica del LOTTO 14 offerta dall'unico concorrente VIOLATECH SRL, su cui è risultata apposta firma digitale valida del rappresentante;
- la documentazione tecnica del LOTTO 15 offerta dall'unico concorrente VIOLATECH SRL, su cui è risultata apposta firma digitale valida del rappresentante;
- la documentazione tecnica del LOTTO 17 offerta dai concorrenti ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL e KASTER SRL, su cui è risultata apposta firma digitale valida dei rappresentanti;
- la documentazione tecnica del LOTTO 18 offerta dall'unico concorrente VIOLATECH SRL, su cui è risultata apposta firma digitale valida del rappresentante;
- la documentazione tecnica del LOTTO 20 offerta dall'unico concorrente VIOLATECH SRL, su cui è risultata apposta firma digitale valida del rappresentante;
- la documentazione tecnica del LOTTO 21 offerta dall'unico concorrente VIOLATECH SRL, su cui è risultata apposta firma digitale valida del rappresentante.

A questo punto, il Presidente/RUP, quindi, ha mandato al segretario verbalizzante di trasmettere la DOCUMENTAZIONE TECNICA, agli atti, al Direttore della UOC Chirurgia vascolare per il parere di idoneità tecnica dei prodotti offerti.

Quindi, la seduta è stata sospesa, rinviando il prosieguo dei lavori del seggio all'esito dell'acquisizione, agli atti del procedimento, del parere tecnico di idoneità, data da destinarsi.

In data 08/05/2023, si è nuovamente riunito il Seggio di Gara. Il Presidente/RUP ha dato atto che è pervenuta in data 08/05/2023, assunto agli atti al prot. n. 32565/23 del 08/05/2023, a firma del Direttore della UOC Chirurgia Vascolare, parere di inidoneità/conformità ai requisiti minimi dei prodotti offerti come da seguente prospetto.

| Concorrenti | LOTTO 1 |
|-------------|---|
| | Endoprotesi in cromocobalto ricoperto in ePTFE premontato su pallone OTW per il trattamento di coartazioni aortiche. Maglie dello stent ad anelli corrugati con elevata forza |

| | |
|---------------------------|--|
| | radiale, Diametri compresi tra 12 mm e 24 mm. Lunghezze comprese tra 19 mm 58 mm. Disponibilità doppio shaft 75 e 120 cm. Compatibilità con introduttore da 9F a 14F. |
| AB MEDICA SPA | NON CONFORME Poiché: <ul style="list-style-type: none"> • <i>non in cromocobalto;</i> • <i>non compatibile con introduttore da 9F come richiesto. Necessita di introduttori da 10 a 16 FR, quindi profili più elevati e rischi maggiori di lesioni arteriose.</i> |
| VIOLATECH SRL | CONFORME |
| Concorrenti | LOTTO 2 Stent autoespandibile in PTFE espanso e nitinol esterno, con legame covalente terminale stabile di eparina legata direttamente alla superficie dello stent. Biocompatibile, per il trattamento di aneurismi periferici, ricanalizzazioni femorali, etc. Configurazione retta, diametri da almeno 5 mm , lunghezza almeno 15 cm. |
| KASTER SRL | CONFORME |
| Concorrenti | LOTTO 3 Stent autoespandibile in nitinolo a disegno bidirezionale per la rotazione circonferenziale fino a un massimo di 720°, per alta resistenza alla torsione. Stent dotato di 4 markers prossimali e 4 markers distali in tantalio per corretto posizionamento in scopia. Sistema di rilascio one-handed multizonale a supporto variabile. Diametro stent da 6mm a 11mm, lunghezze da 20mm a 200mm. Shaft compatibile con introduttore 6F, guida 0.035" e doppia lunghezza 80cm e 120cm. |
| ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL | NON CONFORME Poiché: <ul style="list-style-type: none"> • <i>non presenta lunghezza fino a 200mm.</i> <i>La possibilità di utilizzare per lesioni lunghe un unico stent (lunghezze fino a 20mm) evita di embriare più stent e, quindi, riduce la possibilità di "infolding" e turbolenze del flusso.</i> |
| VIOLATECH SRL | CONFORME |
| Concorrenti | LOTTO 4 Catetere-introduttore per accesso a bassa invasività con rivestimento idrofilico. Lunghezze 90,100 e 120cm e con dilatatore interno rastremato compatibile con guide 0,0035". Ampio range di curve e misure. Dimensioni esterne del catetere di 6,5, 7,5 e 8,5 french. |
| VIOLATECH SRL | CONFORME |
| Concorrenti | LOTTO 6 Catetere per rilevazione di immagini ad ultrasuoni endoluminale indicato per la valutazione della morfologia dei vasi arteriosi e venosi periferici. Disponibilità di diverse dimensioni del catetere: 2.9 Fr per vasi di piccole e medie dimensioni 8.2 Fr per vasi di grandi dimensioni i ed aorta addominale e toracica Doppia versione del catetere OTW e MONORAIL. Compatibilità con guide 0.0014, 0.0018, 0.0035. |
| VIOLATECH SRL | CONFORME |
| Concorrenti | LOTTO 7 Sistema di rientro nel vero lume per angioplastiche subintimali IVUS-guidate costituito da un catetere per rilevazione di immagini ad ultrasuoni intravascolare, con sistema monorail compatibile con guida 0.014", dotato di un ago retraibile 24 G a lunghezza variabile (3mm, 5mm e 7mm) in grado di ospitare una guida 0.014". Compatibilità con introduttore 6F. |
| VIOLATECH SRL | CONFORME |
| Concorrenti | LOTTO 8 |

| | |
|-----------------------------|---|
| | Aspirazione controllata tramite catetere a doppio lume: il piu grande per aspirazione trombo il secondario interno e coassiale al lume primario, è dotato di orificio dove viene iniettata getto di soluzione salina come scopo di rompere il trombo. Dotato di sensore pressione in grado di rilevare la presenza del trombo e interromperne l'aspirazione una volta rimosso. |
| VIOLATECH SRL | CONFORME |
| | LOTTO 9 |
| Concorrenti | Sistema per aterectomia endoluminale costituito da un catetere lungo 130cm over the wire 0.014" dotato nella porzione distale di un sistema di lame rotanti per taglio frontale della placca in grado di rimuovere e catturare il materiale di debulking e di eliminarlo grazie ad un sistema a vite d'archimede. Manipolo di controllo dotato di sistema steerable per orientamento della punta nel vaso, completo di batteria per attivazione della rotazione che lo rende indipendente dall'utilizzo di un macchinario accessorio. Disponibilità di catetere da 1.8mm compatibile con introduttore 5F e da 2.2mm compatibile con introduttore 6F per vasi. |
| VIOLATECH SRL | CONFORME |
| | LOTTO 10 |
| Concorrenti | Catetere a palloncino grandi diametri (da 12 a 18 mm)circa, a basso profilo, compatibile con introduttore non superiore a 7 fr, non deformabili, per dilatazione di vasi di grosso calibro, resistente alle alte pressioni di gonfiaggio |
| BECTON DICKINSON ITALIA SPA | NON CONFORME Poiché: <ul style="list-style-type: none"> introduttore non conforme dopo misura del pallone di 14mm. Per palloni di dimensioni superiori a 14mm, necessari introduttori di calibro superiore a 7 Fr. |
| KASTER SRL | CONFORME |
| | LOTTO 11 |
| Concorrenti | Gamma di Cateteri a palloncino OTW a basso profilo per PTA di piccoli vasi distali. Palloncino in nylon, catetere in pebax e doppio marker in platino. Diametri da 1.25mm a 12.0mm, con disponibilità di mezze misure. Lunghezze da 10mm a 280mm. Compatibilità con guida 0.014-0.018-0.035". Disponibilità doppio shaft di lunghezze 120cm e 150cm. |
| AB MEDICA SPA | NON CONFORME poiché: <ul style="list-style-type: none"> disponibilità lunghezze non fino a 280mm. La lunghezza fino a 280 mm consente di trattare in un'unica PTA lesioni stenotiche estese evitando i rischi di dissezione connessi a multiple e più focali angioplastiche mancano misure diametri 1,25 mm. Diametri minori consentono il trattamento anche dei vasi più piccoli fino alle arcate plantari. |
| ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL | NON CONFORME poiché: <ul style="list-style-type: none"> mancano lunghezze da 10 e fino a 280mm. La lunghezza fino a 280 mm consente di trattare in un'unica PTA lesioni stenotiche estese evitando i rischi di dissezione connessi a multiple e più focali angioplastiche. La lunghezza da 10 mm consente il trattamento di stenosi focali evitando quindi PTA dell'arteria in zone indenni da stenosi. manca diametro 1,15. Diametri minori consentono il trattamento anche dei vasi più piccoli fino alle arcate plantari. pallone in Pebax e non in Nylon |
| BECTON DICKINSON ITALIA SPA | NON CONFORME poiché: <ul style="list-style-type: none"> manca lunghezza 10mm. La lunghezza da 10 mm consente il trattamento di stenosi focali evitando quindi PTA dell'arteria in zone indenni da stenosi. |

| | |
|-----------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> manca diametro 1,25mm. Diametri minori consentono il trattamento anche dei vasi più piccoli fino alle arcate plantari. |
| HD HEALTH DEFENCE SRL | <p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <p>poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> manca lunghezza da 10mm e fino a 280mm. La lunghezza fino a 280 mm consente di trattare in un'unica PTA lesioni stenotiche estese evitando i rischi di dissezione connessi a multiple e più focali angioplastiche. La lunghezza da 10 mm consente il trattamento di stenosi focali evitando quindi PTA dell'arteria in zone indenni da stenosi. manca diametro 1,25-1,5. Diametri minori consentono il trattamento anche dei vasi più piccoli fino alle arcate plantari. |
| VIOLATECH SRL | CONFORME |
| Concorrenti | LOTTO 13 |
| | Catetere a palloncino in configurazione OTW a basso profilo. Il Catetere rivestito con una miscela di paclitaxel e shellac, proteggono il paclitaxel durante il passaggio e il posizionamento. Diametri da 2.0mm a 8.0mm, compatibile con guida 0,014 e 0,035. Lunghezze da 20mm a 150mm. Disponibile in lunghezza dello shaft da 80cm e 135cm. |
| BECTON DICKINSON ITALIA SPA | <p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <p>poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> catere non rivestito con una miscela shellac. Lo shellac è una resina naturale composta da acido Aleuritico e acido Laccalico; tali proprietà proteggono il Paclitaxel durante il passaggio nelle arterie ed il posizionamento a livello della lesione target, consentendo quindi il rilascio di farmaco solo una volta posizionato il pallone a livello della lesione bersaglio. catetere non fino a 135cm mancano misure fino a 150mm |
| KASTER SRL | <p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <p>poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> catere non rivestito con una miscela shellac. Lo shellac è una resina naturale composta da acido Aleuritico e acido Laccalico; tali proprietà proteggono il Paclitaxel durante il passaggio nelle arterie ed il posizionamento a livello della lesione target, consentendo quindi il rilascio di farmaco solo una volta posizionato il pallone a livello della lesione bersaglio. |
| VIOLATECH SRL | CONFORME |
| Concorrenti | LOTTO 14 |
| | kit guida 0,21 in nitinol e microcatetere in poliuretano supportato da microfilari intrecciati in tungsteno, ricoperto esternamente da un rivestimento idrofilico ed internamente in ptfè per facilitare lo scorrimento della guida o di altro materiale. Alta resistenza alla pressione fino a 1000 psi. In conformazione Soft o HF, gamma Misure disponibili 1.9, 2.0, 2.6 fr. Lunghezze 105, 125 e 150 cm. |
| VIOLATECH SRL | CONFORME |
| Concorrenti | LOTTO 15 |
| | Guide per pta periferica costituite da un corpo centrale in acciaio dall'inizio della guida fino al tip distale, punta radiopaca negli ultimi cm con coil esterno in platino iridio con transizione tra i due materiali nulla in modo da rendere la guida a corpo unico. Corpo centrale ricoperto in PTFE e punta idrofilica. Possibilità di punta distale rastremata da 0.018 a 0.013 inch. e da 0.014 a 0.008 inch. Possibilità di rigidità crescente della parte terminale da pochissimi grammi fino a 30gr. Lunghezze 180cm e 300 cm. |
| VIOLATECH SRL | CONFORME |
| Concorrenti | LOTTO 17 |

| | |
|---------------------------------|--|
| | Sistema di protezione cerebrale in poliuretano, misura unica da 3.5 a 5.5 mm, con struttura autocentrante e pori da 110 micron. Punta radiopaca preformabile, catetere di rilascio "peel-away", catetere di recupero monorail a punta retta ed angolata. autocentrante e pori da 110 micron. Punta radiopaca preformabile, catetere di rilascio "peel-away", catetere di recupero monorail a punta retta ed angolata. |
| ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL | NON CONFORME Poiché: <ul style="list-style-type: none"> • Non offre misura unica da 3.5 a 5.5 mm. La misura unica da 3.5 a 5.5 mm consente con un unico tipo di filtro l'adattabilità ai vari calibri di arteria. • Mancanza catetere di recupero a punta retta ed angolata. Catetere di recupero fondamentale per il ritiro del filtro. Nel caso in cui sia difficile attraversare uno stent espanso o un'anatomia particolarmente tortuosa con il catetere a punta dritta, il catetere a punta angolata può consentire un più agevole ritiro del filtro. |
| KASTER SRL | CONFORME |
| Concorrenti | LOTTO 18 Introduttore idrofilico in poliuretano radiopaco, con e senza armatura, valvola a 3 vie , in diametri da 4 a 11F e lunghezze da 5 a 24 cm e disponibile di guida per inserimento da 0,018 o 0.025 o 0.035 o 0.038, in lunghezza 45 .Possibilità di dilatatore a step progressivo per ottimizzare la transizione. Disponibilità di ago per puntura da 18 o 20Ga. |
| VIOLATECH SRL | CONFORME |
| Concorrenti | LOTTO 20 Catetere in PTFE -teflon per non interagire con la colla,rinforzato con spirale per evitare il kinking.Presenza di 2 markers distali 2 cm sulla punta.Il sistema deve essere provvisto di fibra ottica illuminata per individuazione della punta.Lunghezze di lavoro 90 cm ,6F compatibile.Kit comprensivo di: siringa 3cc luer lock, introduttore 6F, 2 aghi seldinger da 18 G, filo guida 0,035 punta J da 45. |
| VIOLATECH SRL | CONFORME |
| Concorrenti | LOTTO 21 Catetere per ablazione con radiofrequenza. Markers lungo il catetere per una più precisa e sicura procedura. Lunghezze del catetere fino a 100 cm. Compatibile con introduttore 6F. Temperature fino a 200 °C. Segmento di emissione di RF lungo fino a 7 cm. |
| VIOLATECH SRL | CONFORME |

Per quanto sopra, il Presidente del Seggio/RUP ha disposto l'ammissione/esclusione dei concorrenti dalla fase successiva della gara (esame offerta economica) come segue:

| | |
|--------------------|--|
| Concorrenti | LOTTO 1 |
| AB MEDICA SPA | NON AMMESSO Poiché: <ul style="list-style-type: none"> • non in cromocobalto; • non compatibile con introduttore da 9F come richiesto. Necessita di introduttori da 10 a 16 FR, quindi profili più elevati e rischi maggiori di lesioni arteriose. |
| VIOLATECH SRL | AMMESSO |
| Concorrenti | |

| | |
|-----------------------------|---|
| | LOTTO 2 |
| KASTER SRL | AMMESSO |
| Concorrenti | LOTTO 3 |
| ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL | NON AMMESSO Poiché: <ul style="list-style-type: none"> • <i>non presenta lunghezza fino a 200mm. La possibilità di utilizzare per lesioni lunghe un unico stent (lunghezze fino a 20mm) evita di embriare più stent e, quindi, riduce la possibilità di "infolding" e turbolenze del flusso.</i> |
| VIOLATECH SRL | AMMESSO |
| Concorrenti | LOTTO 4 |
| VIOLATECH SRL | AMMESSO |
| Concorrenti | LOTTO 6 |
| VIOLATECH SRL | AMMESSO |
| Concorrenti | LOTTO 7 |
| VIOLATECH SRL | AMMESSO |
| Concorrenti | LOTTO 8 |
| VIOLATECH SRL | AMMESSO |
| Concorrenti | LOTTO 9 |
| VIOLATECH SRL | AMMESSO |
| Concorrenti | LOTTO 10 |
| BECTON DICKINSON ITALIA SPA | NON AMMESSO Poiché: <ul style="list-style-type: none"> • <i>introduttore non conforme dopo misura del pallone di 14mm. Per palloni di dimensioni superiori a 14mm, necessari introduttori di calibro superiore a 7 Fr.</i> |
| KASTER SRL | AMMESSO |
| Concorrenti | LOTTO 11 |
| AB MEDICA SPA | NON AMMESSO poiché: <ul style="list-style-type: none"> • <i>disponibilità lunghezze non fino a 280mm. La lunghezza fino a 280 mm consente di trattare in un'unica PTA lesioni stenotiche estese evitando i rischi di dissezione connessi a multiple e più focali angioplastiche</i> • <i>mancano misure diametri 1,25 mm. Diametri minori consentono il trattamento anche dei vasi più piccoli fino alle arcate plantari.</i> |
| ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL | NON AMMESSO poiché: <ul style="list-style-type: none"> • <i>mancano lunghezze da 10 e fino a 280mm. La lunghezza fino a 280 mm consente di trattare in un'unica PTA lesioni stenotiche estese evitando i rischi di dissezione connessi a multiple e più focali angioplastiche. La lunghezza da 10 mm consente il trattamento di stenosi focali evitando quindi PTA dell'arteria in zone indenni da stenosi.</i> • <i>manca diametro 1,15. Diametri minori consentono il trattamento anche dei vasi più piccoli fino alle arcate plantari.</i> |

| | |
|--------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>pallone in Pebax e non in Nylon</i> |
| BECTON DICKINSON ITALIA SPA | <p style="text-align: center;">NON AMMESSO</p> <p>poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>manca lunghezza 10mm. La lunghezza da 10 mm consente il trattamento di stenosi focali evitando quindi PTA dell'arteria in zone indenni da stenosi.</i> • <i>manca diametro 1,25mm. Diametri minori consentono il trattamento anche dei vasi più piccoli fino alle arcate plantari.</i> |
| HD HEALTH DEFENCE SRL | <p style="text-align: center;">NON AMMESSO</p> <p>poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>manca lunghezza da 10mm e fino a 280mm. La lunghezza fino a 280 mm consente di trattare in un'unica PTA lesioni stenotiche estese evitando i rischi di dissezione connessi a multiple e più focali angioplastiche. La lunghezza da 10 mm consente il trattamento di stenosi focali evitando quindi PTA dell'arteria in zone indenni da stenosi.</i> • <i>manca diametro 1,25-1,5. Diametri minori consentono il trattamento anche dei vasi più piccoli fino alle arcate plantari.</i> |
| VIOLATECH SRL | AMMESSO |
| Concorrenti | LOTTO 13 |
| BECTON DICKINSON ITALIA SPA | <p style="text-align: center;">NON AMMESSO</p> <p>poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>catetere non rivestito con una miscela shellac. Lo shellac è una resina naturale composta da acido Aleuritico e acido Laccalico; tali proprietà proteggono il Paclitaxel durante il passaggio nelle arterie ed il posizionamento a livello della lesione target, consentendo quindi il rilascio di farmaco solo una volta posizionato il pallone a livello della lesione bersaglio.</i> • <i>catetere non fino a 135cm</i> • <i>mancano misure fino a 150mm</i> |
| KASTER SRL | <p style="text-align: center;">NON AMMESSO</p> <p>poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>catere non rivestito con una miscela shellac. Lo shellac è una resina naturale composta da acido Aleuritico e acido Laccalico; tali proprietà proteggono il Paclitaxel durante il passaggio nelle arterie ed il posizionamento a livello della lesione target, consentendo quindi il rilascio di farmaco solo una volta posizionato il pallone a livello della lesione bersaglio.</i> |
| VIOLATECH SRL | AMMESSO |
| Concorrenti | LOTTO 14 |
| VIOLATECH SRL | AMMESSO |
| Concorrenti | LOTTO 15 |
| VIOLATECH SRL | AMMESSO |
| Concorrenti | LOTTO 17 |
| ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL | <p style="text-align: center;">NON AMMESSO</p> <p>Poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Non offre misura unica da 3.5 a 5.5 mm. La misura unica da 3.5 a 5.5 mm consente con un unico tipo di filtro l'adattabilità ai vari calibri di arteria.</i> • <i>Mancanza catetere di recupero a punta retta ed angolata. Catetere di recupero fondamentale per il ritiro del filtro. Nel caso in cui sia difficile attraversare uno stente spanso o un'anatomia particolarmente tortuosa con il catetere a punta dritta, il catetere a punta angolata può consentire un più agevole ritiro del filtro.</i> |
| KASTER SRL | AMMESSO |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Concorrenti | LOTTO 18 |
| VIOLATECH SRL | AMMESSO |
| Concorrenti | LOTTO 20 |
| VIOLATECH SRL | AMMESSO |
| Concorrenti | LOTTO 21 |
| VIOLATECH SRL | AMMESSO |
| | |

A questo punto, il Presidente /RUP ha disposto procedersi alle comunicazioni di esclusione ai concorrenti esclusi ex art. 76 c. 5 del Codice, nei termini di legge, e ha rinviato per il prosieguo dei lavori (esame offerte economiche) a data da destinarsi.

In data 17/05/2023, si è nuovamente riunito il Seggio di Gara. Il Presidente/RUP, dato atto dell'avvenuta comunicazione ex art. 76 c. 5 del Codice dei provvedimenti di esclusione disposti nei confronti degli operatori AB MEDICA SPA con nota prot. 32591/23 del 08/05/2023, ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL con nota prot. 32592/23 del 08/05/23, BECTON DICKINSON ITALIA SPA con nota prot. 32593/23 del 08/05/23, HD HEALTH DEFENCE SRL con nota prot. 32594/23 del 08/05/23, KASTER ITALIA SRL – limitatamente al Lotto 13 – con nota prot. 32595/23 del 08/05/2023, ha disposto procedersi alla estrazione download della documentazione economica e all'esame delle offerte economiche degli ammessi alla fase conclusiva della procedura.

Il Seggio di gara, esaminate le offerte economiche, ha rilevato:

- la validità della firma digitale apposta da tutti i concorrenti sulla documentazione economica prodotta;
- gli importi offerti dai concorrenti ammessi alla presente fase per ciascun lotto come segue:

| Lotti | Concorrente | Prezzo a base d'asta iva esclusa | Prezzo offerto iva esclusa |
|--------------|----------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | VIOLATECH SRL | 9.400,00 | 9.398,00 |
| 2 | KASTER SRL | 17.148,00 | 8.400,00 |
| 3 | VIOLATECH SRL | 9.690,00 | 9.450,00 |
| 4 | VIOLATECH SRL | 6.120,00 | 6.100,00 |
| 6 | VIOLATECH SRL | 14.550,00 | 14.500,00 |
| 7 | VIOLATECH SRL | 5.180,00 | 5.178,00 |
| 8 | VIOLATECH SRL | 5.180,00 | 5.178,00 |

| | | | |
|----|---------------|-----------|-----------|
| 9 | VIOLATECH SRL | 5.180,00 | 5.170,00 |
| 10 | KASTER SRL | 4.065,00 | 3.300,00 |
| 11 | VIOLATECH SRL | 13.700,00 | 6.950,00 |
| 13 | VIOLATECH SRL | 12.760,00 | 12.700,00 |
| 14 | VIOLATECH SRL | 2.430,00 | 2.400,00 |
| 15 | VIOLATECH SRL | 20.160,00 | 20.115,00 |
| 17 | KASTER SRL | 37.004,00 | 36.740,00 |
| 18 | VIOLATECH SRL | 3.783,00 | 3.447,00 |
| 20 | VIOLATECH SRL | 20.250,00 | 20.225,00 |
| 21 | VIOLATECH SRL | 8.100,00 | 8.090,00 |

Il Seggio, per quanto sopra, ha dato atto della validità di tutte le offerte economiche presentate.

Quindi, il Presidente del Seggio – rammentato che i LOTTI 5 – 12 – 16 – 19 – 22 sono andati DESERTI - ha proposto l'AGGIUDICAZIONE del presente appalto suddiviso in 22 lotti, per la fornitura semestrale di D.M. vari per le necessità della U.O.C. Chirurgia Vascolare della ASL RIETI, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, del codice, mediante RDO N. 3433468, come segue:

- **quanto al Lotto 1** - CIG: 96747364B6 – alla VIOLATECH SRL di Roma (RM), ivi con sede legale in Via Kenia n. 74 (C.A.P. 00144), avente codice fiscale e partita i.v.a. n. 10077121001, al complessivo prezzo di €**9.398,00** oltre IVA al 4% come meglio dettagliato nella RIGA UNICA;
- **quanto al Lotto 2** - CIG: 9674743A7B – alla KASTER S.R.L. di Roma (RM), ivi con sede legale in Via Italo Panattoni n.160 (C.A.P. 00189), avente codice fiscale e partita i.v.a. n. 04966401004 al complessivo prezzo di €**8.400,00** oltre IVA al 4% come meglio dettagliato nella RIGA UNICA;
- **quanto al Lotto 3** - CIG: A9674748E9A – alla VIOLATECH SRL di Roma (RM), ivi con sede legale in Via Kenia n. 74 (C.A.P. 00144), avente codice fiscale e partita i.v.a. n. 10077121001, al complessivo prezzo di €**9.450,00** oltre IVA al 4% come meglio dettagliato nella RIGA UNICA;
- **quanto al Lotto 4** - CIG: 9674754391 – alla VIOLATECH SRL di Roma (RM), ivi con

sede legale in Via Kenia n. 74 (C.A.P. 00144), avente codice fiscale e partita i.v.a. n. 10077121001, al complessivo prezzo di **€.6.100,00** oltre IVA al 22%, come meglio dettagliato nella RIGA UNICA;

- **quanto al Lotto 6** - CIG: 9674762A29 – alla VIOLATECH SRL di Roma (RM), ivi con sede legale in Via Kenia n. 74 (C.A.P. 00144), avente codice fiscale e partita i.v.a. n. 10077121001, al complessivo prezzo di **€.14.500,00** oltre IVA al 22%, come meglio dettagliato nella RIGA UNICA;
- **quanto al Lotto 7** - CIG: 9674766D75 – alla VIOLATECH SRL di Roma (RM), ivi con sede legale in Via Kenia n. 74 (C.A.P. 00144), avente codice fiscale e partita i.v.a. n. 10077121001, al complessivo prezzo di **€.5.178,00** oltre IVA al 22%, come meglio dettagliato nella RIGA UNICA;
- **quanto al Lotto 8** - CIG: 967477199 – alla VIOLATECH SRL di Roma (RM), ivi con sede legale in Via Kenia n. 74 (C.A.P. 00144), avente codice fiscale e partita i.v.a. n. 10077121001, al complessivo prezzo di **€.5.178,00** oltre IVA al 22%, come meglio dettagliato nella RIGA UNICA;
- **quanto al Lotto 9**- CIG: 96747754E5 – alla VIOLATECH SRL di Roma (RM), ivi con sede legale in Via Kenia n. 74 (C.A.P. 00144), avente codice fiscale e partita i.v.a. n. 10077121001, al complessivo prezzo di **€.5.170,00** oltre IVA al 22%, come meglio dettagliato nella RIGA UNICA;
- **quanto al Lotto 10** - CIG: 967477875E – alla KASTER S.R.L. di Roma (RM), ivi con sede legale in Via Italo Panattoni n.160 (C.A.P. 00189), avente codice fiscale e partita i.v.a. n. 04966401004 al complessivo prezzo di **€.3.300,00** oltre IVA al 22%, come meglio dettagliato nella RIGA UNICA;
- **quanto al Lotto 11** - CIG: 9674783B7D – alla VIOLATECH SRL di Roma (RM), ivi con sede legale in Via Kenia n. 74 (C.A.P. 00144), avente codice fiscale e partita i.v.a. n. 10077121001, al complessivo prezzo di **€.6.950,00** oltre IVA al 22%, come meglio dettagliato nella RIGA UNICA;
- **quanto al Lotto 13**- CIG: 9674795566 – alla VIOLATECH SRL di Roma (RM), ivi con sede legale in Via Kenia n. 74 (C.A.P. 00144), avente codice fiscale e partita i.v.a. n. 10077121001, al complessivo prezzo di **€.12.700,00** oltre IVA al 22%, come meglio dettagliato nella RIGA UNICA;
- **quanto al Lotto 14**- CIG: 96747987DF – alla VIOLATECH SRL di Roma (RM), ivi con sede legale in Via Kenia n. 74 (C.A.P. 00144), avente codice fiscale e partita i.v.a. n. 10077121001, al complessivo prezzo di **€.2.400,00** oltre IVA al 22%, come meglio dettagliato nella RIGA UNICA;
- **quanto al Lotto 15** CIG: 96747998B2 – alla VIOLATECH SRL di Roma (RM), ivi con sede legale in Via Kenia n. 74 (C.A.P. 00144), avente codice fiscale e partita i.v.a. n. 10077121001, al complessivo prezzo di **€.20.115,00** oltre IVA al 22%, come meglio dettagliato nella RIGA UNICA;
- **quanto al Lotto 17** - CIG: 967481778D– alla KASTER S.R.L. di Roma (RM), ivi con sede legale in Via Italo Panattoni n.160 (C.A.P. 00189), avente codice fiscale e partita i.v.a. n. 04966401004 al complessivo prezzo di **€.36.740,00** oltre IVA al 22%, come meglio

dettagliato nella RIGA UNICA;

- **quanto al Lotto 18-** CIG: 9674823C7F – alla VIOLATECH SRL di Roma (RM), ivi con sede legale in Via Kenia n. 74 (C.A.P. 00144), avente codice fiscale e partita i.v.a. n. 10077121001, al complessivo prezzo di **€.3.447,00** oltre IVA al 22%, come meglio dettagliato nella RIGA UNICA;
- **quanto al Lotto 20-** CIG: 96748280A3 – alla VIOLATECH SRL di Roma (RM), ivi con sede legale in Via Kenia n. 74 (C.A.P. 00144), avente codice fiscale e partita i.v.a. n. 10077121001, al complessivo prezzo di **€.20.225,00** oltre IVA al 4%, come meglio dettagliato nella RIGA UNICA;
- **quanto al Lotto 21** CIG: 9674830249 – alla VIOLATECH SRL di Roma (RM), ivi con sede legale in Via Kenia n. 74 (C.A.P. 00144), avente codice fiscale e partita i.v.a. n. 10077121001, al complessivo prezzo di **€.8.090,00** oltre IVA al 22%, come meglio dettagliato nella RIGA UNICA;

Il Presidente ha dichiarato, infine, chiusi i lavori e rinviato gli ulteriori incombenzi sulla Piattaforma MePA all'esito della approvazione della proposta di aggiudicazione.

Il Presidente del Seggio di Gara
Dott.ssa Roberta Teodori

Testimone verbalizzante

Dott. Katia Pezzotti
Katia Pezzotti

Il Testimone

Dott.ssa Chiara Gunnella
Chiara Gunnella