

Roma 17/07/2023

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Servizio Prevenzione e Protezione
Via del Terminillo, 42
02100 RIETI (RI)
C/a Dr. Gabriele Fabri

Offerta ML 502 Rev. 1

Vi ringraziamo per la Vostra gentile richiesta e Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per l'eventuale fornitura di:

KF006A KEMFIRE 600 A ARMADIO ASPIRATO E FILTRATO CERTIFICATO TUV

RESISTENZA TYPE 90 -90MIN IN CONFORMITA' ALLE NORME EN 14470-1, EN 61010-1, EN 16121, EN 16122 MARCHIO CE.

Per lo stoccaggio combinato di prodotti chimici, acidi e basi e di liquidi e solidi infiammabili. Alto. Comparto infiammabile 1 porta, comparto acidi e basi 1 porta (con aspiratore e filtro)

Dim. mm 595x510x1700 h,

F007 FILTRO DI RICAMBIO Filtro a carboni attivi di ricambio con CUNCTATOR®

Durante il periodo di garanzia (24 mesi) è prevista una prima visita di manutenzione ordinaria con la sostituzione e montaggio del filtro a carboni attivi di ricambio mod.F007 entro 12 mesi dal collaudo dell'apparecchiatura e una seconda visita di manutenzione ordinaria con la sostituzione e montaggio del filtro a carboni attivi di ricambio mod.F007 entro 24 mesi dal collaudo dell'apparecchiatura.

REZZO A VOI RISERVATO EURO 3.500,00+IVA

CONDIZIONI DI FORNITURA

- **Prezzi non comprensivi di IVA, a Vs. carico,**
- **Pagamento BB 30 gg**
- **Consegna: entro 30/60gg**
- **Validità 60 gg**
- **Trasporto ed installazione incluso**
- **GARANZIA 24 MESI**