


23-000000078


**ASL
RIETI**

INVENTARIO 65973		COD. CDC - DESCR. CDC A01A-0411 - Otorino -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 12-01-23 10:28 - 12-01-23 10:28	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC ROSSANA BORSETI - 8033		UBICAZIONE EDIFICIO: - PIANO: - STANZA: REPARTO ORL		ODL INTERVENTO 23-000000078	
TIPOLOGIA OTOSCOPIO		MODELLO 1218 AA		PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI	
PRODUTTORE STORZ KARL		COD. CIVAB OTSSOZ0000028566		MATRICOLA 1202VD	
				INV. ENTE 133403	
				FASCIA CRITICA	

ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - OTTICA RIGIDA CON VISIBILITA' SCADENTE, FIBRE OTTICHE ROTTE??
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: OTTICA RIGIDA CON VISIBILITA' SCADENTE, FIBRE OTTICHE ROTTE?? - CHIAMATA SU APPARECCHIATURA CON CDC NON ASSOCIATO AL RICHIEDENTE

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
11:27	12-01-23	11:27	12-01-23	DUEFFE 2000 SRL (ROMA)	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
10:08	27-01-23	10:08	27-01-23	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)		rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO -- RITIRATO APPARECCHIO IN RIPARAZIONE IL 24/01/2023. SI INVIA PREVENTIVO DI SPESA PER IL REPAIR EXCHANGE. L APPARECCHIO PRESENTA LA ROTTURA DELLE LENTI PRISMATICHE.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO: _____ **DATA:** 22-02-23

SALVA FIRME >>

Esecutore: _____	Tecnico Interno: _____	Ref. Reparto: _____
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------