



23-000001523


**ASL
RIETI**

INVENTARIO 50263		COD. CDC - DESCR. CDC A01A-0318 - Farmacia -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 11-09-23 09:45 - 11-09-23 09:45	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC PAOLA GRILLO PER CONTO DI: -		UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: Magazzino-0318-T0010		ODL INTERVENTO 23-000001523	
TIPOLOGIA DEMINERALIZZATORE		MODELLO ALPHA 10		PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI	
PRODUTTORE DE MACO		COD. CIVAB C75I65C2879	MATRICOLA 384	INV. ENTE 50263	FASCIA CRITICA

ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev. <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. <input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part <input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	CAUSALE / PROBLEMA: RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE
---	--	---

NOTE INTERVENTO

SI RICHIEDE INTERVENTO TECNICO PE LA COLONNINA DEL DEMINERALIZZATORE NON FUNZIONANTE, GIÀ ESAURITA. SI ALLEGA I MAIL DELLA FARMACIA DELL OSPEDALE DI RIETI.

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
09:45	11-09-23	09:45	11-09-23	F.LLI SORRENTINO SNC (VITERBO 01100)		assegnazione	SI RICHIEDE INTERVENTO TECNICO PE LA COLONNINA DEL DEMINERALIZZATORE NON FUNZIONANTE, GIÀ ESAURITA. SI ALLEGA I MAIL DELLA FARMACIA DELL OSPEDALE DI RIETI.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 11-09-23

SALVA FIRME >>

Esecutore:

Tecnico Interno:

Ref. Reparto:

Buongiorno

con la presente segnalo che la colonna per ottenere acqua demineralizzata della Farmacia ospedaliera che è stata sostituita lunedì 24/07/2023 già è esaurita.

Il fatto è documentato dalle le immagini relative al rilevatore della conduttanza elettrica che è espressione della quantità di ioni ovvero sali minerali presenti in uscita dalla colonna, che si misura in microsiemens e che normalmente è inferiore a 1 quando la colonna funziona. Come sai la precedente colonna era stata sostituita a dicembre 2022 e con il normale uso di prelievo per reparti ospedalieri e strutture territoriali è durata oltre 6 mesi. La colonna che hanno installato lunedì 24/07 o era già esausta o è comunque difettosa.

Per quanto sopra si richiede un nuovo **intervento urgente per sostituzione gratuita** e se possibile in quanto previsto in contratto **sostituzione dei tubi e dei filtri**.

Rimango in attesa di un vs gentile riscontro

Grazie.

Sig.ra Caterina Spadoni

UOC Politica del Farmaco e dei Dispositivi Medici

Assistenza Farmaceutica Ospedaliera

Ospedale San Camillo de Lellis Rieti

Tel 0746/278811

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dall'Asl di Rieti e s'intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione.

Grazie.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Asl of Rieti and is intended to be sent for working purposes. For this reason it's not possible to guarantee that, by answering to it, the content will be only shown to the individual towards it's addressed. We specify that the information contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the addressee. If you have received this e-mail message in error, please delete it immediately without using it any further and kindly notify us.

Thank you.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dall'Asl di Rieti e s'intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione.

Grazie.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Asl of Rieti and is intended to be sent for working purposes. For this reason it's not possible to guarantee that, by answering to it, the content will be only shown to the individual towards it's addressed. We specify that the