




22-000000283



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
RIETI

INVENTARIO		COD. CDC - DESCR. CDC		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO	
65142		A01A-0314 - Anestesia/Rianimazione -		21-02-22 14:34 - 21-02-22 14:34	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC		UBICAZIONE		ODL INTERVENTO	
NORMA MAGGI - 0746278524		EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: COVID 19		22-000000283	
TIPOLOGIA		MODELLO		PRESIDIO / SEDE	
VENTILATORE POLMONARE PER TERAPIA INTENSIVA		SV600		OSP. RIETI	
PRODUTTORE	COD. CIVAB	MATRICOLA	INV. ENTE	FASCIA CRITICA	
MINDRAY CO LTD	VPOH76C2382	AA6-03003875	81556		

ATTIVITA' RICHIESTE

- Manut. Prev.
 Verifica Sicur.
 Richiesta ric. (RR)

- Manut. Correttiva
 Verifica Sicur. part
 Addestram. (AD)

CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB -
INTERVENTO CORRETTIVO - NON SUPERA
TUTTI I TEST**NOTE INTERVENTO**

NOTE RICHIEDENTE: NON SUPERA TUTTI I TEST - RILEVAZIONE CON NO

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
14:30	25-02-22	14:30	25-02-22	SANDRO ZARINI	PAOLA GRILLO TECNICO GLOBAL (paola.grillo)	riassegnazione	--
15:35	25-02-22	15:35	25-02-22	ALTHEA ITALIA S.P.A. (ROMA (RM))	PAOLA GRILLO	assegnazione	-- VENTILATORE POLMONARE SV 600, MATRICOLA AA6-03003875: NON FUNZIONANO I SENSORI DI FLUSSO ESPIRATORIO. SI RICHIEDE INTERVENTO TECNICO URGENTE.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 25-02-22

SALVA FIRME >>

Esecutore:

Tecnico Interno:

Ref. Reparto: