

Althea Italia S.p.A.

Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13 - 00148 Roma
 Tel. +39 06 66100411 - Fax +39 06 66100449
 PEC: altheaitalia@pec.althea-group.com
 CF, P.IVA, 01244670335
 Cap.Soc. Euro 2.000.000,00
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
 da parte di Althea Group Limited

**ALTHEA**INTEGRATED HEALTHCARE
TECHNOLOGY MANAGEMENT**SCHEDA DI RIPARAZIONE**

RIFERIMENTO ALTHEA STABILIMENTO OPERATIVO DI GUALDO TADINO (PG) ZONA IND.LE NORD 06023
 tel.075 9142064 - fax.075 9145077 - mail it.info.gualdo@althea-group.com

Spett.le

AZIENDA USL RIETI
 VIA DEL TERMINILLO 42
 02100 RIETI
 P.I.C.F. 00821180577

RI

Destinazione

OSP. SAN CAMILLO DE LELLIS
 V.le KENNEDY snc

02100 RIETI

RI

Cod. cliente	Numero scheda	Data	Vs DdT	Data	Numero preventivo	Data preventivo	Pag.
27	MP202300465	21/04/2023		04/04/2023	3539/00	13/04/2023	1 / 1
Data autorizzazione		Rif.Vs.ordine		Vs riferimento			
Apparecchio SPFI0520 - SPARAFILI						Matricola LAA12476	
Descrizione							
<p>1-CARATTERISTICHE Apparecch. : SPARAFILI Modello : 6228 Produttore : STRYKER</p> <p>3-DIFETTI CUSCINETTI: Rotto/i</p> <p>4-RIPARAZIONI CUSCINETTI: Lubrificazione CUSCINETTI: Pulizia CUSCINETTI: Sostituzione</p>							
Note 180 MINUTI €2.30 RICAMBI							
Ispezione effettuata da :		Tecnico riparatore :		Referente scheda :		Data Consegna	
Valentino Saracini 21/04/2023				Valentino Saracini			