

Cliente: C08959 ASL RIETI - CASA DELLA SALUTE MAGLIANO SABINA
Commessa: CAT-6125M HELIOS DRF
Art.Assistenza: A003744 HELIOS DRF
n° Contratto: -
Serial Number: (H0101)
Utilizzatore: Francesco di Basilio

Descrizione Ticket

RICONFIGURAZIONE NODI DICOM

Descrizione Attività

Configurazione nuovo sistema dicom sistema ris/pacs

Effettuate prove con esito positivo

Descrizione Intervento

RICONFIGURAZIONE NODI DICOM

note

Si rilascia la diagnostica funzionante


movi ad opera

con	data interv.	h/lav	h/viag	km	da	desc. breve
GBA	17-apr-23	0	2	0		
GBA	17-apr-23	4	0	0		

*manutenzione asset**parti di ricambio fornite**materiali di consumo forniti**tecnici intervenuti*

(GBA) - Battaglia Giordano

**UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
ASL RIETI**
TSRM INCARICO FUNZIONI DI COORDINAMENTO
TECNICI CASA DELLA SALUTE MAGLIANO SABINA
Dott. Francesco Di Basilio



Il documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 27 del Dlgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e substituisce il documento cartaceo

redattore del report / firma

cliente / firma

Battaglia Giordano

