

UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

Responsabile: Dott.ssa Roberta Teodori
 Referente per quanto comunicato: Dott.ssa Katia Pezzotti
 Tel. 0746/279573- e-mail: k.pezzotti@asl.rieti.it

PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN DUE LOTTO, PER LA FORNITURA PER LA DURATA DI 4 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER UN ULTERIORE PERIODO DI 12 MESI, DI DISPOSITIVI AUTOMATICI MONOUSO PER BIOPSIA PROSTATICA PER LE NECESSITÀ DELLA ASL RIETI DA AGGIUDICARE SULLA BASE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO EX ART. 95 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

RDO N. _____

CARATTERISTICHE TECNICHE

LOTTO 1	U.M.	Fabbisogno 24 mesi
SISTEMA TRU CUT AUTOMATICO PER BIOPSIA PROSTATICA	PEZZI	400
<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo monouso per ago-biopsie tipo “<i>Tru cut</i>” calibrato per penetrazione dell’ago di 2.2 cm e realizzato per ottenere biopsie da prostata. • Dotato di ago in acciaio inox ad azione rapida e atraumatica, garantita da un meccanismo a molle calibrato a due tempi che riduca al minimo la possibilità di spostamento del bersaglio. • Leggero e facile utilizzo con una sola mano, a che riduca al minimo i tempi di esecuzione. Dotato di <i>markers</i> per un accurato posizionamento e punta ecogenica per un miglior controllo visivo durante l’ecografia. • Disponibile in confezione singola, monopaziente, sterile, apirogena e <i>latex free</i>. • Misure 18G e lunghezza ago 15-16 cm. 		

LOTTO 2	U.M.	Fabbisogno 24 mesi
AGO TRANCIANTE PER BIOPSIA DI TESSUTI MOLLI CON STRUMENTO POLIUSO	PEZZI	300
<ul style="list-style-type: none"> • Ago tranciante per biopsia di tessuti molli (prostata) utilizzabile con strumento bioptico poliuso sterilizzabile. • L’ago deve essere in acciaio inox con affilatura di qualità. • La ditta aggiudicataria dovrà fornire “<i>in service a titolo gratuito</i>” almeno n. 1 (uno) strumento poliuso per biopsia. 		