

Rapporto Tecnico N 2023002183

Richiesta Cliente N. 35674

del 24/05/2023

Intervento eseguito presso: A.S.L. DI RIETI OSPEDALE S. CAMILLO DE LELLIS VIALE KENNEDY RIETI	(RI)	Intervento da fatturare a: A.S.L. DI RIETI OSPEDALE S. CAMILLO DE LELLIS VIALE KENNEDY RIETI	(RI)	Preventivo N.  del
		C.F. 00821180577	P.IVA	

N.Contratto	del	N.Offerta	del
<b>Apparecchiature e Guasti</b>			
Apprecchiatura:	Seriale :	Modello:	Costruttore: - Inventario :
CAMERA MORTUARIA PM 2006 BT/4S	35674	CAMERA MORTUARIA PM 2006 BT/4S	ANGELANTONI nd
Descrizione problema - Segnaliamo la perdita di liquido nel box n1 presso il Servizio Obitoriale del Presidio Ospedaliero.			

Tipo di Intervento	<b>FG</b>	Fuori Garanzia
Attività	<b>RIP</b>	Riparazione
Natura del guasto	<b>CAR</b>	Carpenteria
Causa	<b>ROT</b>	Rottura componente

<b>LAVORI ESEGUITI</b>	
sostituito blocchetto sonde	

<b>ricambi utilizzati</b>						
Codice	Descrizione	Quantità	Valore Unitario	Valore Totale	Reintegro	Cod.Bio
A181756	Blocchetto alluminio singolo ( AS)	1,00	0,00	0,00		
				Totale Ricambi	0,00	Sc.% 0 Netto = 0,00

<b>Servizi utilizzati</b>						
Codice Servizio	Descrizione	Quantità	Valore Unitario	Valore Totale	Data	
BC-AH-H2	Tariffa oraria bassa tecnologia	1,00	85,00	85,00	12/06/2023	
BC-AH-Z2	Trasferta ZONA 2	1,00	350,00	350,00	12/06/2023	
				Totale Servizi	435,00	Sc.% 0 Netto = 435,00

<b>Materiale di consumo</b>			Quantità	Valore Unitario	Valore Totale	<b>Totale Rapporto di Lavoro</b>
			0,00	0,00	0,00	<b>435,00</b>

Nome Tecnico Walter Giannoni Codice CT042

Nominativo Firma Chiani Giuseppe

Firma Tecnico



Data Chiusura

12/06/2023

Firma Cliente



Nominativo Referente Servizio Manutenzione

Mail Referente: g.chiani@asl.rieti.it



Assistenza tecnica  
 Manutenzione  
 Impianti frigoriferi  
 Congelatori -80° -152°  
 Camere per prove ambientali  
 Settore Ospedaliero  
 Settore Industriale  
 Validazioni IQ-OQ-PQ

Sede : Viale delle Industrie, 33 - 20881 Bernareggio MB - Tel 02.6173899 - Fax 02.89454950  
 Cap.Soc. € 20.000 I.V. -CF e P.IVA 03712440969 - REA 1903029 - Reg.Imp. MB 03712440969  
 La Società è soggetta alla direzione e coordinamento di AHSI Sp.A. C.F. 02481080964  
 www.bioclimaservice.com - assistenza@bioclimaservice.com - infobioclimaservice@pec.it



**CONSUNTIVO RELATIVO A:**

**Rapporto Tecnico N 2023002183 del 24/05/2023 | Richiesta Cliente N 35674**

Referente : Servizio Manutenzione

Mail Referente : g.chiani@asl.rieti.it

Intervento eseguito presso: A.S.L. DI RIETI OSPEDALE S. CAMILLO DE LELLIS VIALE KENNEDY 02100 RIETI	RI	Intervento da fatturare a: A.S.L. DI RIETI OSPEDALE S. CAMILLO DE LELLIS VIALE KENNEDY 02100 RIETI C.F. 00821180577	RI	P.IVA	Preventivo N.  del 24/05/2023
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------------------------------------

N.Contratto	del	N.Offera	del
-------------	-----	----------	-----

Apparecchiature e Guasti			
Apprecchiatura:	Seriale :	Modello:	Costruttore: - Inventario :

CAMERA MORTUARIA PM 2006 BT/4S 35674	CAMERA MORTUARIA PM 2006 BT/4S	ANGELANTONI	nd
Descrizione problema - Segnaliamo la perdita di liquido nel box n1 presso il Servizio Obitoriale del Presidio Ospedaliero.			

Tipo di Intervento	<b>FG</b>	Fuori Garanzia
Attività	<b>RIP</b>	Riparazione
Natura del guasto	<b>CAR</b>	Carpenteria
Causa	<b>ROT</b>	Rottura componente

LAVORI ESEGUITI	
sostituito blocchetto sonde	

ricambi utilizzati						
Codice	Descrizione	Quantità	Valore Unitario	Valore Totale	Reintegro	Cod.Bio
A181756	Blocchetto alluminio singolo ( AS)	1,00	0,00	0,00		
				Totale Ricambi	0,00	Sc.% 0 Netto = 0,00

Servizi utilizzati						
Codice Servizio	Descrizione	Quantità	Valore Unitario	Valore Totale	Data	
BC-AH-H2	Tariffa oraria bassa tecnologia	1,00	85,00	85,00	12/06/2023	
BC-AH-Z2	Trasferta ZONA 2	1,00	350,00	350,00	12/06/2023	
				Totale Servizi	435,00	Sc.% 0 Netto = 435,00

Materiale di consumo	Quantità	Valore Unitario	Valore Totale	<b>Totale Rapporto di Lavoro</b>
	0,00	0,00	0,00	<b>435,00</b>