



23-000000398



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
RIETI

INVENTARIO 62767	COD. CDC - DESCR. CDC N044 - Struttura Residenziale Riabilitativa -	DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 24-02-23 08:00 - 24-02-23 08:00		
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC ALESSIO TEMPESTA PER CONTO DI: -	UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: DEGENZA 2 PIANO		ODL INTERVENTO 23-000000398	
TIPOLOGIA AUTOCLAVE STERILIZZATRICE RAPIDA (DA BANCO)	MODELLO K SERIES K7		PRESIDIO / SEDE Distretto Mirtense	
PRODUTTORE GETINGE DISINFECTION AB	COD. CIVAB AUBF51C1404	MATRICOLA BAA094573	INV. ENTE 129278	FASCIA CRITICA

ATTIVITA' RICHIESTE

- Manut. Prev.
 Verifica Sicur.
 Richiesta ric. (RR)

- Manut. Correttiva
 Verifica Sicur. part
 Addestram. (AD)

CAUSALE / PROBLEMA:

NOTE INTERVENTO

NON FA IL TEST DEL VUOTO - RILEVAZIONE CON NO

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
08:00	24-02-23	08:00	24-02-23	ALESSIO TEMPESTA (alessio.tempesta)		assegnazione	NON FA IL TEST DEL VUOTO
10:00	24-02-23	10:00	24-02-23	ALESSIO TEMPESTA GLOBAL SERVICE (alessio.tempesta)		rilevazione	VERIFICA FUNZIONALE -- RISCONTRATO PROBLEMA
11:50	25-02-23	11:50	25-02-23	ALESSIO TEMPESTA GLOBAL SERVICE (alessio.tempesta)		rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO -- SI ATTIVA DITTA SPECIALISTICA PER RIPARAZIONE.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITuite IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 17-07-23

SALVA FIRME >>

Esecutore:

Tecnico Interno:

Ref. Reparto: