


23-000000487

ASL
RIETI

INVENTARIO 60082		COD. CDC - DESCR. CDC 0011-0900 - Poliambulatorio -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 10-03-23 08:36 - 10-03-23 08:36	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC VANESSA FERRETTI - 0746/0396031 3476903906		UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: ODONTOIATRIA-0900-T0005		ODL INTERVENTO 23-000000487	
TIPOLOGIA AUTOCLAVE STERILIZZATRICE ALTA CAPACITA		MODELLO SERIE 200		PRESIDIO / SEDE POL. S. ELPIDIO	
PRODUTTORE CISA SPA	COD. CIVAB AUTD86C0709	MATRICOLA 23635	INV. ENTE 125250	FASCIA CRITICA	

ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - VA IN BLOCCO CICLO IRREGOLARE (COMPARE LA SCRITTA MAX TEMPO FASE).....SI RICHIEDE INTERVENTO URGENTE
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: VA IN BLOCCO CICLO IRREGOLARE (COMPARE LA SCRITTA MAX TEMPO FASE).....SI RICHIEDE INTERVENTO URGENTE - RILEVAZIONE CON NO

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
08:46	10-03-23	08:46	10-03-23	SANDRO ZARINI TECNICO GLOBAL (sandro.zarini)	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
08:40	10-03-23	08:45	10-03-23	LORENZO BARTOLINI	LORENZO BARTOLINI TECNICO GLOBAL (lorenzo.bartolini)	riassegnazione	--
08:40	10-03-23	08:45	10-03-23	LORENZO BARTOLINI GLOBAL SERVICE (lorenzo.bartolini)		rilevazione	ATTESA SOPRALLUOGO -- ACCORDI TELEFONICI
08:45	10-03-23	09:00	10-03-23	LORENZO BARTOLINI GLOBAL SERVICE (lorenzo.bartolini)		rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO -- SIPRENDONO ACCORDI CON IL REPARTO PER INTERVENIRE ENTRO IL GIORNO 15/03/23 - INTERROTTA SOSPENSIONE PER CHIUSURA INTERVENTO DA: SANDRO ZARINI IL 28-04-23
08:00	14-03-23	15:00	14-03-23	LORENZO BARTOLINI GLOBAL SERVICE (lorenzo.bartolini)	LORENZO BARTOLINI	rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO -- L AUTOCLAVE PRESENTA PROBLEMA SALTUARIO CICLO IRREGOLARE DOPO CIRCA 40MIN NELLA FASE VUOTO, ESEGUITI TEST DI FUNZIONAMENTO; SI CONSEGNA AUTOCLAVE MULETTO COMINOX SERILCLAVE 24 BHD SN/10X18258, SI ESEGUONO TEST BOWIE DICK E PROVE DI FUNZIONAMENTO, SEGUIRÀ ULTERIORE INTERVENTO - INTERROTTA SOSPENSIONE PER CHIUSURA INTERVENTO DA: SANDRO ZARINI IL 28-04-23
15:26	28-04-23	15:26	28-04-23	SANDRO ZARINI	SANDRO ZARINI TECNICO GLOBAL (sandro.zarini)	riassegnazione	--

08:00	29-03-23	09:00	29-03-23	SANDRO ZARINI GLOBAL SERVICE (sandro.zarini)	rendicontazione	PROPOSTA FUORI USO -- LA DITTA SPECIALISTICA CI COMUNICA CHE LA MACCHINA NON E PIU SUPPORTATA E QUINDI NON CI SONO PIU LE PARTI DI RICAMBIO. AL MOMENTO ABBIAMO RIPRISTINATO IOL FUNZIONAMENTO, MA SI SEGNALE CHE ALLA PROSSIMA ROTTURA, NON SARA PIU POSSIBILE RIPARARLA. SI CONSIGLIA LA DIMISSIONE.
-------	----------	-------	----------	---	-----------------	---

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

DATA CHIUSURA: 29-03-23 09:00

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 17-07-23

SALVA FIRME >>

Esecutore:

Tecnico Interno:

Ref. Reparto:
