



23-000000399


 n-7  
**ASL  
RIETI**

<b>INVENTARIO</b> 62195		<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b> 0004-0005 - MED.FISICA E RIAB.- D.MIRTENSE -	<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b> 25-02-23 16:10 - 25-02-23 16:10	
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b> MARIA LAURA SEREN - 3284236614		<b>UBICAZIONE</b> EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: (vuoto)	<b>ODL INTERVENTO</b> 23-000000399	
<b>TIPOLOGIA</b> DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO		<b>MODELLO</b> LIFELINE AED	<b>PRESIDIO / SEDE</b> Distretto Mirtense	
<b>PRODUTTORE</b> DEFIBTECH LLC	<b>COD. CIVAB</b> DESE26C0848	<b>MATRICOLA</b> 104013567	<b>INV. ENTE</b> 127585	<b>FASCIA CRITICA</b> Finanziamenti propri

**ATTIVITA' RICHIESTE**

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	<b>CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - BATTERIA IN ESAURIMENTO</b>
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

**NOTE INTERVENTO**

**NOTE RICHIEDENTE: BATTERIA IN ESAURIMENTO - CHIAMATA SU APPARECCHIATURA CON CDC NON ASSOCIATO AL RICHIEDENTE**

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
08:24	27-02-23	08:24	27-02-23	BIOMEDICAL SERVICE SRL (SCORZE (VE))	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
08:24	27-02-23	08:24	27-02-23	BIOMEDICAL SERVICE SRL (SCORZE (VE))	PAOLA GRILLO	assegnazione	--

**PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITuite IN RENDICONTAZIONE:****NOME COGNOME REFER. REPARTO:****DATA: 27-02-23**

SALVA FIRME &gt;&gt;

<b>Esecutore:</b>  _____	<b>Tecnico Interno:</b>  _____	<b>Ref. Reparto:</b>  _____
--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------