



22-000001815



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
RIETI

INVENTARIO 62625		COD. CDC - DESCR. CDC N015 - BLOCCO OPERATORIO -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 07-11-22 10:47 - 07-11-22 10:47	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC SANDRO ZARINI PER CONTO DI: TIZIANA TIBERTI -		UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: CORRIDOIO SPORCO		ODL INTERVENTO 22-000001815	
TIPOLOGIA FIBROURETEROSCOPIO FLESSIBILE		MODELLO URF-P7		PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI	
PRODUTTORE OLYMPUS OPTICAL CO LTD		COD. CIVAB C90OLYC2599	MATRICOLA 2901846	INV. ENTE 130172	FASCIA CRITICA

ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA:
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

NOTE INTERVENTO

VISIONE DISTORTA, PUNTA ROTTA - RILEVAZIONE CON NO

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
10:47	07-11-22	10:47	07-11-22	SANDRO ZARINI (sandro.zarini)		assegnazione	VISIONE DISTORTA, PUNTA ROTTA
08:00	07-11-22	08:30	07-11-22	SANDRO ZARINI GLOBAL SERVICE (sandro.zarini)		rilevazione	ATTESA RIPARAZIONE -- RISCANTRO PROBLEMATICA
08:30	07-11-22	09:30	07-11-22	SANDRO ZARINI GLOBAL SERVICE (sandro.zarini)		rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO -- APPARECCHIO RITIRATO X MANUTENZIONE SI INVIA IN RIPARAZIONE - INTERROTTA SOSPENSIONE PER CHIUSURA INTERVENTO DA: SANDRO ZARINI IL 25- 11-22
10:00	23-11-22	11:00	23-11-22	SANDRO ZARINI GLOBAL SERVICE (sandro.zarini)	SANDRO ZARINI	rendicontazione	PROPOSTA FUORI USO -- A SEGUITO DI VALUTAZIONE DELLA DITTA SPECIALISTICA, NON È POSSIBILE RIPARARE L APPARECCHIO PER MANCANZA DI PEZZI DI RICAMBIO. PERTANTO SI CONSIGLIA LA DISMISSIONE.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

DATA CHIUSURA: 23-11-22 11:00

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 20-12-22

SALVA FIRME >>

Esecutore:

Tecnico Interno:

Ref. Reparto:
