



22-000002061



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
RIETI

<b>INVENTARIO</b> 64968		<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b> A01A-0312 - Pronto Soccorso -		<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b> 14-12-22 11:01 - 14-12-22 11:01	
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b> FLAVIA SANTILLI - 8064		<b>UBICAZIONE</b> EDIFICIO: - PIANO: - STANZA: CORRIDOIO		<b>ODL INTERVENTO</b> 22-000002061	
<b>TIPOLOGIA</b> BARELLA		<b>MODELLO</b> P8000		<b>PRESIDIO / SEDE</b> OSP. RIETI	
<b>PRODUTTORE</b> HILL ROM	<b>COD. CIVAB</b> 5BAHIL0000047296	<b>MATRICOLA</b> V230AQ6587	<b>INV. ENTE</b>	<b>FASCIA CRITICA</b>	

**ATTIVITA' RICHIESTE**

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	<b>CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - SPONDA LATERALE MALFUNZIONANTE</b>
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

**NOTE INTERVENTO**

NOTE RICHIEDENTE: SPONDA LATERALE MALFUNZIONANTE

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
11:20	14-12-22	11:20	14-12-22	HILL ROM ()	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
09:12	19-01-23	09:12	19-01-23	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)		rendicontazione	ALTRO TIPO -- SPONDA SX MALFUNZIONANTE. VITI MONTANTI SPONDE ALLENTATI. VERIFICA E SERRAGGIO VITI SPONDA.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

**DATA CHIUSURA: 18-01-23 13:31**NOME COGNOME REFER. REPARTO:  DATA: 09-03-23

SALVA FIRME &gt;&gt;

<b>Esecutore:</b>  _____	<b>Tecnico Interno:</b>  _____	<b>Ref. Reparto:</b>  _____
--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------