


23-000000870

ASL
RIETI

| | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|---|--|
| INVENTARIO 54579 | | COD. CDC - DESCR. CDC A01A-T001 - SALA OPERATORIA UROLOGIA - | DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 19-05-23 08:40 - 19-05-23 08:40 | | |
| TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC TIZIANA TIBERTI - NOLDAP | | UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: SALA 3 | ODL INTERVENTO 23-000000870 | | |
| TIPOLOGIA ELETTROBISTURI/ELETTROCOAGULATORE | | MODELLO ME 400 | PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI | | |
| PRODUTTORE GEBRUDER MARTIN GMBH & CO KG | COD. CIVAB ELBF45C1378 | MATRICOLA 800007183 | INV. ENTE 54579 | FASCIA CRITICA Finanziamenti propri | |

ATTIVITA' RICHIESTE

| | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Manut. Prev. | <input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva | CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - COAGULO NON FUNZIONANTE (TECNICO AVVERTITO) |
| <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. | <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part | |
| <input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR) | <input type="checkbox"/> Addestram. (AD) | |
| | | |

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: COAGULO NON FUNZIONANTE (TECNICO AVVERTITO) - CHIAMATA SU APPARECCHIATURA CON CDC NON ASSOCIATO AL RICHIEDENTE - RILEVAZIONE CON NO

| Dalle | Del | Alle | Del | Tecnico assegn. | Altro Tecnico | Tipo Attività | Note Attiv./Sospensione |
|-------|----------|-------|----------|--|--|-----------------|--|
| 08:43 | 19-05-23 | 08:43 | 19-05-23 | SANDRO ZARINI TECNICO GLOBAL (sandro.zarini) | SANDRO ZARINI | assegnazione | -- |
| 08:43 | 19-05-23 | 08:43 | 19-05-23 | SANDRO ZARINI | ALESSIO TEMPESTA TECNICO GLOBAL (alessio.tempesta) | riassegnazione | -- |
| 08:50 | 19-05-23 | 09:15 | 19-05-23 | ALESSIO TEMPESTA GLOBAL SERVICE (alessio.tempesta) | | rilevazione | VERIFICA FUNZIONALE -- RISCONTRATO PROBLEMA |
| 09:15 | 19-05-23 | 10:00 | 19-05-23 | ALESSIO TEMPESTA GLOBAL SERVICE (alessio.tempesta) | | rendicontazione | SOSPENSIONE INTERVENTO -- SI RITIRA PER MANUTENZIONE. - INTERROTTA SOSPENSIONE PER CHIUSURA INTERVENTO DA: SANDRO ZARINI IL 30-05-23 |
| 10:18 | 30-05-23 | 10:18 | 30-05-23 | SANDRO ZARINI | SANDRO ZARINI TECNICO GLOBAL (sandro.zarini) | riassegnazione | -- |
| 11:15 | 30-05-23 | 12:15 | 30-05-23 | SANDRO ZARINI GLOBAL SERVICE (sandro.zarini) | | rendicontazione | PROPOSTA FUORI USO -- SI COMUNICA CHE NON E PIU RIPARABILE PERCHE NON SONO PIU REPERIBILI LE PARTI DI RICAMBIO. PERTANTO SI CONSIGLIA LA DISMISSIONE. |

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

DATA CHIUSURA: 30-05-23 12:15

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 21-07-23

SALVA FIRME >>

Esecutore:

Tecnico Interno:

Ref. Reparto:

