


22-000001512

ASL
RIETI

INVENTARIO 62366		COD. CDC - DESCR. CDC A01A-0310 - Radiologia -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 12-09-22 16:39 - 12-09-22 16:39	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC FABRIZIO PITONI - 8801		UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: RISONANZA MAGNETICA-0310-T0023		ODL INTERVENTO 22-000001512	
TIPOLOGIA MONITOR PARAMETRI VITALI		MODELLO MAGLIFE SERENITY		PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI	
PRODUTTORE SCHILLER AG		COD. CIVAB MONJ21C3058	MATRICOLA 94999001018	INV. ENTE 128757	FASCIA CRITICA Finanziamenti propri

ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - LE CLIPS DELL'ECG NON ASSICURANO UN BUON CONTATTO SUGLI ELETTRODI (CLIPS DEFORMATE).
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: LE CLIPS DELL'ECG NON ASSICURANO UN BUON CONTATTO SUGLI ELETTRODI (CLIPS DEFORMATE). - RILEVAZIONE CON NO

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
16:45	12-09-22	16:45	12-09-22	SANDRO ZARINI TECNICO GLOBAL (sandro.zarini)	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
17:00	12-09-22	17:05	12-09-22	SANDRO ZARINI GLOBAL SERVICE (sandro.zarini)		rilevazione	ATTESA RIPARAZIONE -- RISCONTRO ESEGUITO
08:00	13-09-22	09:00	13-09-22	SANDRO ZARINI GLOBAL SERVICE (sandro.zarini)		rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO -- ESEGUITO SOPRALLUOGO, RISCONTRATA PROBLEMATICA, SI ORDINA LA PARTE, SI LASCIA COMUNQUE IN USO PERCHÉ UTILIZZABILE - INTERROTTA SOSPENSIONE PER CHIUSURA INTERVENTO DA: ALESSIO TEMPESTA IL 24-10-22
08:00	21-10-22	08:50	21-10-22	ALESSIO TEMPESTA GLOBAL SERVICE (alessio.tempesta)	ALESSIO TEMPESTA	rendicontazione	ALTRO TIPO -- SI CONSEGNA IN REPARTO.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITuite IN RENDICONTAZIONE:

DATA CHIUSURA: 21-10-22 08:50

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 08-11-23

SALVA FIRME >>

Esecutore:

Tecnico Interno:

Ref. Reparto: