



23-00000959


**ASL
RIETI**

INVENTARIO 64182		COD. CDC - DESCR. CDC A01A-0306 - Endoscopia Digestiva -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 05-06-23 13:38 - 05-06-23 13:38	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC MARINA RINALDI - NOLDAP		UBICAZIONE EDIFICIO: - PIANO: - STANZA: GASTROSCOPIA		ODL INTERVENTO 23-00000959	
TIPOLOGIA VIDEOGASTROSCOPIO		MODELLO GIF-H190 N		PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI	
PRODUTTORE OLYMPUS OPTICAL CO LTD		COD. CIVAB VGFOLY0000047252	MATRICOLA 2102168	INV. ENTE 134018	FASCIA CRITICA

ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev. <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. <input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part <input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - CONTROLLO TIRANTI E GUAINA ESTERNA (ARRICCIATA). LO STRUMENTO POTRA' ESSERE RITIRATO PREVIA CONSEGNA DI ENDOSCOPIO GASTRO SOSTITUTIVO COME DA ACCORDI PRESI
---	--	--

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: CONTROLLO TIRANTI E GUAINA ESTERNA (ARRICCIATA). LO STRUMENTO POTRA' ESSERE RITIRATO PREVIA CONSEGNA DI ENDOSCOPIO GASTRO SOSTITUTIVO COME DA ACCORDI PRESI

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
14:25	05-06-23	14:25	05-06-23	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	PAOLA GRILLO	assegnazione	--

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 21-06-23

SALVA FIRME >>

Esecutore: _____	Tecnico Interno: _____	Ref. Reparto: _____
--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------