

Spett.le **ASL Rieti**  
**Via del Terminillo, 42**  
**02100 Rieti (RI)**  
c.a. Ing. Marco Risa

Ns.Rif. **PGS/022 del 27/10/2023**

**OGGETTO: Proposta Aggiornamento Tecnologico**

In accordo con quanto previsto dall'art. 2.3.3 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) ed a seguito dell'intervento eseguito dal produttore del Monitor Amagnetico mod. MAGLIFE in uso presso i locali della UOC Diagnostica per Immagini, siamo a segnalare la necessità di eseguire un aggiornamento tecnologico dell'apparecchiatura sopra menzionata.

Il Monitor principale trasmette i parametri acquisiti al Monitor ripetitore situato all'esterno della stanza della Risonanza Magnetica attraverso una guida d'onda, questo sistema non è più disponibile ed è stato sostituito dal produttore con un sistema wi-fi.

L'aggiornamento tecnologico si configura di fatto come una miglioria del sistema attualmente in uso; pertanto, siamo a riportare in allegato la nostra proposta economica.

Rimanendo a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti in merito, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

*Poliedra Ingegneria Clinica*  
*Direzione Tecnica di Commessa*  
*Ing. Alessandro Fortuna*