

Rapporto di Intervento n° 322_2023 del 28.02.2023

INFORMAZIONI RELATIVE AL CLIENTE		INFORMAZIONI RELATIVE AL FORNITORE	
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI Via del Terminillo, 42 - 02100 Rieti (RI)		BIOMEDICAL S.r.l. Via San Francesco, 137/137^ - 02100 RIETI	
RIFERIMENTO VS. RICHIESTA D'INTERVENTO TECNICO.399 DEL 27.02.2023			
Ubicazione: Medicina Fisica e Riabilitativa presso Nucleo Operativo Cure Primarie di Poggio Mirteto via Finocchieto, snc			
Referente: Maria Laura SEREN			
TIPOLOGIA STRUMENTAZIONE: DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO			
Modello: Defibtech Lifeline		Numero di serie: 104013567	
Data Intervento: 28.02.2023		Durata: /	
Problema segnalato: Batteria in esaurimento		Tipo di Attività richiesta: Manutenzione Correttiva	
Garanzia: fuori garanzia		Garanzia casa madre: 4 anni data d'acquisto	
Parti da sostituire:	Descrizione	Quantità	Prezzo
	BATTERIA STANDARD DURATA 7 ANNI DEFIBTECH LIFEL. ORIG. DCF-E210 – GARANZIA 4 ANNI	01	€ 410,00
Costi manutentivi	Costi Unitari	Quantità	Totale
Durata intervento (hh)	€ 120,00	0,5	€ 60,00
Ore viaggio	€ 60,00	2	€ 120,00
KM A/R	€ 0,80	92	€ 73,60
Diritto di chiamata	€ 60,00	01	€ 60,00
Totale IVA esclusa			€ 000,00
L'intervento e':	<input checked="" type="checkbox"/> APERTO	<input type="checkbox"/> CHIUSO	
Descrizione: in attesa perfezionamento del Vs. ordine per i ricambi richiesti			