

### RAPPORTO TECNICO

Numero ticket:	1975	Data:	08/03/2023	Ore lavoro:	1	Ore viaggio:		Km a/r:	
Cliente:	ASL Rieti								
Indirizzo:	Ospedale Magliano Sabina								
Reparto:		Responsabile:							
Modalità intervento tecnico:	In garanzia			Stato intervento tecnico:	Completo				
Codici attività svolte:	MC	-	-	-	-	-	-	-	-
Modello apparecchiatura:	Ecube 12			Numero di serie:	M01125				
Versione software:				Nuova versione software:					
Descrizione richiesta:									

Non funziona la stampante, modello Sony UPD898 sn 7245806

Attività svolta / da svolgere:

Effettuato controllo a distanza (telefonico). Ricevuta dagli utilizzatori una foto di una stampa, con la quale è stato possibile riscontrare un guasto alla testina.  
Questa tipologia di guasto non viene coperta dalla garanzia, per tale motivo seguirà preventivo di intervento tecnico.

Note:

Dettaglio parti di ricambio da ordinare / guaste / rimosse:

Part number:	Part name:	Serial number:	Rev:	Qty:

Dettaglio parti di ricambio utilizzate:

Part number:	Part name:	Serial number:	Rev:	Qty:

Test e controlli per il corretto funzionamento effettuati post manutenzione preventiva o manutenzione correttiva

Descrizione del test	Esito del test	Motivazione test negativo
Test tensione di ingresso 220V	-	
Test tensione di uscita 220V (accessori)	-	
Test funzionamento pannello di controllo	-	
Test velocità di avvio del sistema	-	
Test velocità software applicativo	-	
Test funzionamento audio	-	
Test funzionamento monitor	-	
Test funzionamento sonde	-	
Test funzionamento del B-mode	-	
Test funzionamento del CF-mode	-	
Test funzionamento del PD-mode	-	
Test funzionamento del PW-mode	-	
Test funzionamento del M-mode	-	
Test funzionamento del CW-mode	-	
Test funzionamento del 3D4D-mode	-	
Test funzionamento modulo ECG	-	
Test segnali di uscite digitali	-	
Test segnali di uscite analogiche	-	
Test di connettività internet	-	
Verifica dei danni sul corpo macchina	-	
Verifica dei danni sulle sonde	-	
Verifica dei danni sugli accessori	-	

Nome del Tecnico:	Manuel Fusco	Firma:		Data:	08/03/2023
Nome del Cliente:		Timbro e Firma:		Data:	

Note: Si prega di controllare attentamente quanto riportato nel presente documento, eventuali contestazioni successive alle firma non avranno alcun valore.