

UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

Responsabile: Dott.ssa Roberta Teodori
Referente per quanto comunicato: Dott.ssa Chiara Gunnella
Tel. 0746/279567 - e-mail: c.gunnella@asl.rieti.it

All. 1.1

SCHEDA TECNICA

LOTTO 1: FORMALDEIDE IN SOLUZIONE ACQUOSA AL 4%, TAMPONATA A PH 7 CON FOSFATO, IDONEA ALLA CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISTOLOGICI, avente le seguenti caratteristiche:

- Contenitore pre-riempito con serbatoio di formalina A TENUTA ERMETICA (sistema chiuso) che garantisca, in tutte le fasi di utilizzo, e comunque anche in caso di movimentazione e ribaltamento:
 - corretta conservazione del campione;
 - recupero agevole e completo dei campioni anche di piccole dimensioni;
 - massima protezione per l'operatore, evitando esposizione a formaldeide per contatto o per inalazione di vapori durante il suo impiego;
- Etichetta conforme alla normativa sul corpo del contenitore, sul corpo del contenitore deve essere presente uno spazio consono per applicazione sicura dell'etichetta con i dati identificativi del paziente;
- Marcatura CE IVD;
- Misure richieste in range tra:
 - 20-30ml: n° 10.000 contenitori;
 - 55-90ml: n° 1.500 contenitori;