


23-000001298


**ASL
RIETI**

INVENTARIO 64181	COD. CDC - DESCR. CDC A01A-0306 - Endoscopia Digestiva -	DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 01-08-23 11:33 - 01-08-23 11:33		
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC MARINA RINALDI - NOLDAP	UBICAZIONE EDIFICIO: - PIANO: - STANZA: GASTROSCOPIA	ODL INTERVENTO 23-000001298		
TIPOLOGIA VIDEOGASTROSCOPIO	MODELLO GIF-H190 N	PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI		
PRODUTTORE OLYMPUS OPTICAL CO LTD	COD. CIVAB VGFOLY0000047252	MATRICOLA 2102210	INV. ENTE 134017	FASCIA CRITICA

ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - NON È STATO POSSIBILE LAVARLO IN NESSUNA LAVAENDOSCOPI PERCHÉ DA CANALE OTTURATO
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: NON È STATO POSSIBILE LAVARLO IN NESSUNA LAVAENDOSCOPI PERCHÉ DA CANALE OTTURATO

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
11:48	01-08-23	11:48	01-08-23	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CHIARA MATTICARI	assegnazione	--

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO: _____ DATA: 23-08-23

SALVA FIRME >>

Esecutore: _____	Tecnico Interno: _____	Ref. Reparto: _____
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------