


23-000000527

ASL  
RIETI

<b>INVENTARIO</b> 60731		<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b> A01A-0310 - Radiologia -		<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b> 17-03-23 09:19 - 17-03-23 09:19	
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b> PAOLA GRILLO PER CONTO DI: -		<b>UBICAZIONE</b> EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: TAC RISONANZA MAGNETICA		<b>ODL INTERVENTO</b> 23-000000527	
<b>TIPOLOGIA</b> TOMOGRFO COMPUTERIZZATO		<b>MODELLO</b> INGENUITY CT		<b>PRESIDIO / SEDE</b> OSP. RIETI	
<b>PRODUTTORE</b> PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		<b>COD. CIVAB</b> TACPHIC2758	<b>MATRICOLA</b> 336093/IT64228229	<b>INV. ENTE</b> 121935	<b>FASCIA CRITICA</b>

**ATTIVITA' RICHIESTE**

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	<b>CAUSALE / PROBLEMA: RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE</b>
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

**NOTE INTERVENTO**

SI RICHIEDE LA PRESENZA DI U VOSTRO TECNICO SPECIALIZZATO , NELLA GIORNATA DEL 29/03/2023, PER LA MODIFICA DELL INDIRIZZO IP DELL APPARECCHIATURA E LA CONFIGURAZIONE DI NUOVI NODI DICOM.

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
09:19	17-03-23	09:19	17-03-23	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS ()		assegnazione	SI RICHIEDE LA PRESENZA DI U VOSTRO TECNICO SPECIALIZZATO , NELLA GIORNATA DEL 29/03/2023, PER LA MODIFICA DELL INDIRIZZO IP DELL APPARECCHIATURA E LA CONFIGURAZIONE DI NUOVI NODI DICOM.
14:28	24-03-23	14:28	24-03-23	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)		rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO -- ESEGUITO INTERVENTO IN REMOTO. SEGUIRÀ INTERVENTO IN SITE. - INTERROTTA SOSPENSIONE PER CHIUSURA INTERVENTO DA: PAOLA GRILLO IL 31-03-23
13:16	31-03-23	13:16	31-03-23	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)	PAOLA GRILLO	rendicontazione	ALTRO TIPO -- SU RICHIESTA DEL CLIENTE ESEGUITO MIGRAZIONE INDIRIZZI DI RETE IP DEL SISTEMA CT E WORKSTATION ISP IX. ESEGUITA NUOVA CONFIGURAZIONE DICOM PER COLLEGAMENTO NUOVO PACS AGFA. INDIRIZZI IP FORNITI DA AGFA. ESEGUITE PROVE DI TRASFERIMENTO IMMAGINI IN PRESENZA DEL PERSONALE IT VERSO PACS E WORKSTATION CON ESITO POSITIVO.. PROVATO FUNZIONAMENTO WORKLIST.SISTEMA INSTALLATO CON SUCCESSO SECONDO LE SPECIFICHE DEL PRODUTTORE. SISTEMA PRONTO PER L USO CLINICO.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

**DATA CHIUSURA: 30-03-23 18:30**

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 11-05-23

SALVA FIRME &gt;&gt;

Esecutore:

Tecnico Interno:

Ref. Reparto: