



23-000000528



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
RIETI

INVENTARIO 63927		COD. CDC - DESCR. CDC A01A-0310 - Radiologia -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 17-03-23 09:20 - 17-03-23 09:20			
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC PAOLA GRILLO PER CONTO DI: -		UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: DIAGNOSTICA 3		ODL INTERVENTO 23-000000528			
TIPOLOGIA TAVOLO TELECOMANDATO PER APPARECCHIO RADIOLOGICO		MODELLO HELIOS DRF		PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI			
PRODUTTORE ASSING SPA	COD. CIVAB TTEC73C0339	MATRICOLA H 0102	INV. ENTE 133596	FASCIA CRITICA			
ATTIVITA' RICHIESTE							
<input type="checkbox"/> Manut. Prev. <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. <input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)		<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part <input type="checkbox"/> Addestram. (AD)		CAUSALE / PROBLEMA: RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE			
NOTE INTERVENTO							
SI RICHIEDE LA PRESENZA DI U VOSTRO TECNICO SPECIALIZZATO , NELLA GIORNATA DEL 29/03/2023, PER LA MODIFICA DELL INDIRIZZO IP DELL APPARECCHIATURA E LA CONFIGURAZIONE DI NUOVI NODI DICOM.							
Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
09:20	17-03-23	09:20	17-03-23	ASSING ()		assegnazione	SI RICHIEDE LA PRESENZA DI U VOSTRO TECNICO SPECIALIZZATO , NELLA GIORNATA DEL 29/03/2023, PER LA MODIFICA DELL INDIRIZZO IP DELL APPARECCHIATURA E LA CONFIGURAZIONE DI NUOVI NODI DICOM.
16:03	19-04-23	16:03	19-04-23	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)		rendicontazione	ALTRO TIPO -- ESEGUITA CONFIGURAZIONE NUOVO SISTEMA DICOM E SISTEMA RIS/PACS. EFFETTUATE PROVE CON ESITO POSITIVO. SI RILASCIA LA DIAGNOSTICA FUNZIONANTE.
PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:							
DATA CHIUSURA: 29-03-23 14:00							
NOME COGNOME REFER. REPARTO:				DATA: 20-04-23			
SALVA FIRME >>							
Esecutore:			Tecnico Interno:			Ref. Reparto:	
_____			_____			_____	



23-00000608

ASL
RIETI

INVENTARIO 63976		COD. CDC - DESCR. CDC 0005-0310 - Radiologia -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 31-03-23 16:57 - 31-03-23 16:57	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC PAOLA GRILLO PER CONTO DI: -		UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: 2° SEZIONE RADIOLOGICA-0310-T0034		ODL INTERVENTO 23-00000608	
TIPOLOGIA TAVOLO TELECOMANDATO PER APPARECCHIO RADIOLOGICO		MODELLO HELIOS DRF		PRESIDIO / SEDE POLIAMB. RIETI	
PRODUTTORE ASSING SPA	COD. CIVAB TTEC73C0339	MATRICOLA H0104	INV. ENTE 133597	FASCIA CRITICA Finanziamenti propri	

ATTIVITA' RICHIESTE

- Manut. Prev.
 Verifica Sicur.
 Richiesta ric. (RR)

- Manut. Correttiva
 Verifica Sicur. part
 Addestram. (AD)

CAUSALE / PROBLEMA: RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE

NOTE INTERVENTO

SI RICHIEDE LA PRESENZA DI UN VOSTRO TECNICO SPECIALIZZATO, NELLA GIORNATA DEL 12/04/2023, PER LA MODIFICA DELL'INDIRIZZO IP DELL'APPARECCHIATURA E LA CONFIGURAZIONE DI NUOVI NODI DICOM.

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
16:57	31-03-23	16:57	31-03-23	ASSING ()		assegnazione	SI RICHIEDE LA PRESENZA DI UN VOSTRO TECNICO SPECIALIZZATO, NELLA GIORNATA DEL 12/04/2023, PER LA MODIFICA DELL'INDIRIZZO IP DELL'APPARECCHIATURA E LA CONFIGURAZIONE DI NUOVI NODI DICOM.
15:50	19-04-23	15:50	19-04-23	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)		rendicontazione	ALTRO TIPO -- ESEGUITA CONFIGURAZIONE NUOVO SISTEMA DICOM RIS/PACS. EFFETTUATE PROVE CON ESITO POSITIVO. SI RILASCIATA LA DIAGNOSTICA FUNZIONANTE.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:**DATA CHIUSURA: 12-04-23 16:00**

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 20-04-23

[SALVA FIRME >>]

Esecutore:

Tecnico Interno:

Ref. Reparto:



23-000000609



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
RIETI

INVENTARIO 63942		COD. CDC - DESCR. CDC 0003-0310 - Radiologia -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 31-03-23 17:01 - 31-03-23 17:01			
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC PAOLA GRILLO PER CONTO DI: -		UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: DIAGNOSTICA A-0310-1005		ODL INTERVENTO 23-000000609			
TIPOLOGIA TAVOLO TELECOMANDATO PER APPARECCHIO RADIOLOGICO		MODELLO HELIOS DRF		PRESIDIO / SEDE OSP. MAGLIANO SABINA			
PRODUTTORE ASSING SPA	COD. CIVAB TTEC73C0339	MATRICOLA H0101	INV. ENTE 133595	FASCIA CRITICA			
ATTIVITA' RICHIESTE							
<input type="checkbox"/> Manut. Prev.		<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva		CAUSALE / PROBLEMA: RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE			
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.		<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part					
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)		<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)					
NOTE INTERVENTO							
SI RICHIEDE LA PRESENZA DI UN VOSTRO TECNICO SPECIALIZZATO, NELLA GIORNATA DEL 17/04/2023, PER LA MODIFICA DELL INDIRIZZO IP DELL APPARECCHIATURA E LA CONFIGURAZIONE DI NUOVI NODI DICOM.							
Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
17:01	31-03-23	17:01	31-03-23	ASSING ()		assegnazione	SI RICHIEDE LA PRESENZA DI UN VOSTRO TECNICO SPECIALIZZATO, NELLA GIORNATA DEL 17/04/2023, PER LA MODIFICA DELL INDIRIZZO IP DELL APPARECCHIATURA E LA CONFIGURAZIONE DI NUOVI NODI DICOM.
15:57	19-04-23	15:57	19-04-23	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)		rendicontazione	ALTRO TIPO -- ESEGUITA CONFIGURAZIONE NUOVO SISTEMA DICOM RIS/PACS. EFFETTUATE PROVE CON ESITO POSITIVO. SI RILASCIATA LA DIAGNOSTICA FUNZIONANTE.
PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:							
DATA CHIUSURA: 17-04-23 16:00							
NOME COGNOME REFER. REPARTO:				DATA: 20-04-23			
SALVA FIRME >>>							
Esecutore:		Tecnico Interno:			Ref. Reparto:		
_____		_____			_____		